



## VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

### „Nástroje pro endoskopii - Ligátory a jednorázové klipy“

Název zadavatele: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje  
IČO zadavatele: 272 56 391  
Kontaktní adresa zadavatele: Žižkova 146, 280 02 Kolín III.  
Osoba zastupující zadavatele: MUDr. Petr Chudomel, MBA, předseda představenstva  
Telefon / fax:   
e-mail: 

#### Požadavky zadavatele:

Přímé dodávky materiálu pro endoskopické centrum (ligátory a jednorázové klipy) po dobu dvou (2) let od podpisu příslušné smlouvy, resp. dodávky materiálu pro endoskopické centrum prostřednictvím konsignačních skladů, dle následující skupinové specifikace:

- Hemostatické klipy předpjaté, délka 155 cm
- Hemostatické klipy předpjaté, délka 235 cm
- Ligační zařízení pro ligaci varixů

#### Technická specifikace předmětu zakázky:

##### Hemostatické klipy předpjaté, délka 155 cm

- jednorázové prelobované hemostatické klipy
- opakovatelné otevření a zavření
- bezpečnostní zamykací mechanismus
- snadné ovládání
- hmatová zpětná vazba na ovládací ručce pro kontrolovatelné umístění klipu
- rozpětí branží minimálně 11 mm
- délka zavřeného klipu do 15 mm
- délka katetru 155 cm
- plně kontrolovatelná plynulá rotace klipu 1:1 pomocí ručky a katetru
- ovládání rotace operátorem, ale i sestrou
- klinická indikace profylaktického klipování
- MRI kompatibilita dle normy ASTM F2503
- klinicky ověřený hemostatický klip
- musí splňovat všechny požadavky na provedení bezpečného lékařského zákroku

### Hemostatické klipy předpjaté, délka 235 cm

- jednorázové prelobované hemostatické klipy
- opakovatelné otevření a zavření
- bezpečnostní zamykací mechanismus
- snadné ovládání
- hmatová zpětná vazba na ovládací ručce pro kontrolovatelné umístění klipu
- rozpětí branží minimálně 11 mm
- délka zavřeného klipu do 15 mm
- délka katetru 235 cm
- plně kontrolovatelná plynulá rotace klipu 1:1 pomocí ručky a katetru
- ovládání rotace operátorem, ale i sestrou
- klinická indikace profylaktického klipování
- MRI kompatibilita dle normy ASTM F2503
- klinicky ověřený hemostatický klip
- musí splňovat všechny požadavky na provedení bezpečného lékařského zákroku

### Ligační zařízení pro ligaci varixů

- sada pro endoskopickou ligaci jícnových varixů
- minimálně 7 ligačních kroužků
- materiál kroužků bez latexu pro minimalizaci rizika alergické reakce
- distální průměr 8,6 mm - 12 mm
- oplachový port s luer lockem a hadičkou
- integrovaný kanál pro připojení oplachové pump
- ovládací ergonomická rukojeť s akustickou a mechanickou zpětnou vazbou (řízené a kontrolovatelné uvolnění ligačních kroužků)
- vizuální označení předposledního kroužku (v jiné barvě)
- zajišťovací pásek k upevnění rukojeti k endoskopu
- snadná ovladatelnost hlavičky setu
- spouštěcí a ovládací kovové lanko
- jednorázové
- pravoúhlý tvar kroužků
- průhledný cap s dostatečně širokým jasným zorným polem
- musí splňovat všechny požadavky na provedení bezpečného lékařského zákroku

### Další požadavky:

Předmětem nabídky může být pouze materiál, který je uveden v platném číselníku VZP. V případě uvedení neplatného kódu VZP (ZUM) si zadavatel vyhrazuje právo vyloučit danou skupinu nabízených materiálů z hodnocení.

Zadavatel požaduje, aby veškerý nabízený materiál byl ve shodě s příslušnými zákonnými normami upravujícími kvalitu a bezpečnost při jeho používání. Toto stvrdí účastník ve své nabídce předložením platných prohlášení o shodě nabízeného zboží, vydaných dle legislativy evropské či národní.

Nástroje pro endoskopii - Ligátory a jednorázové klípy

CENOVÁ NABÍDKA

požadovaný rozměr	předpokládaný počet kusů/ 2 roky	nabízený materiál (obchodní název)	katalogové objednací číslo	lód ZUM	maximální přípustná cena/s bez DPH	nabídková cena za kus bez DPH	sazba DPH v %	nabídková cena za kus včetně DPH	nabídková cena za skupinu bez DPH při předpokládaném počtu kusů za 2 roky	reálný počet kusů umístěných na konsignačním skladě
1 Hemostatické klipy předepjaté, délka 155cm	400	Resolution 360 Clip 155cm Bpr 1U	M00521241	46 706	██████████	██████████	21	██████████	██████████	10
2 Hemostatické klipy předepjaté, délka 235 cm	400	Resolution 360 Clip 235cm Bpr 1U	M00521231	46 706	██████████	██████████	21	██████████	██████████	10
3 Ligátory: zařízení pro ligaci vakuu	30	SPEEDBAND SUPERVIEW SUPER 7 BOX 1	M00542250	47 490	██████████	██████████	21	██████████	██████████	3

Souhrnná cena za VZ

1 660 700,00 Kč

Ing. Michaela Škoda  
 Škoda Lufthansa  
 Ing. Michaela Škoda Lufthansa  
 praktička

## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

**Boston Scientific Česká republika s.r.o,**

IČO: 25635972,

se sídlem Praha 5 - Smíchov, Karla Engliše 3219/4, PSČ 15000,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 56799

jako uchazeč o veřejnou zakázku s názvem „**Nástroje pro endoskopii – Ligátory a jednorázové klipy**“ vypsanou Oblastní nemocnicí Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČO: 27256391, Žižkova 146, 280 02 Kolín III., čestně prohlašuje, že v rámci této veřejné zakázky nebude využívat poddodavatele.

V Praze dne 2.5.2019

Ing. Michaela Škoda Luftová  
Škoda Luftová

Digitally signed by Ing.  
Michaela Škoda Luftová  
Date: 2019.05.02  
10:56:48 +02'00'

---

**Ing. Michaela Škoda Luftová**

Boston Scientific Česká republika s.r.o.

prokuristka