

Zadavatel stanovuje tyto absolutní (minimální) technické požadavky:

Analytická semimikrováha				
Položka	Popis položky	Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota, množství	Uchazeč splňuje ANO / NE	Upřesnění nabídky uchazeče; event. odkaz na umístění v příloženém katalogovém listu
1	Maximální váživost	220 g/81 g	ANO	
2	Odečitatelnost	0,01 mg; 0,005 mg	ANO	
3	Opakovatelnost (závaží)	0,01 mg (10 g)	ANO	
4	Minimální navážka (USP, 0,1%, typická)	10 mg	ANO	
5	Justování	interní / FACT	ANO	
6	Rozměry vážicí misky (šxh)	78 mm x 73 mm	ANO	
8	Doba ustálení	2 s	ANO	
9	Opakovatelnost (typická)	0,005 mg	ANO	
10	Linearita	± 0,1 mg	ANO	
11	Rozměry (2xvxš)	485 mm x 292 mm x 195 mm	ANO	
12	Detekce	elektrostatické náboje na vzorcích a v nádobách	ANO	
13	Certifikace	GWP	ANO	
14	Nastavení	automatické interní	ANO	
15	Display	barevný dotykový 7"	ANO	
Antistatická sada				
16	Antistatická souprava	pro úplné odstranění elektrostatického náboje, odstranění rozptylování práškových vážicích látek, snížení rizika kontaminace, umožnění rychlých dávkovacích procesů, U-elektrodu můžete volně umístit vedle váhy.	ANO	
StarterPack				
17	Servis	Instalace systému včetně dokumentace, základní školení, bezpečnostní instrukcí, akreditovaná kalibrace podle normy ISO 17025	ANO	
	předpokládaná maximální cena	531 500,- Kč bez DPH	nabídková cena bez DPH:	511 641,00 Kč

takto podbarvená pole uchazeč povinně vyplní

\_\_\_\_\_  
podpis