

LABOSERV s.r.o.  
Tuřanka 1222/115  
627 00 Brno, Slatina

-----  
V Praze dne 2. 4. 2019

DOPORUČENĚ S DODEJKOU

Č.j.: 10410-19/190402-OŘ

### Odstoupení dle článku VIII Smlouvy o dílo ze dne 6. 9. 2018

Vážení,

tímto Ústav hematologie a krevní transfuze, se sídlem U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2, IČO:00023736 (dále jen „ÚHKT“ či „Zadavatel“) **odstupuje** od smlouvy o dílo ze dne 6. 9. 2018, evid. číslo zakázky VZ 18159 (dále jen „Smlouva“), uzavřené mezi ÚHKT a Vaší společností LABOSERV s.r.o., se sídlem Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno, IČO: 25507150, s předmětem plnění dodávky přístroje – laminárního boxu BIO 130 A2, katalogové číslo: A-BIO130 A2.

ÚHKT tak činí dle čl. VIII. odst. 1 Smlouvy z důvodu, že Vaše společnost jako prodávající dle uzavřené Smlouvy nezajistila plnění záručních podmínek dle čl. V Smlouvy ani v náhradní lhůtě v délce 5 pracovních dní ode dne, kdy měl být proveden nástup na opravu nebo poskytnuto náhradní plnění. Pro rekapitulaci dosavadního průběhu odstraňování nahlášené vady ÚHK shrnuje, že:

6. 2. 2019 - zaslána reklamace společnosti Laboserv, včetně upozornění na lhůty k řešení ze strany prodávajícího, plynoucí z uzavřené kupní smlouvy.

7. 2. 2019 - Odpověď vedoucího servisu Laboserv Ing. Kunc, že 8. 2. dorazí jejich zástupce společnosti stavu.

8. 2. 2019 - zástupce Laboservu Ing. Petřek slovně odmítá reklamaci uznat, jelikož Schoeller Instruments (měřicí společnost) není akreditovaná zkušební laboratoř na čisté prostory.

11. 2. 2019 - Ing. Kunc písemně odmítá reklamaci z výše uvedeného důvodu a také proto, že výrobce tvrdí, že box je vyrobený podle normy, tudíž je v pořádku.

21. 2. 2019 - Opětovná výzva ÚHKT společnosti Laboserv k odstranění vady. Ing. Kunc e - mailem nečinnost odmítá, navrhuje osobní setkání dne 22. 2. 2019.

22. 2. 2019 Ing. Kunc provádí na boxu kontrolní měření boxu za účasti zaměstnance ÚHKT Mgr. Tůmy – rozpor ve způsobu provádění měření proudění v okně boxu. Na schůzce s Dr. Mayerem slovně dohodnuto kontrolní měření akreditovanou zkušební laboratoří Labox – objedná Laboserv a náklady uhradí ten, v jehož neprospěch měření vyjde.

25. 2. 2019 – Ing. Kunc písemně informuje, že zkušební laboratoř Labox provede měření dne 1. 3. 2019. 1. 3. 2019 - Kontrolní měření firmou Labox (účast Labox, Tůma, Kunc) potvrdilo výsledky měření Schoeller Instruments. Vzhledem k rozsahu závad nebyl vydán validační protokol, ale pouze servisní výkaz, kde jsou shrnuty závady. Ing. Kunc uznal závady a ústně slíbil, že nejpozději 4. 3. sdělí termín odstranění závady výrobcem. Dále dohodnuto, že po opravě bude opět provedeno kontrolní měření společností Labox, a biohazard bude považován za funkční po předání protokolu, že je v pořádku společností Labox.

**Součástí kontrolního měření byl rovněž závěr, dle kterého byla zjištěna netěsnost na hlavním filtru na dvou místech.**

21. 3. 2019 proběhla oprava přístroje.

28. 3. 2019 proběhlo opět kontrolní měření firmou Labox **se závěrem o zjištění trhliny ve filtru – nevyhovující defektoskopie a počet částic v tomto místě.**

Ke dni tohoto odstoupení tedy nedošlo k odstranění veškerých vad, které přístroj prokazatelně vykazoval nejpozději ke dni 1. 3. 2019. **Přístroj i nadále není plně funkční a nelze jej užívat ke stanovenému účelu.** Jak vyplývá ze shora uvedeného, doposud nedošlo k odstranění veškerých vad předmětu koupě, které ÚHKT řádně uplatnil v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy, ačkoli již uplynuly veškeré lhůty dle Smlouvy stanovené pro řádné odstranění vad.

Odstoupením od Smlouvy dochází ke zrušení závazků z ní vyplývajících od počátku, proto ÚHKT vzniká povinnost k vrácení přístroje Vaší společnosti a Vám vzniká povinnost k vrácení uhrazené kupní ceny. ÚHKT je připraven k vrácení přístroje Vaší společnosti, a to na základě protokolárního předání v sídle ÚHKT nejpozději ke dni 18. 4. 2019. Podrobnosti předání je možno domluvit s kontaktní osobou ÚHKT - Mgr. Michalem Tůmou. Vrácení uhrazené kupní ceny jste povinni provést na bankovní účet naší organizace uvedený v kupní smlouvě ze dne 6. 9. 2018 v termínu do 15 dnů od data předání přístroje uvedeného v protokolu, nejpozději však do 30. 4. 2019.

S pozdravem