

Veřejná zakázka malého rozsahu:

## Dodávka pečovatelských lůžek

Dokument:

## Technická specifikace

1) Pečovatelské lůžko s elektrickým polohováním, hrazda s rukojetí a držák ručního ovladače

Typ, označení nabízeného lůžka:

P. č.	Požadované parametry	Skutečné parametry nabízeného lůžka		
		ano <sup>1)</sup>	ne <sup>1)</sup>	parametry <sup>2)</sup>
1.	Základní: <ul style="list-style-type: none"> <li>pečovatelské lůžko s elektrickým polohováním (lůžko) s dřevěným obložením pro klienty, kteří vyžadují dlouhodobou péči</li> <li>konstrukce lůžka (část s el. pohonem) musí být připravena pro doplnění bezdrátového ovladače určeného na polohování pro výškový zdvih a polohování zádového dílu</li> <li>možnost doplnění lůžka o systémové připojení k signalizačnímu systému sestra - pacient</li> </ul>	✓		<ul style="list-style-type: none"> <li>ano ✓</li> <li>ano ✓</li> <li>ano ✓</li> </ul>
2.	Vnější rozměry: <ul style="list-style-type: none"> <li>101 - 106 cm x 200 - 210 cm</li> </ul>	✓		<ul style="list-style-type: none"> <li>106×208 cm ✓</li> </ul>
3.	Ložná plocha: <ul style="list-style-type: none"> <li>dle konstrukce lůžka ( 87- 90 cm x 200 cm)</li> <li>ložnou plochu demontovat bez použití nástroje</li> <li>rošt z drátěných sítí opatřený pružnými plastovými segmenty (terči) pro vyšší prevenci proti dekubitům</li> <li>zádový díl musí být minimálně 80 cm dlouhý</li> </ul>	✓		<ul style="list-style-type: none"> <li>87×200 cm ✓</li> <li>ano ✓</li> <li>ano ✓</li> <li>88 cm ✓</li> </ul>
4.	Bezpečné zatížení: <ul style="list-style-type: none"> <li>minimálně 190 kg</li> </ul>	✓		<ul style="list-style-type: none"> <li>225 kg ✓</li> </ul>
5.	Hmotnost lůžka: <ul style="list-style-type: none"> <li>maximálně 130 kg (bez příslušenství)</li> </ul>	✓		<ul style="list-style-type: none"> <li>127 kg ✓</li> </ul>
6.	Podvozek: <ul style="list-style-type: none"> <li>zdvíhací</li> <li>kolečka v žádné poloze nesmí přesahovat půdorys lůžka</li> </ul>	✓		<ul style="list-style-type: none"> <li>ano ✓</li> <li>ano ✓</li> </ul>
7.	Polohování a zdvih: <ul style="list-style-type: none"> <li>polohování roštu zádové a stehenní části a výškové nastavení ložné plochy elektromotorem</li> <li>ovládání ovladačem s integrovaným mechanickým zámkem funkcí, spirálovým kabelem s možností uchycení na konstrukci lůžka</li> <li>polohování lýtkové části mechanické</li> <li>synchronní pohyb zádového a stehenního dílu - autokontura</li> <li>náklon zádového dílu 60 - 70 °</li> <li>náklon stehenního dílu 30 - 35 °</li> <li>dvojitá autoregrese zádového a stehenního dílu, min 14 cm</li> <li>výškový zdvih ložné plochy v rozmezí 25 - 80 cm</li> <li>nastavené automatické polohování lůžka ve 3 výškových stupních v rozmezí 25 - 80 cm</li> <li>přednastavené automatické polohy lůžka v ovladači (poloha kardiacké křeslo, Trendelenburg)</li> </ul>	✓		<ul style="list-style-type: none"> <li>ano ✓</li> <li>ano ✓</li> <li>ano ✓</li> <li>ano ✓</li> <li>70° ✓</li> <li>32° ✓</li> <li>17,5 cm ✓</li> <li>25 - 80 cm ✓</li> <li>24, 40 a 80 cm ✓</li> <li>ano ✓</li> </ul>

8.	Rám ložné plochy: • 4 dílná ložná plocha	✓		• ano ✓
9.	Lůžko pojízdné ve všech výškových polohách	✓		• ano ✓
10.	Centrální ovládání koleček, brzditelná navíc mimo mechanickou brzdu i ručním ovladačem	✓		• ano ✓
11.	Kolečka: • minimální průměr 75 mm	✓		• 75 mm ✓
12.	Postranice v polovině dělené 50:50: • minimálně čtyři výškové úrovně • postranice z hliníkových profilů (dělené, dvě části na každé straně lůžka, nezávisle polohovatelné) • postranice bez středového sloupku, nahoře se zakulaceným madlem • postranice v žádné poloze se nesmí polohovat mimo půdorys lůžka	✓		• ano • ano • ano • ano • ano
13.	Možnost prodloužení ložné plochy min. o 20 cm bez použití nástrojů, nejlépe jednou rukou bez nutnosti opuštění lůžka klientem	✓		• 20 cm ✓ • pomocí lanka ✓
14.	Povrchová úprava kovových částí: • prášková barva, lak RAL 9006 šedostříbrná	✓		• RAL 9006 ✓
15.	Čela lůžka: • zvýšené hlavové a nožní čelo a ostatní dřevěné části v dekoru třešeň. Čelo musí mít v nožní části zakulacený rám s dřevěným madlem.	✓		• R42002 třešeň • ano ✓
16.	V hlavové části 2 pouzdra pro uchycení příslušenství (držák hrazdy, infuze)	✓		• ano ✓
17.	Hrazda s rukojetí s nosností minimálně 75 kg • dle typu lůžka	✓		• 75 kg ✓
18.	Lůžko s hrazdou musí splňovat bezpečnostní normu ČSN EN 60601-2-52	✓		• ano ✓
19.	Držák ručního ovladače s možností upevnění na postranici	✓		• ano ✓

## 2) Jednostranná preventivní antidekubitní matrace, prevence IV.

Typ, označení nabízené matrace:

P. č.	Požadované parametry	Skutečné parametry nabízené matrace		
		ano <sup>1)</sup>	ne <sup>1)</sup>	parametry <sup>2)</sup>
1.	Rozměry: • délka a šířka dle rozměrů ložné plochy lůžka (min. 87 x 200 cm) • tloušťka min. 14 cm • odpovídající prevenci rizika IV., nosnost min. 180 kg • možnost rotace matrace při umístění na lůžku (nohy, hlava)	✓		• 87×200 cm ✓ • 14 cm ✓ • IV, 200 kg ✓
2.	Materiál jádra a okrajů: Matrace složená ze dvou polyuretanových pěn (polyuretanové a termoelastické) o různých hustotách, spodní vrstva vysoce nosná, na spodní straně s prořezy ve třech zónách pro optimalizaci matrace při polohování ložné plochy, horní vrstva matrace s prořezy u hlavy, boků a nohou pro vyšší měkkost a prevenci dekubitů v rizikových partiích. V místě pod hlavou a patami termoelastická pěna. Boční strany matrace vyztuženy pevnou pěnou s vyšší hustotou	✓		• ano ✓

3.	<b>Materiál odnímatelného potahu:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>potah se zipem po celém obvodu a okapničkou proti zanešení nečistot do vnitřku matrace, navíc s transportními úchyty</i></li> <li>• <i>vlastnosti (omyvatelný, paropropustný, voděodolný povrch, pružný ve všech směrech), opatřen informačními piktogramy</i></li> <li>• <i>potah matrace musí být ve spojích svařovaný, zip 360°</i></li> <li>• <i>spodní strana matrace z hrubého materiálu, odolného proti častému polohování dílů ložné plochy lůžka</i></li> </ul>	✓		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ano</li> <li>• ano</li> <li>• ano, 360°</li> <li>• ano</li> </ul>
----	--	---	--	--

**Poznámky:**

1) Zatrhnout „ano“ (souhlasí s požadavky) nebo „ne“ (nesouhlasí s požadavky)

2) Vypsát skutečné parametry

V Želevčicích dne 8.2.2019



Customer Service manager

**W LINET** (66) CZ  
 Želevčice 5, 274 01 Slaný  
 Tel. +420 312 576 111 Fax +420 312 522 633  
 DIČ: CZ06507814 E-mail: info@linet.cz