

**D o d a t e k č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo č. HS-11-015-2006 ze dne 27. 7. 2006**

**Objednatel: Institut klinické a experimentální medicíny,**  
státní příspěvková organizace  
se sídlem: 140 21 Praha 4, Vídeňská 1958/9  
zastoupený: [redacted] ředitelem  
**IČO: 00023001**  
**DIČ: CZ00023001**  
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.  
Číslo účtu: 126005018/0300  
(dále jen objednatel)

**Zhotovitel: ReguCon, spol. s r.o.**  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C.,  
vložka 28368  
se sídlem: Lopatecká 9, 147 00, Praha 4 - Podolí  
zastoupený: [redacted] prokuristou společnosti  
Pracovník pověřený jednat  
Ve věcech technických: [redacted]  
**IČ: 61461172**  
**DIČ: CZ61461172**  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 285606339/0800  
(dále jen zhotovitel)

Z důvodu požadavku objednatele se mění odstavec 2.1.1 smlouvy z původního znění:  
**Provádění preventivní kontroly instalovaných monitorovacích systémů Digiterm®**  
na:

**Provádění preventivní kontroly instalovaných monitorovacích systémů Digiterm®. Soupis instalovaných monitorovacích systémů Digiterm® obsahující především název oddělení, název a typ monitorovaného zařízení a jméno kontaktní osoby uživatele, je přílohou této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje soupis instalovaných monitorovacích systémů Digiterm® pravidelně aktualizovat a to vždy k 1. dubnu počínaje následujícím kalendářním rokem.**

V odstavci č. 8.6. se mění odpovědní pracovníci k nahlášení zjištěné závady takto:  
všechny požadované zásahy budou písemně objednávány Oddělením zdravotnické techniky Objednatele na emailovou adresu Zhotovitele.

Havarijní závady nahlašují zaměstnanci objednatele – kontaktní osoby telefonicky na telefonní čísla Zhotovitele.

Přidává se odstavec 8.7. s následujícím zněním:

Zhotovitel je povinen informovat Technický a provozní úsek objednatele o každém dalším požadavku klinik objednatele na úpravu nebo rozšíření

monitorovacích systémů Digiterm®. Tato povinnost se nevztahuje na ostatní činnosti zhotovitele vymezené odstavcem č. 2 smlouvy.

Platnost smlouvy uvedená v odstavci 11.3. se mění na dobu neurčitou.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.



V Praze dne 8. 3. 2011

Za objednatele:

Za zhotovitele:



ředitel IKEM



prokurista



Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo č. HS-11-015-2006 ze dne 27.7.2006

Soupis instalovaných monitorovacích systémů Digiterm platný ke dni 11.3.2011

Echokardiologie 3.NP (KONK) 1ks					
Vstup	Název zařízení	Typ	Kontaktní osoba	Místnost	Inventární číslo
I5/A1	Box				

PC umístěno v kanceláři vrchní sestry. Systém je napojen na GSM bránu, která zasílá varovné a testové sms na mobilní telefon. Rozvaděč je u zařízení.

Patologie 2.PP budova D (PAP) 4ks					
Vstup	Název zařízení	Typ	Kontaktní osoba	Místnost	Inventární číslo
I8/A1	Liebherr	lednice			
I9/A1	Calex-bílý	mrazák			
I10/A1	LG	mrazák			
I11/A1	Box	kom.chladnice			

PC je umístěno v kanceláři a rozvaděč je na chodbě uzavřeného odd. Systém alarmu je napojen na dispečink.

Patologie 2.PP budova G (PAP) 4ks					
Vstup	Název zařízení	Typ	Kontaktní osoba	Místnost	Inventární číslo
I8/A1	Liebherr	lednice			
I9/A1	Zanussi	mrazák			
I10/A1	Jouan	mrazák -80			
I11/A1	Frigera	mrazák -80			
	Liebherr GKPv6522	lednice			

PC umístěno v kanceláři, rozvaděč na chodbě uzavřeného odd. Systém alarmu je napojen na dispečink.

Lékárna nemocniční 1.PP/G (ULS) 15ks					
Vstup	Název zařízení	Typ	Kontaktní osoba	Místnost	Inventární číslo
I9/A1	Box_1	kom.chladnice			
I11/A1	Box_2	kom.chladnice			
I13/A1	Lednice 3	lednice			
I16/A1	Prostor_109	prostor			
I17/A1	Prostor_107	prostor			
I18/A1	Prostor_118	prostor			
I19/A1	Prostor_102a	prostor			
I20/A1	Prostor_134	prostor			
I21/A1	Lednice 2	lednice			
I5/A1	Prostor_123	prostor			
I7/A1	Mrazák_5	mrazák			
I8/A2	Prostor_108	prostor			
I9/A2	Prostor_117	prostor			
I10/A2	Prostor_113	prostor			
I11/A2	Prostor_112a	prostor			

PC umístěno v kanceláři sekretariátu lékárny. Rozvaděč je umístěn na chodbě uzavřeného odd. Systém alarmu je napojen na dispečink.

Lékárna pro veřejnost 2.NP/A (ULN) 10ks					
Vstup	Název zařízení	Typ	Kontaktní osoba	Místnost	Inventární číslo
I8/A1	Tára L	lednice			
I9/A1	Tára P	lednice			
I10/A1	Lednice záboxí	lednice			
I11/A1	Lednice příjem	lednice			
I12/A1	Lednice laboratoř	lednice			
I13/A1	Prostor výdej	prostor			
I16/A1	Prostor laboratoř	prostor			
I17/A1	Prostor chodba	prostor			
I18/A1	Lednice sklad 8	lednice			
I19/A1	Lednice hepato	lednice			

PC umístěno na příjmu spolu s rozvaděčem. Systém je napojen na GSM bránu, která zasílá varovné a testové zprávy sms. Do tohoto rozvaděče je napojena i lednice odd. Hepatogastroenterologie, která je umístěna na tomto odd. v ordinaci č.12. Informace o teplotě lednice Hepato jsou zobrazeny na PC ordinace č.12.

Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo č. HS-11-015-2006 ze dne 27.7.2006

Autotransfuzní odd. 2NP (PSAJ) 17ks						
Vstup	Název zařízení	Typ	Kontaktní osoba	Místnost	Inventární číslo	Výrobní číslo
I8/A1	A-M1	mrazák				
I9/A1	A-M2	mrazák				
I10/A1	A-L1	lednice				
I11/A1	A-M5b	mrazák				
I12/A1	A-M5a	mrazák				
I13/A1	A-M4	mrazák				
I16/A1	A-M3	mrazák				
I17/A1	A-M6	mrazák				
I18/A1	A-T2	třepačka				
I19/A1	A-L2	lednice				
I20/A1	A-P4	prostor				
I21/A1	A-P1	prostor				
I18/A3	A-P5	prostor				
I19/A3	A-P3	prostor				
I20/A3	A-M7	mrazák				
I21/A3	A-P2	prostor				
I21/A6	A-T1	třepačka				

PC umístěno ve 4.NP na centrálním příjmu laboratoří. Systém alarmu napojen na dispečink.  
Rozvaděč umístěn ve 2.NP a odd.Autotransfuze má zobrazeny teploty na vlastním PC umístěném v přípravně.

Mikrobiologie - laboratoře 2NP (ML) 21ks						
Vstup	Název zařízení	Typ	Kontaktní osoba	Místnost	Inventární číslo	Výrobní číslo
I18/A2	M-L2	lednice				
I19/A2	M-L1	lednice				
I20/A2	M-L8	lednice				
I21/A2	M-L6	lednice				
I8/A3	M-M1	mrazák				
I9/A3	M-L3	lednice				
I10/A3	M-L5	lednice				
I11/A3	M-L9	lednice				
I12/A3	M-L10	lednice				
I13/A3	M-L11	lednice				
I16/A3	M-L12	lednice				
I17/A3	M-L7	lednice				
I20/A6	M-T1	termostat				
I10/A5	M-T6	termostat				
I17/A8	M-T3	termostat				
I18/A8	M-T4	termostat				
I19/A8	M-T2	termostat				
I20/A8	M-T7	termostat				
I21/A8	M-T5	termostat				
I0/A8	M-T9	termostat				
I1/A8	M-T8	termostat				

PC umístěno ve 4.NP na centrálním příjmu laboratoří. Systém alarmu napojen na dispečink.  
Rozvaděč umístěn ve 2.NP a odd.Mikrobiologie má zobrazeny teploty na vlastním PC umístěném v kanceláři p. Kapouna.

Imunogenetika - laboratoře 2NP (OIGE) 17ks						
Vstup	Název zařízení	Typ	Kontaktní osoba	Místnost	Inventární číslo	Výrobní číslo
I8/A2	OIH-M1	mrazák				
I9/A2	OIH-L1	lednice				
I10/A2	OIH-L2	lednice				
I11/A2	OIH-M2	mrazák				
I12/A2	OIH-L3	lednice				
I13/A2	OIH-M3	mrazák				
I16/A2	OIH-L4	lednice				
I17/A2	OIH-M4	mrazák				
I8/A6	OIH-P1	prostor				
I9/A6	OIH-P2	prostor				
I10/A6	OIH-P3	prostor				
I11/A6	OIH-P4	prostor				
I12/A6	OIH-P5	prostor				
I13/A6	OIH-L5	lednice				
I16/A6	OIH-M7	mrazák				
I17/A6	OIH-M5	mrazák				
I19/A6	OIH-T1	termostat				

PC umístěno ve 4.NP na centrálním příjmu laboratoří. Systém alarmu napojen na dispečink.  
Rozvaděč umístěn ve 2.NP a odd.Imunogenetiky má zobrazeny teploty na vlastním PC umístěném v laboratoří.

Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo č. HS-11-015-2006 ze dne 27.7.2006

Hematologie - laboratoře 4NP (SLH) 4ks						
Vstup	Název zařízení	Typ	Kontaktní osoba	Místnost	Inventurní číslo	Výrobní číslo
I16/A7	H-L2	lednice				
I17/A7	H-T1	termostat				
I18/A7	M-M1	mrazák -80				
I13/A8	H-P1	prostor				

PC umístěno ve 4.NP na centrálním příjmu laboratoří. Systém alarmu napojen na dispečink.  
Rozvaděč umístěn v hale příjmu.

Imunologie - laboratoře 4NP (LID) 20ks						
Vstup	Název zařízení	Typ	Kontaktní osoba	Místnost	Inventurní číslo	Výrobní číslo
I8/A4	I-L2	lednice				
I9/A4	I-M1	mrazák				
I10/A4	I-P2	prostor				
I11/A4	I-L3	lednice				
I12/A4	I-L4	lednice				
I13/A4	I-P3	prostor				
I16/A4	I-L9	lednice				
I17/A4	I-L10	lednice				
I9/A5	I-M5	mrazák				
I11/A5	I-L8	lednice				
I12/A5	I-M3	mrazák				
I13/A5	I-P4	prostor				
I16/A5	I-M2	mrazák				
I17/A5	I-L7	lednice				
I20/A5	I-M6	mrazák				
I21/A5	I-M7	mrazák				
I12/A7	I-P1	prostor				
I13/A7	I-L1	lednice				
I8/A8	I-M4	mrazák				
	I-M8	mrazák				
	Není zapojen	mrazák				

PC umístěno ve 4.NP na centrálním příjmu laboratoří. Systém alarmu napojen na dispečink.  
Rozvaděč umístěn v hale příjmu.

Biochemie - laboratoř 4NP (SBL) 11ks						
Vstup	Název zařízení	Typ	Kontaktní osoba	Místnost	Inventurní číslo	Výrobní číslo
I18/A4	B-L6	lednice				
I19/A4	B-L5	lednice				
I20/A4	B-L4	lednice				
I21/A4	B-P1	prostor				
I8/A5	B-L10	lednice				
I18/A5	B-M2	mrazák				
I19/A5	B-L8	lednice				
I8/A7	(B-L9 - vyřazena)	lednice				
I11/A7	B-L7	lednice				
I11/A8	B-L2	lednice				
I12/A8	B-L3	lednice				
I16/A8	B-M1	mrazák				

PC umístěno ve 4.NP na centrálním příjmu laboratoří. Systém alarmu napojen na dispečink.  
Rozvaděč umístěn v hale příjmu.

Laboratoř monitor. vnitřního prostředí - 4NP (MVL) 5ks						
Vstup	Název zařízení	Typ	Kontaktní osoba	Místnost	Inventurní číslo	Výrobní číslo
I9/A7	MV-L2	lednice				
I10/A7	MV-P2	prostor				
I19/A7	MV-L1	lednice				
I20/A7	MV-M1	mrazák				
I21/A7	MV-P1	prostor				

PC umístěno ve 4.NP na centrálním příjmu laboratoří. Systém alarmu napojen na dispečink.  
Rozvaděč umístěn v hale příjmu.