

Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného zboží ze strany dodavatele

1. část VZ - Ventilátory - plicní ventilátor a průtokoměr 02

<i>Číslo položky</i>	<i>Položka</i>	<i>Počet ks</i>	<i>Splňuje zboží minimální požadavky zadavatele? ANO/NE</i>	<i>Technická specifikace dodavatele - podrobný popis nabízeného zboží</i>
1.	Plicní ventilátor Evita V300, výrobce Dräger minimální technické parametry a požadavky zadavatele jsou stanoveny v Příloze č. 2 ZD - Technická specifikace	4	ANO	ventilátor vyšší kategorie modulární koncepce umožňující flexibilní pokrytí požadavků oddělení ARO časově řízený, objemový ventilační přístroj pro krátkodobou i dlouhodobou ventilaci pacientů všech věkových skupin s ovládáním pomocí barevné dotykové obrazovky s vysokou rozlišovací schopností s 15,4" displejem a otočného ovladače, individuální konfigurace obrazovky s možností uložení až 3 nezávislých zobrazení automatické detekce připojení pacienta široká nabídka ventilačních režimů: - o objemově řízená ventilace: VC-CMV, VC-AC, VC-SIMV - o tlakově řízená ventilace: PC-CMV, PC-SIMV, PC-AC, PCV s garantovaným objemem (Volume Guarantee), tlaková ventilace na dvou úrovních (PC-BIPAP), PC-APRV, PC-PSV, Spontaneous breathing, SPN-CPAP/VS, SPN-CPAP/PS, SPN-CPAP apnoická ventilace neinvazivní ventilace (NIV) pro všechny výše uvedené ventilační režimy automatická kompenzace odporu rourky s možností deaktivování - plně nastavitelná dle aktuálně použité kanyly grafické zobrazení závislostí (mechanika plic), možnost referenční křivky možnost grafické a numerické analýzy křivek - určování a výpočet inflexních bodů

- grafické zobrazení a interpretace plicní mechaniky s kalibrací na konkrétního pacienta
- monitorace hodnot PAW, Pplat, Peak, PEEP, Pmean, CPAP, Pmin, f a fspont, MV a MVspont, Cdyn, R, RSB
- grafické odlišení řízeného a spontánního průtoku - grafické znázornění spontánní aktivity pacienta
- expirační kompenzace rourky, kontinuální zobrazení tracheálního tlaku.
- automatické měření oklusního tlaku P0.1, intristického PEEP
- záznam grafických a numerických trendů 168 hod.
- záznam alarmových hlášení, změn nastavení ventilátoru a vlastního nastavení ventilátoru
- flowtrigger v rozsahu 0,2-15 l/min
- automatický režim přípravy pro bronchotoaletu
- manuální spouštění dechů a „inspirační a expirační hold“
- mikronebulizace léků synchronizovaná s inspirem
- kontrola bronchiální obstrukce
- kontrola skutečného objemu Vt, automatická kompenzace dýchacího okruhu
- paramagnetické měření O₂
- integrovaná kapnometrie - monitorace hodnot etCO₂ přenositelným senzorem etCO₂ mezi jednotlivými ventilátory
- automatický odvykací protokol pro odpojení pomocí redukce inspirační podpory P_{insp} - na základě měřených hodnot Vt, etCO₂ a fspont, vedoucí k automatickému odpojení pacienta od ventilátoru s vytvořením záznamu o průběhu odpojování
- možnost uložení individuální konfigurace pro jednotlivé uživatele
- lehce vyjímatelný expirační ventil - snadno rozebíratelný pro nejvyšší stupeň sterilizace a desinfekce v autoklávu
- plně automatická kalibrace všech senzorů bez omezení provozu přístroje
- záložní baterie 90 minut provozu
- komunikace s PC (USB, RS 232, RJ45) _____

				• malé rozměry a nízká hmotnost • snadná údržba a obsluha
2.	Průtokoměr 02, výrobce Dräger minimální technické parametry a požadavky zadavatele jsou stanoveny v Příloze č. 2 ZD - Technická specifikace	6	ANO	• přesný kyslíkový průtokoměr • plynulá regulace v rozsahu 0-15 l/min

Příloha č. 2

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA DODAVATELE za celý kompletní předmět plnění výše uvedené VZ					
Nabídková cena v Kč bez DPH (bude předmětem hodnocení)	2 489 588,- Kč				
Nabídková cena v Kč včetně DPH	3 012 401,48 Kč				
Položkové ceny					
Název položky	Cena za 1 ks v Kč bez DPH	Cena za 1 ks v Kč vč. DPH	Počet ks	Cena za všechny ks v Kč bez DPH	Cena za všechny ks v Kč vč. DPH
5. část - Ventilátory - olicní ventilátor a orůtokoměr 02					
Plicní ventilátor	614 900 Kč	744 029 Kč	4	2 459 600 Kč	2 976 116 Kč
Průtokoměr 02	4 998 Kč	6 047,58 Kč	6	29 988 Kč	36 285,48 Kč
Délka záruky v měsících (bude předmětem hodnocení)	24 měsíců				
OSTATNÍ ÚDAJE A INFORMACE					
Garance pozáručního servisu (min. 8 let, v souladu se čl.5.5. ID)	8 let				