

Servisní smlouva 300800

dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

sídlo: Vrchlického 59, 58633 Jihlava

jednající: MUDr. L. Velevem, ředitelem

IČ: 00090638

DIČ: CZ00090638

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 18736681/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

AMEDIS, spol. s r. o.

sídlo: Bobkova 786, 787, 198 00 Praha 9

jednající: Ing. Petrem Krňákem, jednatelem

Ing. Hanou Poslušnou, jednatelem

IČ: 48586366

DIČ: CZ48586366

Bankovní spojení: ČSOB, a. s., č. ú.: 473385123/0300

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17901

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Preambule

Tato smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky POSKYTOVÁNÍ SMLUVNÍHO SERVISU PRO TECHNOLOGII ZOBRAZOVACÍCH METOD NEMOCNICE JIHLAVA – jednacím řízení bez uveřejnění, část 1. Plnění této smlouvy bude odpovídat zadávací dokumentaci pro tuto část zakázky a podmínkám dohodnutých v rámci jednání, i pokud nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny.

III. Předmět smlouvy

- 1) Předmětem plnění této Smlouvy je realizace předmětu plnění veřejné zakázky „Poskytování smluvního servisu pro technologii zobrazovacích metod Nemocnice Jihlava“ – Část 1. v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), a to poskytování servisních služeb způsobem splňujícím medicínské a technické požadavky stanovené výrobcem, spočívající zejména v provádění pravidelné údržby, kontroly, seřizování, oprav a pravidelné bezpečnostně-technické kontroly dle zákona o zdravotnických prostředcích (zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů). Provádění elektrické revize dle ČSN včetně bezplatného

poskytnutí veškerého dostupného upgrade zařízení a jeho instalace po dobu trvání smlouvy. Předmětem této smlouvy je dále závazek Objednatel uhradit za řádné a včasné poskytování služeb Zhotoviteli cenu za podmínek uvedených v této smlouvě.

- 2) Zhotovitel se zavazuje zajišťovat servis a údržbu pro:
- a) **Lineární urychlovač Clinac 2100C/D, v. č. 2304 s následujícím příslušenstvím:**
 - vícelamelový kolimační systém MLC Millenium 80, v. č. 2480
 - elektronický zobrazovací systém aS500-II, v. č. 815056
 - 4D ITC pro lineární urychlovač Clinac 2100C/D, v. č. 230
 - b) **Lineární urychlovač Clinac 2100C/D, v. č. 4532 s následujícím příslušenstvím:**
 - vícelamelový kolimační systém MLC Millenium 120, v. č. 545293
 - elektronický zobrazovací systém aS1000-II, v. č. 817845
 - 4D ITC pro lineární urychlovač Clinac 2100C/D, v. č. 4532
 - c) **Rentgenový radioterapeutický simulátor Acuity EX, v. č. 069**
 - d) **Brachyterapeutický ozařovač Varisource, v. č. 338**
 - e) **Vyřezávačka bloků ACD4MK3 včetně řídicího počítače**
 - f) **Soubor zařízení pro klinickou dozimetrii:**
 - EFD 3G –pSi detektor pro elektronové svazky
 - PFD 3G –pSi detektor pro fotonové svazky
 - RDF 3G –pSi referenční detektor
 - 3x počítač pro software k dozimetrii + 3x tiskárna
 - Rezervoár a zvedací zařízení pro vodní fantom
 - 2x dozimetr pro absolutní měření dávky DOSE 1
 - Ionizační komora FC65-P typu „Farmer“
 - Ionizační komora FC65-G typu „Farmer“
 - Planparalelní komora PPC40, 0.4 ccm
 - 2x ionizační komora CC13
 - 2x zařízení pro kontroly fotonových a elektronových svazků Daily QA2 a Daily QA3
 - 2x zařízení pro in vivo dozimetrii: mnohokanálový elektrometr DPD-12 a emX včetně software DPDpc
- (dále jen „Zařízení“).
- 3) Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý z hlediska požadavků právní úpravy poskytovat služby v této smlouvě uvedené a prohlašuje, že je držitelem Rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. j. 20472/2007 ze dne 19. 7. 2007, SÚJB/OEHO/718/2011 ze dne 11. 1. 2011 a SÚJB/OEHO/2711/2011 ze dne 2. 2. 2011 (Příloha č. 1 této smlouvy). Přílohou č. 10 této smlouvy je prohlášení o exkluzivitě zastoupení pro dodávky a servis v ČR pro společnost AMEDIS, spol. s r.o. vydané výrobcem Zařízení.
- 4) Je-li v této smlouvě použit termín „servisní zásah“, rozumí se jím zejména servisní služby (viz čl. IV. této smlouvy) a odstraňování závad Zařízení (viz čl. V. této smlouvy).

IV. Servisní služby

- 1) Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli preventivní servisní služby a údržbu Zařízení v tomto rozsahu:

- a) Pravidelné servisní prohlídky: Provádění pravidelných servisních prohlídek v rozsahu a intervalech stanovených výrobcem Zařízení a to v souladu se zákonem č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, včetně vystavení příslušných protokolů k archivaci u Objednatele. Pravidelné servisní prohlídky budou prováděny dle ročního harmonogramu zaslaného Zhotovitelem Objednateli vždy na konci předcházejícího kalendářního roku. Termíny servisních prohlídek stanoví a hlídá Zhotovitel podle pokynů výrobce a potřeb Zařízení tak, aby byl zabezpečen bezchybný provoz Zařízení. Součástí pravidelných servisních prohlídek bude též provádění kontroly Zařízení z hlediska mechanické a elektrické bezpečnosti.
 - b) Údržba: Provádění pravidelné údržby z hlediska souladu technického stavu Zařízení s požadavky stanovenými příslušnými právními předpisy. Poskytování informací Objednateli týkajících se stavu, provozní bezpečnosti a potřeby provedení nezbytných a/nebo žádoucích oprav a/nebo seřizovacích prací na Zařízení. Kontrola funkčnosti Zařízení a testování provozních údajů. Provádění technických změn a/nebo úprav na Zařízení, jejichž provedení bude Zhotovitel pokládat za nezbytné a/nebo žádoucí z hlediska zajištění provozní bezpečnosti. Čištění, mazání, seřizování a doplňování pomocných látek do Zařízení. Hardware a software update k udržování funkce systému v souladu s nejnovějšími doporučeními;
 - c) Elektrovizy: Provádění elektrovizí v rozsahu a v termínech podle platných právních předpisů včetně vystavení příslušných protokolů k archivaci u Objednatele. Termíny pravidelných elektrovizí hlídá Zhotovitel;
 - d) Aktualizace: Provádění standardních vylepšení a modifikace (hardware i software) zvyšující spolehlivost a bezpečnost Zařízení – „bezpečnostní aktualizace“ (nikoli nastavbové modifikace zdarma), které se instalují neprodleně, jak je výrobce uvolní (pro instalaci v ČR);
 - e) Zkouška dlouhodobé stability: Provádění zkoušek dlouhodobé stability (ZDS) dle vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro lineární urychlovače, rentgenový radioterapeutický simulátor a brachyterapeutický ozařovač s roční periodicitou a vždy po výměně dílů, které mohou mít vliv na dlouhodobou stabilitu včetně vypracování příslušných protokolů k archivaci u Objednatele;
 - f) Aplikační podpora: Aplikační podpora Objednatele specialistou v případě potřeby. Telefonické konzultace týkající se Zařízení zdarma, a to v neomezeném rozsahu. Sledování aktuálních právních předpisů v oblasti zdravotnických prostředků a konzultace s Objednatelem v případě potřebných změn či jiných postupů při péči o Zařízení;
 - g) Služby na dálku: Poskytování servisu formou vzdálené správy neomezeně zdarma pro urychlení opravy v případech závad k tomu vhodných;
 - h) Likvidace: Zajištění likvidace v případě vyřazení daného Zařízení z inventáře Objednatele.
- 2) Jednotlivé preventivní servisní služby a údržba se považují za řádně provedené dnem podepsání servisního výkazu ze strany Objednatele.

V. Odstraňování závad Zařízení

- 1) Zhotovitel se zavazuje zajišťovat odstranění závad Zařízení a jejího příslušenství (HW a SW vybavení).
- 2) Opravy: Úkony za účelem zprovoznění Zařízení a jeho příslušenství (HW a SW vybavení) po poruše až do úplného zprovoznění. Bezplatná dodávka/výměna všech potřebných náhradních dílů/součástí („full service“) včetně zdrojů Ir-192 a servisních souprav 4th-source exchange a 3-years source exchange pro Varisource (4. položka seznamu Zařízení) po dobu platnosti smlouvy vyjma urychlovací struktury a klystronu pro lineární urychlovače a detektoru obrazu pro rentgenový radioterapeutický simulátor a aplikátorů pro brachyterapii. V případě potřeby - obměna zastaralého (poddimenzovaného) hardwaru u příslušenství (PC).
- 3) Objednatel je v případě závady Zařízení povinen tuto nahlásit Zhotoviteli prostřednictvím servisního informačního systému AMEDIS nebo faxem na +420 281 917 500 či e-mailem na sales@amedis.cz.
- 4) Reakční doba nástupu Zhotovitele na Servisní zásah nesmí být delší než 8 pracovních hodin od nahlášení požadavku ze strany Objednatele. Pracovní doba Zhotovitele se požaduje min. 8 hod. každý pracovní den. Za zahájení opravy se považuje i diagnostika pomocí vzdáleného přístupu. Zhotovitel je povinen po provedení diagnostiky závady oznámit Objednateli dobu trvání Servisního zásahu a termín zprovoznění Zařízení. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat dobu servisního zásahu a zprovoznit Zařízení v nejkratším možném termínu bez zbytečných prodlev.
- 5) Nejzazší doba zprovoznění Zařízení:
 - do 24 hodin počítaných od nástupu Zhotovitele na opravu Zařízení v případě, že potřebné náhradní díly jsou na skladě Objednatele nebo Zhotovitele;
 - do 72 hodin počítaných od nástupu Zhotovitele na opravu Zařízení v případě, že potřebné náhradní díly je nutné dodat ze zahraničí – v tomto případě Zhotovitel přiloží k Servisnímu výkazu doklad, který prokazuje, že daný ND byl pro tento servisní zásah dodán ze zahraničí;
 - výše uvedené lhůty pro odstranění závady se nevztahují na opravy související s otevřením vakua na lineárních urychlovačích, které budou odstraněny, a Zařízení bude znovu uvedeno do provozu nejpozději do 6 pracovních dní od konce doby pro nástup na opravu;
- 6) Po odstranění závady je Zhotovitel povinen předat Objednateli servisní výkaz, ve kterém bude specifikována závada, způsob a čas jejího odstranění a počet hodin nutných k jejímu odstranění.
- 7) Závada Zařízení se považuje za odstraněnou dnem podpisu servisního výkazu pověřenou osobou Objednatele dle čl. VI odst. 5, ze kterého bude vyplývat, že byla závada odstraněna.

VI. Práva a povinnosti Zhotovitele

- 1) Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti smlouvy bude v pracovní dny od 7:00 hod. do 16:30 hod. Objednateli poskytovat prostřednictvím tel. 281 918 191 telefonické konzultace týkající se Zařízení.

- 2) Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti smlouvy bude poskytovat servis formou vzdálené správy pro urychlení opravy v případech závad k tomu vhodných. Předpokladem je, že Objednatel umožní Zhotoviteli VPN přístup k serveru verifikačního systému radioterapie.
- 3) Zhotovitel se zavazuje, že služby na základě této smlouvy budou provádět výhradně řádně vyškolení servisní inženýři.
- 4) Zhotovitel je povinen alespoň jeden týden před servisním zásahem, který bude mít za následek změnu konfigurace nebo funkce Zařízení, o chystaném zásahu písemně informovat Objednatele.
- 5) Zhotovitel je povinen před zahájením poskytování jakékoli služby dle této smlouvy uvědomit o svém příchodu pověřené osoby Objednatele.
- 6) Zhotovitel je povinen používat při poskytování služeb dle této smlouvy výhradně svoje vlastní zařízení, jako např. měřící techniku a spotřební materiál. Výjimku tvoří možnost použití automatického vodního fantomu pro provedení zkoušky dlouhodobé stability.
- 7) Garance provozuschopnosti: Garance, že Zařízení (pouze body 1. až 4. ze seznamu Zařízení) bude plně využitelné a bez poruchy v rozsahu 92% celoroční pracovní doby na daném oddělení objednatele (pracovní dny v daném roce x obvyklá pracovní doba 7:00 – 17:00). Provozuschopností se rozumí, že bude možné použít Zařízení pro jakoukoli zdravotní proceduru, pro kterou je určeno, a to v důsledku správné funkčnosti jedné nebo více částí Zařízení.
- 8) Zhotovitel je povinen poskytovat služby dle této smlouvy v souladu s právními předpisy. Zhotovitel je dále povinen poskytovat včas Objednateli veškeré informace potřebné k tomu, aby na straně Objednatele nedošlo nebo nedocházelo k porušování právních předpisů.
- 9) Zhotovitel nenes zodpovědnost za poškození zdraví lidí nebo poškození Zařízení, pokud:
 - jsou Objednatelem provedeny změny nebo opravy nebo jsou použity náhradní díly a procedury, které nejsou v souladu s instrukcemi výrobce Zařízení nebo pokud jsou Objednatelem odstraněna nebo změněna bezpečnostní označení;
 - zařízení je používáno k jiným účelům, než k jakým je určeno;
 - nejsou prováděny pravidelné kontroly a údržba min. v rozsahu stanoveném výrobcem a dané touto smlouvou z důvodů na straně Objednatele;
 - nejsou Objednatelem dodržovány bezpečnostní instrukce a pravidla stanovená výrobcem pro bezpečné použití Zařízení;
 - Objednatel nebo třetí osoba instaluje neschválený software (tzn. software, který nebyl dodán Zhotovitelem) na 4D Integrované ozařovací konzoly a LVI lineárních urychlovačů, databázový server verifikačního systému (používání a/nebo přidávání neschváleného software včetně antivirových programů běžících v reálném čase na výše uvedených stanicích a serverech narušuje osvědčenou konfiguraci systému a přináší riziko narušení jeho správné funkce);
 - Objednatel nebo třetí osoba instaluje neschválený software k ostatním počítačům verifikačního systému radioterapie a Zařízením uvedeným v čl. III, bod 2a) – 2d), bez přítomnosti Zhotovitele, a tím naruší konfiguraci systému a jeho správnou funkci;
 - Objednatel změní základní nastavení operačního systému na 4D Integrovaných ozařovacích konzolách, LVI, na serveru a/nebo stanicích verifikačního systému;
 - servis PC a aplikačního SW Zařízení je prováděn jinými osobami než vyškoleným servisním inženýrem Zhotovitele;

- dojde k infiltraci počítačovými viry z důvodu na straně Objednatele (např. používání neověřených externích paměťových médií (flash disk) pro přenos dat z/do 4D Integrovaných ozařovacích konzolí, LVI, serveru a/nebo stanic verifikačního systému; stanovisko výrobce je obsahem Přílohy č. 8 této smlouvy);
- obsluha není vyškolená pro práci se zdravotnickou technikou nebo nerespektuje instrukce k používání.

VII. Práva a povinnosti Objednatele

- 1) Objednatel se zavazuje, že bude používat Zařízení v souladu s návody k obsluze.
- 2) Objednatel se zavazuje, že bude provádět veškeré servisní zásahy na Zařízení prostřednictvím servisních inženýrů Zhotovitele.
- 3) Objednatel se zavazuje, že po celou dobu servisního zásahu na Zařízení zajistí přítomnost pověřené osoby a poskytne dokumentaci související s provozem Zařízení.
- 4) Objednatel se zavazuje zajistit, aby Zařízení byla v termínu, ve kterém Zhotovitel oznámí Objednateli, že se dostaví k servisnímu zásahu, připravena k jeho provedení.
- 5) Objednatel se zavazuje zajistit pracovní místnost pro servisního inženýra AMEDIS, spol. s r.o., který je určený primárně pro provádění servisu u Objednatele;
- 6) Pověřenou osobou Objednatele pro účely čl. VI odst. 5 a článku V. odst. 7 je radiologický fyzik nebo biomedicínský inženýr Onkologického oddělení.

VIII. Cena plnění a platební podmínky

- 1) Za poskytování servisních služeb a odstraňování závad Zařízení, jakož i dalších služeb uvedených v této smlouvě, se sjednává následující cena:

Cena	za 1 rok	za 4 roky
bez DPH	7.099.200,- Kč	28.396.800,- Kč
DPH 21%	1 490 832,- Kč	5.963.328,- Kč
celkem včetně DPH 21%	8 590 032,- Kč	34.360.128,- Kč

- 2) V ceně je zahrnuta bezplatná dodávka/výměna všech potřebných náhradních dílů/součástí („full service“) včetně zdrojů Ir-192 a servisních souprav 4th-source exchange a 3-years source exchange pro Varisource (4. položka seznamu Zařízení) po dobu platnosti smlouvy vyjma urychlovací struktury a klystronu pro lineární urychlovače a detektoru obrazu pro rentgenový radioterapeutický simulátor a aplikátorů pro brachyterapii. V případě potřeby - obměna zastaralého (poddimenzovaného) hardwaru u příslušenství (PC). Poskytované služby zahrnují i veškeré cestovní náklady servisních inženýrů.
- 3) Cena bude Objednatelem hrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystavované Zhotovitelem k poslednímu dni kalendářního měsíce. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne doručení daňového dokladu Objednateli.
- 4) Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o

DPH“).“ DPH bude dopočítána a uhrazeno ve výši dle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 5) V případě požadavku Objednatele na materiál či služby touto smlouvou nesjednané zašle Zhotovitel Objednateli cenovou nabídku. Po odsouhlasení Objednatelem budou materiál či služba dodány a vyúčtovány na základě daňového dokladu (faktury).
- 6) Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH. Fakturu, která neobsahuje tyto náležitosti nebo náležitosti dohodnuté v této smlouvě, nebo jsou-li uvedeny nesprávně či neúplně, popř. obsahuje-li jiné chyby či nedostatky, je Objednatel oprávněn do data splatnosti vrátit. Po doručení řádně vystaveného daňového dokladu začne běžet znovu sjednaná lhůta splatnosti.

IX. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

- 1) Záruka na náhradní díly a materiál vyplývá ze záruky, kterou poskytuje výrobce, minimálně však činí tři měsíce od data dodání, v případě vakuových dílů od data instalace.
- 2) Záruka se nevztahuje na závady vzniklé nevhodným používáním, neodborným zásahem nebo chybou obsluhy.

X. Sankce

- 1) V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny dle čl. VIII této smlouvy o více než 30 kalendářních dnů, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky.
- 2) V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na opravu Zařízení uvedených v čl. III, bod 2a) – 2d) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 3) Při nedodržení podmínky provozuschopnosti Zařízení bude Objednatel po Zhotoviteli požadovat „bonus“ v hodnotě jednoho procenta (1%) z celkové roční ceny (za poskytované služby), za každé jedno procento (1%) sjednané doby provozuschopnosti, o které byla skutečná doba provozuschopnosti kratší než sjednaná doba provozuschopnosti.

XI. Ostatní ujednání

- 1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Tato smlouva může být před uplynutím lhůty její platnosti ukončena podáním výpovědi druhé smluvní straně s tříměsíční výpovědní lhůtou, která běží od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
- 3) Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od této smlouvy v případech hrubého a trvajících porušování smluvních podmínek, za které se považuje opakované prodlení s plněním závazků smluvní strany, ačkoliv dotčená smluvní strana poskytla druhé smluvní straně přiměřenou lhůtu k dodatečnému splnění závazků. V tom případě se přijatá plnění nevracejí.
- 4) Objednatel si vyhrazuje právo vypovědět servisní smlouvu na jedno nebo více Zařízení, a to bez udání důvodu (Objednatel může dané zařízení např. vyřadit, vyměnit apod.).

Výpovědní lhůta pak činí 3 měsíce a začíná běžet 1. dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi dodavateli.

- 5) Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba pak činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno Zhotoviteli.
- 6) Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy dodavatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že zadavatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Zadavatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované dodavatelem
- 7) Není-li v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy obou smluvních stran ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
- 8) Tuto smlouvu lze doplňovat či měnit pouze formou písemného dodatku, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 9) Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem a dále se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a na profilu Objednatele.
- 10) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží po dvou vyhotoveních, Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Smluvní strany zároveň potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
- 11) Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1: Rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost:
 - č. j. 20472/2007 ze dne 19. 7. 2007;
 - č. j. SÚJB/OEHO/718/2011 ze dne 11. 1. 2011;
 - č. j. SÚJB/OEHO/2711/2011 ze dne 2. 2. 2011;
 - Příloha č. 2: Rozsah PMI a PBTk lineárních urychlovačů Clinac s příslušenstvím;
 - Příloha č. 3: Rozsah PMI a PBTk radioterapeutického simulátoru Acuity;
 - Příloha č. 4: Rozsah PMI a PBTk Brachyterapeutického ozařovače Varisource;
 - Příloha č. 5: Rozsah ZDS lineárních urychlovačů Clinac s příslušenstvím;
 - Příloha č. 6: Rozsah ZDS rentgenového radioterapeutického simulátoru Acuity;
 - Příloha č. 7: Rozsah ZDS Brachyterapeutického ozařovače Varisource;
 - Příloha č. 8: Stanovisko výrobce ve věci instalace antivirových programů a nebezpečí zavirování V& R systému ARIA pro radioterapii;
 - Příloha č. 9: Ceník základních náhradních dílů;
 - Příloha č. 10: Prohlášení o exkluzivitě zastoupení v ČR pro společnost AMEDIS, spol. s r.o. vydané výrobcem Zařízení uvedených v čl. III, bod 2a) – 2d).

V Jihlavě dne 29. 12. 2014

V Praze dne 29. 12. 2014

MUDr. Lukáš Velev
ředitel
Nemocnice Jihlava, p. o.

NEMOCNICE JIHLAVA, příspěvková organizace
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČO: 00090638, DIČ: CZ00090638
tel.: 567 157 111, fax: 567 301 212
-2-

Ing. Hana Poslušná
jednatel
AMEDIS, spol. s r.o.

AMEDIS spol. s r.o.
Běbkova 786, 787
198 00 PRAHA 9
tel: 28191 8191, Fax: 28191 750