

KNTB Zlín - vysoce specializovaná péče perinatologie - část 8 - část C

TABULKA S TECHNICKÝMI PARAMETRY

Parametr	Požadovaná min.hodnota	Nabízená hodnota	Poznámka
Lůžko porodní - 5ks			
Porodní lůžko AVE 2			
Plocha lůžka dělená na tři části, samostatně nastavitelné (zádová, sedací a podnožní část)	ANO	ANO	
Nosnost min. 235 kg	ANO	ANO, 240 kg	
Zatížení podnožního dílu min. 150 kg	ANO	ANO, 150 kg	
Rozměry 980 x 2130 mm (+/- 5%)	ANO	ANO, 980x2122 mm	
Rozměry ložné plochy min 210x90 cm. Ve zkráceném tvaru 150x90 cm	ANO	ANO, 212,2x98 cm. Ve zkráceném tvaru 157x96 cm	
Nastavitelná výška ložné plochy včetně matrace min. 60 cm až 100 cm	ANO	ANO, 60-105 cm	
Maximální výška ložné plochy včetně matrace min. 1 000 mm	ANO	ANO, 1050 mm	
Elektromotorické polohování zádové a sedací části	ANO	ANO	
Elektromotorické nastavování zdvihu	ANO	ANO	
Mechanicky nastavitelný podnožní díl, neodnímatelný od lůžka	ANO	ANO	
Úhel nastavení podnožního dílu min. 0° až -22°	ANO	ANO, 0° až -22°	
Úhel nastavení sedacího dílu min. 0° až 18°	ANO	ANO, 0° až 18,5°	
Úhel nastavení zádového dílu min. -10° až +70°	ANO	ANO, -10° až +70°	
Vertikální nastavení nožních podpěr min. 0 až 130°	ANO	ANO, 0° až 143°	
Horizontální nastavení nožních podpěr min. 0 až 60°	ANO	ANO, 0° až +60°	
Možnost nastavení podnožního dílu do různých výškových úrovní a zasunutí celého podnožního dílu jednoduchým pohybem pod rám postele	ANO	ANO	
Konstrukce umožňující zasunutí celého podnožního dílu pod rám postele. Podnožní díl je konstrukční součástí lůžka	ANO	ANO	
CPR poloha, manuální nastavení	ANO	ANO	
Poloha Trendelenburg min. -10°, elektricky nastavitelná	ANO	ANO	
Záložní baterie	ANO	ANO	
Plastový kryt podvozku lůžka	ANO	ANO	

Nožní podpěry mechanicky nastavitelné do pozice opěr chodidel nebo do pozice lýtkových opěr, neodnímatelné	ANO	ANO	
Dvojitá kolečka průměru min. 150 mm	ANO	ANO, 150 mm	
Centrální brzda	ANO	ANO	
2x držák infuzního stojanu	ANO	ANO	
Ruční madla pro rodičku, odnímatelné	ANO	ANO	
Postranice, neodnímatelné, sklopné, s integrovaným ovládacím panelem – el. ovládání výšky ložné plochy a náklonu zádového dílu rodičkou	ANO	ANO	
Integrovaný ovládací panel na obou stranách zádového dílu s ovládacími prvky (el. ovládání - výšky ložné plochy, nastavení zádového a sedacího dílu, poloha Trendelenburg)	ANO	ANO	
Volba barvy matrace lůžka z minimálně pěti barev (min. 5 barevních odstínů)	ANO	ANO	
Příslušenství ke všem 5 ks lůžek			
Odnímatelné čelo lůžka - 5ks	ANO	ANO	
Nerezová odpadní nádoba (4,5 l) včetně držáku - 1ks (přenositelná mezi jednotlivými lůžky. Konstrukce ostatních lůžek tomu přizpůsobena)	ANO	ANO	
Ruční dálkový ovladač na krouceném kabelu - 5ks	ANO	ANO	
Přenositelný posuvný podhlavník - 3ks (přenositelná mezi jednotlivými lůžky. Konstrukce ostatních lůžek tomu přizpůsobena)	ANO	ANO	
Textilní potah na jednotlivé části (set) - 15ks	ANO	ANO	
Odnímatelná opěrná hrazda - 3ks (přenositelná mezi jednotlivými lůžky. Konstrukce ostatních lůžek tomu přizpůsobena)	ANO	ANO	
Infuzní stojan - 5ks	ANO	ANO	

POZNÁMKA: Uvedené technické požadavky jsou minimální. Dodavatel může nabídnout zařízení i s lepšími parametry.

Pokyny pro vyplnění:

1. Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota".
2. Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného zařízení (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti zařízení a znamená nesplnění zadávacích podmínek).
3. Pokud má účastník zadávacího řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".
4. Vyplněný formulář účastník zadávacího řízení předloží v rámci své nabídky (jako přílohu návrhu kupní smlouvy).

V Želevčicích, dne

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX