



Kupní smlouva č. K003/2019

Článek I. Smluvní strany

1. Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

se sídlem Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, PSČ 393 38

IČ: 00511951

DIČ: CZ00511951

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 466

Statutární zástupce: Ing. Jan Mlčák, MBA, ředitel

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., č. ú.: 174-401202834/0600

(dále jen „kupující“)

2. TRIGON PLUS s.r.o.

se sídlem Západní 93, 251 01 Čestlice

IČ: 46350110

DIČ: CZ46350110

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11127

Statutární zástupce: Ing. Martin Musil, Bc. Kateřina Vacková, Oldřich Vacek, jednatelé

(dále jen „prodávající“)

Článek II Předmět smlouvy

Předmětem této kupní smlouvy je nákup nového přístrojového vybavení, a to **velkoobjemovou centrifugu Cryofuge 16** pro Oddělení hematologie a transfúziologie, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace.

1. Předmětem smlouvy je závazek Prodávajícího dodat přístrojové vybavení ve věcném rozsahu a s technickými parametry dle nabídky prodávajícího (dále jen „přístroje“) a převést na Kupujícího vlastnické právo k přístrojům, a dále závazek Prodávajícího:
 - provést instalaci přístrojů a uvést je do trvalého provozu včetně zajištění a zprovoznění všech spojení,
 - zaškolit obsluhu v rozsahu zaškolení v rámci instalace zařízení a provést zaškolení obsluhy u všech zadavatelem určených pracovníků,
 - realizovat veškeré potřebné práce a činnosti nutné ke splnění závazků Prodávajícího dle této smlouvy,
 - provádět záruční servis dle podmínek stanovených touto smlouvou,
 - prodávající je povinen zajistit nástup servisního technika max. do 24 pracovních hodin od nahlášení závady, pro tyto účely se pracovními hodinami rozumí Po-Pá, 8.00 - 17.00 hod,
 - maximální doba uvedení přístroje do provozu musí činit:
 - bez náhradních dílů - 2 pracovní dny od nástupu servisního technika,
 - s dodávkou náhradních dílů - 5 pracovních dní od nástupu servisního technika,

a závazek Kupujícího zaplatit sjednanou kupní cenu a poskytnout součinnost nezbytnou ke splnění závazku prodávajícího.

2. Spolu s přístroji je dodavatel povinen předat veškeré doklady, které jsou potřebné k používání vybavení a které osvědčují splnění legislativních technických požadavků na předmět plnění, jako např. návody k použití v českém jazyce jak v listinné tak elektronické podobě, záruční listy, příslušné certifikáty, atesty, prohlášení o shodě (certifikáty CE) osvědčující, že výrobky jsou vyrobeny v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, a to jak pro přístroje, tak pro jejich příslušenství.
3. Prodávající zároveň prohlašuje, že předmět kupní smlouvy splňuje veškeré požadavky kupujícího stanovené v souboru Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu „Velkoobjemová chlazená centrifuga“.

Článek III.

Cena a platební podmínky

1. Kupující zaplatí prodávajícímu za předmět smlouvy, v souladu s podmínkami této smlouvy, kupní cenu uvedenou dále.
2. Kupní cena dodávky předmětu smlouvy činí 866 000,- Kč bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené právním předpisem k datu poskytnutí zdanitelného plnění. Cena za předmět smlouvy včetně zákonné daně z přidané hodnoty činí k datu podpisu této smlouvy 1 047 860,- Kč.
3. Kupní cena předmětu smlouvy je cena konečná, zahrnuje veškeré náklady prodávajícího (např. dopravné do místa plnění, pojištění zásilky, celní, bankovní a ostatní poplatky apod.).
4. Zaplacení kupní ceny bude provedeno na základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený v něm uveden. Lhůta splatnosti v délce 30 kalendářních dnů bude uváděna na daňovém dokladu. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání kupní ceny z účtu kupujícího ve prospěch prodávajícího.
5. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
6. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí kupující vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Prodávající je povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená v článku 3 této smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) kupujícímu.
7. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235 /2004 Sb. O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
8. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Kupujícím takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované prodávajícím.

Článek IV.

Místo a doba plnění

1. Předmět smlouvy bude dodán a instalován na Oddělení hematologie a transfúziologie, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace.
2. Prodávající se zavazuje dodat a instalovat přístroj nejpozději do 8 týdnů ode dne účinnosti této kupní smlouvy.
3. Přístroj bude řádně předán kupujícímu v místě plnění včetně příslušných dokladů, které se

k dodávanému zařízení vztahují. Přijetí bude potvrzeno podpisem předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Prodávající bude Kupujícímu avizovat dodání přístroje na místo plnění nejpozději 5 dnů předem. Přístroje budou dopraveny ve vhodném balení tak, aby při běžných podmínkách přepravy, manipulace a skladování byly řádně chráněny před poškozením.
5. Prodávající bude provádět instalaci přístrojů v místě plnění. Kupující zajistí přístup pro osoby provádějící instalaci do prostorů jejího uskutečnění v požadovaném rozsahu.
6. Instalace bude Prodávajícím prováděna podle vlastního technologického postupu. Při provádění instalace je Prodávající povinen dodržovat veškeré požární předpisy, předpisy BOZP a vnitřní předpisy Kupujícího vztahující se k instalaci předmětu plnění, které Kupující Prodávajícímu poskytne před zahájením instalace.

Článek V.

Záruka, odpovědnost za vady

1. Prodávající se zavazuje, že plnění bude poskytnuto za účelem a v kvalitě sjednané mezi smluvními stranami.
2. Prodávající se zavazuje, že během záruční doby bude provádět PBTk (provozní bezpečnostně-technické kontroly) na vlastní náklady.
3. Zjištěnou vadu reklamuje kupující telefonicky nebo písemně.
4. Záruční doba poskytovaná na provedené práce je v délce **24** měsíců od podpisu předávacího protokolu.

Článek VI.

Smluvní sankce

1. V případě, že Prodávající nedodrží sjednaný termín dodání přístroje dle domluvy s Kupujícím, má Kupující právo na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že Kupující nedodrží dobu splatnosti faktur dle čl. III. této smlouvy, má Prodávající právo požadovat úrok z prodlení ve výši dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvním stranám vzniká právo na náhradu škody způsobenou porušením smluvních povinností druhou stranou. Toto právo není dotčeno úhradou smluvních pokut a úroků z prodlení.

Článek VII.

Prohlášení Prodávajícího

Prodávající prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízela žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním kupující uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

2. Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5. Odst. 2 zákona o registru smluv splní Kupující a splnění této povinnosti doloží Prodávajícímu. Současně bere Prodávající na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
4. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy nebo přílohy ke smlouvě musí být provedeny formou písemných, chronologicky číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že se dohodly na celém jejím obsahu, že se smluvními podmínkami souhlasí a že smlouva nebyla podepsána v tísní ani za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Pelhřimově dne 5.8.2019

V Čestlicích dne 16.7.2019

Kupující

Ing. Jan Mlčák, MBA, ředitel

Prodávající

Bc. Kateřina Vacková, jednatel

Příloha č. 1 Technická specifikace

Předmět plnění	počet ks	cena v Kč včetně DPH
Velkoobjemová chlazená centrifuga	1	1 047 860,- Kč

Pokyn pro dodavatele: Dodavatel vyplní všechna prázdná pole, vyjma polí označených symbolem "X".

Ve sloupci "Způsob splnění podmínky" dodavatel uvede konkrétní hodnotu či způsob splnění podmínky tak, jak nabízený přístroj podmínku splňuje.

Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)	Cryofuge 16
---	-------------

podmínka	splňuje (Ano/Ne)	způsob splnění podmínky
Základní charakteristika		
kapacita 12 setů tří až pěťvaků a 12 setů tří až čtyřvaků s filtrem	Ano	X
výkyvný krytovaný rotor s víkem	Ano	X
kryt rotoru automaticky otevírající i uzavírající spolu s víkem centrifugy	Ano	X
motoricky ovládané víko centrifugy otevírající směrem dozadu - zajišťuje neomezený přístup do komory centrifugy	Ano	X
možnost naprogramování automatického otevření po skončení programu	Ano	X
otáčky min. 4 200 otáček/min.	Ano	dosazitelnost 4 700 ot/min
příkon max. do 6 kW při maximálním výkonu	Ano	5,4 kW
napájení 400V/50 Hz	Ano	X
nízké vyzářené teplo	Ano	X
stojanové provedení	Ano	X
pevná robustní konstrukce, vnitřní nerezové provedení	Ano	X
bezúdržbový indukční motor	Ano	X

bezpečnostní funkce: imbalance, zdvojený zámek víka, alarmy přehřátí centrifugy a pohonu	Ano	X
výkonné chlazení s regulací -20°C až +40°C, trvale teplota pod +5°C při maximálním výkonu pro kryoprecipitáty	Ano	X
odolný displej a klávesnice na předním panelu	Ano	X
přehledný displej - zobrazuje aktuální i naprogramované hodnoty	Ano	X
možnost programování centrifugačních parametrů - paměť min. pro 20 programů	Ano	120
ochrana programů heslem nebo zámkem	Ano	X
garance reprodukovatelnosti centrifugace bez ohledu na zatížení - zajišťují, že výsledky jsou stejné, ať je stáčen 1 vak nebo plná kapacita 12 vaků	Ano	X
snadné provozní validace	Ano	X
připojení centrifugy do stávajícího IS transfuzního oddělení (Amadeus)	Ano	X
software v českém jazyce pro záznam průběhu parametrů centrifugace, identifikace vaků, identifikace obsluhy	Ano	X
tisk protokolu o centrifugaci	Ano	X
snadné intuitivní ovládání, čtečka čárových kódů s držákem	Ano	X
kolečka pro snadnou manipulaci, možnost aretace a vyvážení	Ano	X
rozměry max. 90 cm šířka, 100 cm hloubka, 120 cm výška	Ano	šxhxv 800x905x1178 mm
bucket dvojitý pro krevní vaky, sada 12 vaků	Ano	X
adaptér pro dva max. pěťvakové sety a sety s filtrem pro 12 vaků	Ano	X