

KNTB Zlín - vysoce specializovaná péče perinatologie - část 5 - část E

TABULKA S TECHNICKÝMI PARAMETRY

Parametr	Požadovaná min.hodnota	Nabízená hodnota	Poznámka
Monitor životních funkcí - 4 ks CARESCAPE B450 výrobce GE Healthcare			
Multiparametrický monitor:			
Zajištění kontinuálního monitorování pacientů při transportu mimo oddělení bez ztráty patientských dat a bez přepojování kabelů a senzorů.	ANO	ANO	modul CS ONE/ GE Healthcare
Lehký (max. 4kg včetně baterie), dotykový displej o velikosti v rozmezí 6-8" se zobrazením alespoň 3 křivek	ANO	ANO	splňuje modul CARESCAPE ONE, 7" displej, 4 křivky, váha do 1,85 kg
nebo v případě, že se jedná o modulární monitor, tak výše uvedené parametry musí splňovat modul	ANO	ANO	V případě, že se nejedná o modulární monitor, pole nevyplňujte či doplňte slovo "nenabízím"
Na obrazovce musí být možné zobrazit pouze jednu měřenou hodnotu velkými číslicemi (např. SpO2, pulz, NIBP...)	ANO	ANO	
Uživatelský vyjímatelný akumulátor na minimálně 3 hodin provozu, automatické dobíjení při připojení monitoru	ANO	ANO	až 5 hodin
Automatický transfer dat do centrálního monitoru.	ANO	ANO	
Připojení k centrální stanici	ANO	ANO	
Monitor musí umožnit monitorování min. EKG, SpO2, NIBP, Teplotu.	ANO	ANO	
Zobrazení křivky EKG při snímání ze 3 svodů včetně zobrazení tepové frekvence	ANO	ANO	
Měření respirace z EKG elektrod impedanční metodou	ANO	ANO	
Měření NIBP s nastavením automatického režimu měření a se zobrazením numerické hodnoty	ANO	ANO	
Měření SpO2 technologie Masimo SET nebo Masimo Rainbow	ANO	ANO	Masimo SET
Součástí dodávky je dokovací stanice pro připojení k CS a nabíjení. Monitor (modul) musí být snadno vyjímatelný	ANO	ANO	
Analogový výstup EKG signálu na konektor pro připojení externího zařízení	ANO	ANO	
Spotřební materiál a příslušenství ke všem měřeným parametřům. V případě SpO2 jednorázových nenonatálních snímačů 1 balení (min 10ks) / na 1 monitor součástí dodávky	ANO	ANO	
Software monitoru v CJ	ANO	ANO	
Uživatelské přizpůsobení zobrazení	ANO	ANO	
Centrální monitorovací stanice pro monitory vitálních funkcí pro min. 5 monitorů - 1 ks CARESCAPE central station výrobce GE Healthcare			
Zobrazení 5ti pacientů na displeji min 24" (Full HD) s možností rozšíření počtu připojených pacientů	ANO	ANO	5 pacientů s možností rozšíření, displej 24"
Režim současného zobrazení všech monitorů se sledováním min. 4 křivek pro každého pacienta	ANO	ANO	4 křivky pro každého pacienta
Režim současného monitorování vitálních funkcí všech pacientů na 1 obrazovce a schopnost detailního zobrazení libovolného vybraného patientského monitoru bez přerušení monitorace ostatních pacientů	ANO	ANO	
V detailním režimu možnost zobrazení všech dat vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů u pacientovi a možnost dálkového nastavení patientských monitorů (alarmy, limity, režim standby...)	ANO	ANO	
V přehledovém režimu možnost individuálního nastavení zobrazení v jednotlivých patientských sektorech a možnost automatické minimalizace neaktivního patientského sektoru (vyprnutý lůžkový monitor, režim standby)	ANO	ANO	
Zobrazení, vyhodnocení a ukládání alarmů na centrále, tisk alarmů	ANO	ANO	
Zobrazení, prohlížení a tisk alarmových událostí včetně křivek. Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti.	ANO	ANO	3 skupiny dle závažnosti
Zobrazení, prohlížení a tisk grafických a numerických trendů od kteréhokoliv ze sledovaných pacientů za dobu posledních 24 hodin.	ANO	ANO	24 hodin
Centrální monitor nebo monitory životních funkcí musí být připojeny k prostředí nemocničního intranetu a musí připojeným uživateli (min. 6 licencí) umožnit pomocí běžného PC v nemocniční síti po autorizaci zobrazit společné přehled monitorů, včetně reálných údajů současně a také detailní pohled na křivky a parametry sledovaných pacientů.	ANO	ANO	6 licencí
Zobrazení patientských dat na mobilním telefonu či tabletu (křivky a číselné hodnoty) v rámci aplikace pro Android, iOS nebo Windows.	ANO	ANO	
Distribovaný akustický alarm. Služba poskytlující alarmy a události - včetně až čtyř číslic, minimálně jedné křivky a příslušných dat přímo na mobilním telefonu či tabletu s operačním systémem Android, iOS nebo Windows. Musí umožnit určit platnost a významnost alarmu.	ANO	ANO	Ascóm MMG a Unite s funkcemi v rozsahu dle zadání
Alarm musí být možné eskalovat min. ve třech úrovních v rámci ošetrovatelského týmu nebo vyhlásit za neplatný.	ANO	ANO	
Systém musí umožňovat zasílat zabezpečené textové zprávy umožňující ošetřujícímu týmu vzájemně komunikovat pomocí mobilní aplikace. V zabezpečené zprávě může ošetřující osoba připojit celou událost Alarmu (včetně křivek) ke zprávě dalším spolupracovníkům v ošetrovatelském týmu.	ANO	ANO	vše požadované
Systém musí umožňovat VoIP	ANO	ANO	
Systém musí umožňovat komunikovat pomocí zabezpečené WIFI síti nemocnice.	ANO	ANO	
SW licence musí být platné po dobu min 8 let bez jakýchkoli dalších nákladů (vč. upgradu, jejichž instalace je nutná pro další používání)	ANO	ANO	
Možnost Exportu patientských dat v protokolu HL7	ANO	ANO	
Uživatelské rozhraní v českém jazyce	ANO	ANO	
Ovládání standardní počítačovou klávesnicí a myší	ANO	ANO	
Síťová laserová tiskárna	ANO	ANO	
UPS - záložní zdroj energie	ANO	ANO	
Připojení 4 monitorů s možností rozšíření na monitorace až na 8 monitorů	ANO	ANO	4 licence s možností rozšíření na 16 licencí
Dodání min. 4ks mobilních zařízení (telefonu či tabletu) pro zobrazení patientských dat (křivky, hodnoty, alarmy) s dotykovou obrazovkou o velikosti min. 5,5" včetně příslušné aplikace (rádek 35 a dále) a krytím IP 54	ANO	ANO	Ascóm Myco2
Minimální počet aplikací pro mobilní zařízení je 8	ANO	ANO	

POZNÁMKA: Uvedené technické požadavky jsou minimální. Dodavatel může nabídnout zařízení i s lepšími parametry.

Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastnosti a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Pokud má účastník zadávacího řízení k jiným nabízeným hodnotám jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".
4. Vyplněný formulář účastník zadávacího řízení předloží v rámci své nabídky (jako přílohu návrhu kupní smlouvy)

