

PŘÍLOHA Č. 2: SEZNAM DIGESTOŘÍ

VÝNATEK ZE ZPRÁVY O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ dle vyhlášky č. 85 / 1978 sb.

Datum provedení revize : 15.04. – 30.8. 2018, Evidenční číslo revizní zprávy: 096,097/P/18/18S0016

18). Provozní organizace zajistí řádné ukotvení vývodů plynů. Ukotvení bude provedeno proti zdivu nebo do podlahy. Ukotvení musí být pevné.

Rozpis druh a kotvení.

číslo místnosti	provedení svislé	provedení vodorovné
0.40		3-U (1KS)
0.42		3-U (1KS)
1.36	1-I	
1.20	4-I (1KS)	
1.26E		1-I
1.26E		1-I
1.26D		3-U (1KS)
1.22	1-I	
1.16	1-I	
1.16	1-I	
1.16	1-I	
1.16		2-U (1KS)
1.17	1-I	
2.07		4-U (1KS)
2.07		4-U (1KS)
2.07	4-I (1KS)	
2.05		3-U (1KS)
2.04		4-L - plech
2.28		2-U (1KS)
2.28		2-U (1KS)
2.28		2-U (1KS)
2.28		2U (1KS)
2.28		2U (1KS)
2.28		2U (1KS)
2.28		2U (1KS)
2.28		3U (1KS)
2.28		5U (1KS)
2.34		3U (1KS)
2.34		3U (1KS)
2.34		2U (1KS)
2.34a		1I
2.18		2U (1KS)
2.18		1I
2.18		1I
2.11		6U (1KS)
2.11		6U (1KS)
2.10	1I	
3.01	1I	
3.64	1I	
3.63	1I	

3.63	1l	
3.13		2U (1KS)
3.59	1l	
3.59	1l	
3.27		2U (1KS)
3.67		2U (1KS)
3.67	1l	
3.67	1l	
3.67	1l	
3.67	1l	
3.25	1l	
3.25		2U (1KS)
3.25		2U (1KS)
3.20		2U (1KS)
3.15		2U (1KS)
3.20	1l	
3.17A	1l	
3.17A	1l	
3.17	1l	
3.68	1l	
3.68	1l	
3.53	1l	
3.48	1l	
3.53		2U (1KS)
3.49		1 L
3.37	1l	
3.43		1 L
3.43		1 L
3.42		2 L (1KS)
3.40	1l	
3.40	1l	
3.29	4l (1KS)	
3.10		2 U (1KS)
3.11		3 U (1KS)
3.08		3 U (1KS)
4.07		3 U (1KS)
4.07	1l	
4.07	1l	
4.01		2 U (1KS)
4.01		2 U (1KS)
4.02		2 U (1KS)
4.03	2l (1KS)	
4.04	1l (1KS)	
4.05		2 U (1KS)
4.05		2 U (1KS)
4.06A		2 U (1KS)
4.06B		2 U (1KS)
4.06B		4 U (1KS)
4.06B		1 U (1KS)