

KNTB Zlín - vysoce specializovaná péče perinatologie - část 8 - část D

TABULKA S TECHNICKÝMI PARAMETRY

Parametr	Požadovaná min.hodnota	Nabízená hodnota	Poznámka
Stůl operační - 1ks TRUMPF TruSystem 3000			
Mobilní elektromechanický, nebo elektrohydraulický operační stůl pro gynekologické operační výkony.	ANO	ano	elektromotorický
Elektrické ovládání: zdvihu pracovní desky v minimálním rozsahu 660-1030 mm.	ANO	ano	660 - 1030 mm
Vyklápění pracovní desky Trendelenburg – antitrendelenburg minimálně v rozsahu +25°/- 30°	ANO	ano	30°/ 30°
Laterální vyklápění minimálně v rozsahu +/- 20°	ANO	ano	25° / 25°
Minimálně pětisegmentová pracovní deska – dělený nožní segment, středový, zádový a hlavový segment.	ANO	ano	ano
Vzájemné elektrické polohování jednotlivých segmentů, vč. zádového segmentu	ANO	ano	ano
Plně odnímatelné nožní segmenty, výklopné min. +70° / -90° kolem horizontální osy a v rozsahu min. 0°-60° kolem vertikální osy.	ANO	ano	80°/ 92° v rozsahu 70°
Elektrické polohování nožních segmentů, uvolnění a zajištění obou požadovaných pohybů dálkovým ovladačem	ANO	ano	nahoru dolů i včetně nezávislého polohování
Úprava nožních segmentů na elektricky polohovatelné shauty. Tyto shauty jsou součástí dodávky.	ANO	ano	ano
Zádový segment výklopný min. +70° / -30°.	ANO	ano	80°/ 60°
Odnímatelný hlavový segment, výklopný a výškově stavitelný rovnoběžně s pracovní deskou.	ANO	ano	ano
Odnímatelné antidekubitní vícevrstvé polstrování s antistatickým povrchem.	ANO	ano	ano
Stůl vybaven akumulátory pro provoz na bezpečné napětí nezávisle na síti a integrovanou nabíječkou.	ANO	ano	ano
Výdrž akumulátorů min. 7 dnů	ANO	ano	ano
Signalizace stavu akumulátorů, aktuální pozice, aktuální parametr nastavení a hraniční pozice možného nastavení	ANO	ano	ano
Ruční bezkabelový ovládač základních elektrických pohybů a současně záložní ovládání umístěné na základně operačního stolu	ANO	ano	ano

Aretace stolu jedním pohybem, nebo tlačítkem na dálkovém ovladači	ANO	ano	ano
Nosnost stolu, umožňující kompletní nastavitelnost, minimálně 225 kg	ANO	ano	270 kg
Operační stůl disponuje antikolizním systémem - ochrana zdraví pacienta a personálu	ANO	ano	ano
Operační stůl má záložní ovládání na základně stolu	ANO	ano	z boku základny - bezkolizně pro operativu!
Gynekologický operační stůl má dobře přístupnou základnu a vykrojení v základně pro kvalitní přístupnost zejména z vaginální pozice	ANO	ano	plná prostupnost z boků, vaginální výkroj základny
Komunikace operačního stolu v českém jazyce	ANO	ano	ano
Modularita vyměnitelných segmentů operační desky. Hmotnost jednotlivých modulárních segmentů max 10 kg	ANO	ano	max. 10 kg (podložky nohou)
Příslušenství			
Oddělovací rám anesteziologie s možností zavěšení ruky	ANO	ano	ano
Úchyt ruky k hraně stolu	ANO	ano	ano
Opěrky ramen kompletně stavitelné	ANO	ano	ano
Infuzní opěrka ruky (posuvná, výklopná, délkově stavitelná) s poutacím pásem	ANO	ano	ano
Pás pro fixaci pacienta s uchycením k euro liště	ANO	ano	ano
Hodnotící kritérium			
Záložní ovládání z boku (nikoliv pod zádovou nebo nožní částí) - 3%	ANO / NE	ano, z boku	Hodnota NE, není v tomto případě porušením zadávacích podmínek

POZNÁMKA: Uvedené technické požadavky jsou minimální. Dodavatel může nabídnout zařízení i s lepšími parametry.