

2 ks mycího a dezinfekčního automatu pro pracoviště Jihlava a pracoviště České Budějovice

Technické specifikace:

Dezinfekční mycí automat v nerezovém provedení pro využití v laboratoři centrální umývárny s elektro ohřevem. Vnější rozměry přístroje (v,š,h) 1175,900,700mm, vnější opláštění v nerez, přední výklopné celonerezové dveře, mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické či alkalické, přednastavené mycí programy pro laboratorní sklo (organické, anorganické), laboratorní plasty a kovové pomůcky, bezspárově svařovaný mycí prostor s hladkými švy, zakrytá topná tělesa, systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu, vícekomponentový filtrační systém mycí lázně. Vnitřní rozměr mycího prostoru, vyhovující pro rozměry současných mycích košů – nejsou součástí zakázky (a musí pasovat do nabízené myčky), (v,š,h) 500,535,516 – pro spodní koš, (v,š,h) 500,535,473- pro horní koš. Kontrola mycího tlaku a rotace ostříkovacích ramen, dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací, během mycího cyklu elektricky blokované dveře. Mycí a dezinfekční automat s výkonným oběhovým čerpadlem, ovládací panel, programovatelná řídicí jednotka, vestavěný dávkovací systém pro tekutou neutralizační chemii, vestavěný dávkovací systém pro tekutou mycí chemii, vestavěný kondenzátor par s rozstřikovačem, vestavěný změkčovač vody, odpadní potrubí odolné vůči působení tuků a mastných kyselin. Přípojka pro studenou vodu, přípojka pro teplou vodu, přípojka pro demi vodu. Sušící agregát.

Další požadavky zadavatele:

- v ceně je zahrnuto: posudek o opravitelnosti/neopravitelnosti případně ekologické likvidaci stávajícího mycího automatu, doprava do místa plnění, instalace a připojení na stávající přívody vody a odpadu, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy vyškoleným servisním technikem v místě plnění; proškolení bezpečnosti provozu a běžné údržby;
- uživatelský návod v českém jazyce
- zařízení a všechny součástky jsou nové, nepoužívané