

Dodávka a instalace 64vrstvého výpočetního tomografu (CT), a to včetně příslušenství a poskytnut



Tabulka číslo 4

Zadavatelem hodnocené technické parametry CT

P.č.	Popis hodnoceného parametru, vyjadřujícího požadavky zadavatele na výkon nebo funkci nebo potřeb, které mají být naplněny v tomto zadávacím řízení.	měrná jednotka hodnoceného parametru	Zadavatelem požadovaná hodnota hodnoceného parametru
1	Minimální dosažitelná dávka pro nízkokontrastní rozlišení 0,3% pro 5mm objekt (tloušťku řezu 10mm, CATPHAN 20 cm, 120kV, spirální akvizice)	mGy	≤ 15
2	Dosažitelné prostorové rozlišení v axiální rovině pro 10 % MTF - rovina x/y (pro sken s plnou kolimací v 64 vrstvách v ose-z, bez přídavné kolimace za pacientem)	lp/cm	≥ 13
3	Dosažitelné prostorové rozlišení v axiální rovině pro 50 % MTF - rovina x/y (pro sken s plnou kolimací v 64 vrstvách v ose-z, bez přídavné kolimace za pacientem)	lp/cm	≥ 9
4	Kontinuální doba skenování	sec	≥ 100

součet závažností hodnocených parametrů v % v oblasti 2. kritéria hodnocení

Legenda

 takto označené

Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že výše uvedené zadavatelem stanovené maximálně přípustné hodnoty (označené ≤) a minimální zadavatelem po technickými podmínkami - požadavky zadavatele na vlastnosti předmětu veřejné zakázky - stanovené v souladu s § 89 odstavec (1) písmeno a) Zákona prostřednictvím zadavatele na výkon nebo funkci nebo potřeb, které mají být naplněny v tomto zadávacím řízení. Nesplnění zadavatelem požadovaných maximálních a minimálních hodnot nabídky nesplňující požadavky zadavatele na vlastnosti předmětu zadávané veřejné zakázky a v takovém případě zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení podle u. Zákona pro nesplnění zadávacích podmínek tohoto zadávacího řízení.

Účastník zadávacího řízení tímto čestně prohlašuje, že veškeré jím výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti ke dni podání nabídky, js
zadávacího řízení jako vybraného dodavatele závazné pro realizaci předmětu této veřejné zakázky.

***Toto čestné prohlášení je projevem vážné, pravé a svobodné vůle účastníka zadávacího řízení a nebylo učiněno v tísní či za nápadně ne
souhlasu připojuje osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení svůj vlastnoruční podpis, jak***

V dne 2017

.....
***vlastnoruční podpis osc
účastník***

í výkonů souvisejících



<i>Zadavatelem stanovená závažnost parametru v % (v oblasti 2. kritéria hodnocení)</i>	<i>Účastníkem zadávacího řízení nabízená hodnota hodnoceného parametru</i>
70	5,69
10	16,00
10	12,10
10	120,00


100

§ buňky doplní účastník zadávacího řízení

žadované hodnoty (označené \geq) jsou
ím parametrů vyjadřujících požadavky
t bude zadavatelem posouzeno jako podání
stanovení § 48 odstavec (2) písmeno a)

jsou pravdivé a jsou pro účastníka

**nevhodných podmínek. Na důkaz
k následuje.**



**...
by oprávněně jednat jménem či za
za zadávacího řízení**