

	Přístroj pro Nasal High- flow terapii – 1ks
--	--

1. Technické požadavky:

- Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují medicínský účel.
- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, **jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky.** U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení, pokud uchazeč prokáže, že nabízené zařízení vyhovuje pro požadovaný medicínský účel. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Uchazeč doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

2. Kompatibilita:

není požadována

3. Specifikace:

Předmětem nabídky je AIRVO 2 NHF výrobce Fisher & Paykel Healthcare GmbH & Co.KG.

Specifikace – Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Uchazečem nabízená hodnota (uchazeč vyplní všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje , zároveň uvede odkaz na příložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument – zdroj, strana, kapitola)
<i>(uchazeč do nabídky uvede přesné obchodní označení, model výrobce)</i>	
1. Přístroj pro aplikaci směsi vzduchu a kyslíku vysokým průtokem prostřednictvím nosní kanyly, nebo tracheostomického adaptéru	Splňuje, str.21 + návod
2. Integrovaný směšovač vzduchu a kyslíku	Splňuje, str.21 + návod
3. Integrovaný zvlhčovač a ohřev vdechované směsi	Splňuje, str.21 + návod
4. Integrované bezúdržbové O ₂ čidlo	Splňuje, str.21 + návod
5. Barevný displej pro zobrazení nastavené teploty, průtoku a aktuální FiO ₂	Splňuje, str.21 + návod
6. Režim pro dospělé a režim pro děti s omezeným průtokem a bezpečnostním SW zámkem	Splňuje, str.21 + návod
7. Automatické hlídání dezinfekčních cyklů	Splňuje, str.21 + návod
8. Nastavitelný průtok v rozmezí min. 2-60l/min	Splňuje, str.21 + návod - 2-60l/min
9. Nastavitelná teplota směsi v rozmezí min. 32-37°C	Splňuje, str.21 + návod - 31-37°C
10. Příslušenství: • Dýchací okruh včetně komory • Souprava pro dezinfekci • Pojízdny stojan pro zařízení včetně košíčku na příslušenství	Splňuje, str. 21 + návod - součástí dodávky