

## Příloha č.1

### Technických specifikace - kryopřístroj CRYOMATIC MK II

<b>Popis přístroje – základní funkce</b>	<b>Splňuje</b>
Kompaktní a automatický přístroj pro oftalmologické operace (katarakta, glaukom, sítnice)	ANO
Mrazící médium CO <sub>2</sub> nebo N <sub>2</sub> O	ANO
Zobrazení informace o teplotním stavu sondy	ANO (grafický symbol s indikací náběhu teploty)
Zobrazení informace o tlaku média v lánvi	ANO
Zobrazení času aplikace mrazícího cyklu	ANO
Zvuková indikace průběhu mrazícího cyklu	ANO (zvukový signál každou sekundu při aktivaci mrazení, volitelná funkce zapnuto/vypnuto)
Grafická indikace poruchového stavu	ANO
Automatické rozlišení typu aplikační sondy	ANO
Možnost použití resterilizovatelných nebo jednorázových sond	ANO
Rozměry (ŠxHxV) – max 360 mm x 260 mm x 250 mm	305 x 200 x 190 mm
Elektrická bezpečnost dle normy IEC 60601-1	ANO
Napájení 230V/50Hz	ANO
Délka napájecího kabelu min. 4 m	ANO
<b>Příslušenství:</b>	
Mobilní stolec pro přístroj a tlakovou láhev	ANO
Ovládací nožní spínač – 1 ks	ANO
Příslušenství pro připojení tlakové láhve s mrazícím médiem (CO <sub>2</sub> nebo N <sub>2</sub> O)	ANO
2 ks standardní retinální sonda 2,5 mm	ANO
2 ks glaukomová sonda 3 mm	ANO
1 ks sterilizační box na sondy	ANO