



Příloha č.1 Kupní smlouvy: Technická specifikace

Automatický externí defibrilátor (AED)

Přístroj:	Automatický externí defibrilátor (AED)	Splnění parametru
Výrobce:	Physio-Control, Inc	
Typ:	LIFEPAK 1000	viz příložená prospektová dokumentace
1.	defibrilátor s vybavením pro použití u dospělých pacientů	ano
2.	možnost rozšíření vybavení pro použití i u novorozenců.	ano
3.	bifázický výboj do 360 Joulů, doba nabíjení na 360 Joulů do 12 vteřin.	ano; do 12 vteřin
4.	nastavení síly výboje dle impedance pacienta	ano
5.	textové, hlasové (v českém jazyce) a vizuální instrukce.	ano
6.	automatické vyhodnocení stavu pacienta, možnost aplikace defibrilačního výboje do dvou minut od zahájení resuscitace	ano; cca do 30-40 vteřin
7.	možnost konfigurace sekvence energií defibrilace	ano;
8.	možnost rozšířit přístroj o funkci přepínání do manuálního režimu a zobrazovat průběh EKG křivky z defibrilačních elektrod či použitím 3 svodového EKG kabelu se zobrazením hodnoty srdeční frekvence.	ano
9.	LCD displej, minimální velikost 5,5" pro textové výzvy a vizualizaci, zobrazující základní údaje o resuscitaci, v případě rozšíření pro zobrazování EKG křivky	ano; 5,7"
10.	automatický vnitřní test	ano
Vnitřní paměť přístroje:		
11.	uložení údajů min. o dvou pacientech alespoň v rozsahu: záznam události, nepřetržitý záznam EKG a souhrn kódů činností	ano; uložení údajů o dvou pacientech v uvedeném rozsahu
12.	uložení nepřetržitého monitoringu EKG min. 40 minut	ano; min 40 minut
13.	záznam údajů o provedených automatických testech přístroje	ano
14.	možnost přenosu dat do počítače	ano;
15.	kapacita paměti přístroje na min. 100 záznamů	ano; min 100 záznamů

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary, IČ: 00574660

e-mail: sekretariat@zskvk.cz, tel: +420 353 362 520, datová schránka: Zeumahf

<http://www.zskvk.cz>

Baterie:		
16.	vybavena indikátorem stavu kapacity na viditelném místě	ano
17.	jednorázová nenabíjecí	ano
18.	bez nutnosti údržby	ano
19.	životnost baterie minimálně 400 výbojů o hodnotě 200 J	ano; minimálně 440 výbojů o energii 200 J
20.	garantovaná životnost baterie při pohotovostním režimu min. 5 let	ano; 5 let
21.	vizuální upozornění na vybitou baterii nebo nutnost servisního zásahu	ano
Defibrilační elektrody:		
22.	kompatibilní s elektrodami používanými ZZS KVK v sanitních vozidlech	ano; EDGE QUIK-COMBO RED1-PAK samolepící defibrilační elektrody
23.	možnost přepojení defibrilačních elektrod z nabízeného přístroje do defibrilátorů používaných ZZS KVK pro plynulé pokračování resuscitace	ano;
Další požadavky na přístroj:		
24.	maximální hmotnost včetně baterie a jednoho páru defibrilačních elektrod 3,5 kg	ano; 3,2kg
25.	minimální požadovaná záruka na přístroj 5 let	ano; 5 let
26.	odolnost přístroje proti pádu z 1 metru, odolnost proti prachu/vodě min. dle IP55	ano; odolnost proti pádu z 1 metru; IP55
Příslušenství:		
27.	transportní obal s prostorem pro 2 páry elektrod s pevným madlem a popruhem přes rameno	ano
28.	bezúdržbová baterie	ano; Li/MnO ₂ 12,0 V, 4,5 Ah
29.	dva páry defibrilačních elektrod	ano; 2 x EDGE QUIK-COMBO RED1-PAK
30.	záchranná sada (resuscitační maska, holicí strojek, rukavice, nůžky, desinfekční ubrousek)	ano
31.	návod k obsluze v českém jazyce	ano
32.	Prohlášení o shodě a návod k použití v českém jazyce	ano
Další požadavky:		
33.	Zaškolení obsluhy AED	ano



Tréninkový automatický externí defibrilátor

Přístroj:	Tréninkový automatický externí defibrilátor	Splnění parametru
Výrobce:	Physio-Control, Inc	-
Typ:	Trainer 1000	viz příložená prospektová dokumentace
1.	automatický externí defibrilátor (AED) určený pro tréninkové účely	ano
2.	schopnost simulace defibrilace pacienta, bez defibrilačního výboje	ano
3.	shodná obsluha a shodné menu s nabízeným AED	ano
4.	tvárové a funkčně shodný s nabízeným AED	ano
5.	podsvícený LCD displej	ano
6.	dálkové ovládání pro simulaci stavů pacienta instruktorem	ano
7.	variabilita volených činností pomocí modelových situací	ano
8.	možnost nastavení simulované EKG křivky na displeji přístroje	ano
9.	zobrazení výzvy a doporučení pro KPR na displeji i hlasem	ano
10.	přístroj komunikující s obsluhou v českém jazyce	ano
11.	provoz na plně nabitou baterii min. 3 hodiny	ano, minimálně 3 hodiny
12.	signalizace přístroje v případě nutnosti servisního zásahu	ano
13.	hmotnost přístroje vč. transportního obalu a příslušenství max. 2 kg	ano, 1,2kg
Příslušenství:		
14.	dálkové ovládání	ano
15.	transportní obal	ano
16.	defibrilační elektrody – min. 5 ks tréninkových defibrilačních elektrod	ano, 5 párů
17.	nabíječka	ano

Další požadavky:

18. Zaškolení obsluhy tréninkového AED

ano

Vyplní účastník: údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřených hodnot nabízená hodnota parametrů), případně odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny



Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka

Časná defibrilace v Karlovarském kraji – dodávka automatických externích defibrilátorů

Dodavatel:	
Společnost:	Medsol s.r.o.
Zastoupena:	Michal Baroš, jednatel
Se sídlem:	Lužná 591/4, Praha 6 - Vokovice, 160 00
IČO:	24201596
Zapsaná v OR u:	Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 188143

Jako oprávněný zástupce čestně prohlašuji, že výše uvedený dodavatel provede veřejnou zakázku vlastními silami bez využití poddodavatelů.

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje v prohlášení jsou správné a závazné.

V Praze dne 30. 5. 2019

Michal Baroš, jednatel
podpis oprávněné osoby

MEDSOL s.r.o. (13)
Lužná 591/4
160 00 Praha 6 – Vokovice
IČ: 242 01 596 DIČ: CZ24201596

Příloha č.3 Kupní smlouvy: Podrobný rozpis kupní ceny

veřejná zakázka
 „Časná defibrilace v Karlovarském kraji – dodávka automatických externích defibrilátorů“

položka	výrobce	typové označení	Cena v Kč bez DPH za 1 ks	počet ks	Cena celkem v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena celkem v Kč vč. DPH
Automatický externí defibrilátor	Physio-Control, Inc.	LIFEPAK 1000	43 700,00	11	480 700,00	100 947,00	581 647,00
Treninkový automatický externí defibrilátor	Physio-Control, Inc.	Trainer 1000	22 000,00	2	44 000,00	9 240,00	53 240,00
Celkem v Kč vč. DPH							634 887,00

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

Celková cena bez DPH v Kč	524 700,00
Vyčíslení DPH 21% (z ceny bez DPH) v Kč	110 187,00
Celková cena včetně DPH v Kč	634 887,00