

Příloha č.2 Zadávací dokumentace
Technická specifikace
Část 1 veřejné zakázky "Měřicí systém pro přechodové děje"

Osciloskop						
Požadované parametry						
šířka pásma (-3 dB)	počet analog. kanálů	maximální vzorkovací frekvence	hloubka akviziční paměti	standardní matematické funkce a FFT	digitální kanály	
minimálně	minimálně	minimálně	minimálně	jedině	jedině	
500 MHz	4	4 GSa/s	4 MS	ano	ano	