

Příloha č. 3 - Technická specifikace

(Pokyn zadavatele : ve sloupci „ Parametry požadavku “ doplňte údaje (parametry) Vámi nabízené techniky v buňkách, které nejsou označeny symbolem „ NEVYPLŇOVAT “)

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín - zadavatel č. 1

Veřejná zakázka č. 19022: Dodávky diagnostik s výpůjčkou analyzátorů pro chemickou a mikroskopickou analýzu moči

Obecný popis

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky diagnostik k provádění chemické a mikroskopické analýzy po dobu 4 let s bezplatnou výpůjčkou automatických analyzátorů.

Platba za diagnostika bude realizována na principu platby za vyšetření.

Cena za reportovaný výsledek bude zahrnovat veškerá diagnostika, kontroly, kalibrátory a jiný spotřební materiál potřebný k provedení vyšetření moče chemicky a mikroskopicky.

Fakturace bude probíhat měsíčně na základě vykázaného počtu provedených vyšetření podle počítadla na analyzátoru.

Bezplatná výpůjčka močových analyzátorů bude zahrnovat jejich veškerý servis (tj. práce technika, náhradní díly, cestovné, PBTk, validace, kity údržby a veškeré další náklady) a připojení na LIS jednotlivých laboratoří.

Technické parametry

Minimální požadované technické parametry zapůjčených analyzátorů	Parametry požadavku
nový, nepoužitý automatický analyzátor k vyšetření moče chemicky a moče mikroskopicky	NEVYPLŇOVAT
měřené parametry:	NEVYPLŇOVAT
a) analýza moči chemicky pomocí stripů (pH, glukóza, proteiny, bilirubin, urobilinogen, krev, ketony, nitrity, leukocyty, specifická hmotnost), zákal	NEVYPLŇOVAT
b) mikroskopická analýza moči (identifikace a kvantifikace alespoň 12 kategorií částic)	25 (UHN, KNTB) / 12 (KMN, VSN)
technologie digitální analýzy obrazu necentrifugované moče	NEVYPLŇOVAT
podavač vzorků pro minimálně 50 zkumavek	50 zkumavek
minimální potřebný objem vzorku do 3 ml	ano, 3 ml
reálná průchodnost minimálně 90 vzorků/hod (minimálně 60 vzorků/hod pro KMN a VSN)	120 vz/h (UHN, KNTB) / 60 vz/h (KMN, VSN)
obousměrné napojení na LIS	NEVYPLŇOVAT
čtečka čárových kódů pro identifikaci vzorků	NEVYPLŇOVAT
Cross- Check (kontrola mezi chemickým vyšetřením a vyšetřením sedimentu)	NEVYPLŇOVAT
součástí výsledku jsou upozorňující hlášení (flags) a komentáře patologií výsledků	NEVYPLŇOVAT
paměť na 10.000 výsledků vyšetření	100.000 výsledků vyšetření
dostupné materiály pro kalibraci i kontroly kvality pro chemické vyšetření i pro mikroskopickou analýzu	NEVYPLŇOVAT
nepřetržitá servisní podpora, v případě opravy podmínka zprovoznění analyzátoru do 24 hodin po nahlášení závady	NEVYPLŇOVAT
pokud nebude systém po servisním zásahu funkční, tak do dalších 24 hodin zajištění náhradního analyzátoru	NEVYPLŇOVAT
dodání analyzátoru včetně UPS	NEVYPLŇOVAT