

Příloha č. 1 ZD
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE

Veřejná zakázka:

„Dodávka polohovatelných lůžek a nočních stolků pro Rokycanskou nemocnici, a.s. - 2. vyhlášení“

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Zadavatel: **Rokycanská nemocnice, a.s.**
Volčůvská 750, 337 01 Rokycany
IČO: 26360900

Technická specifikace nabízeného zboží - Pokyn k vyplnění: Dodavatel vyplní tabulku níže, když v rámci nabídky přiřadí ke každé dodávané položce vlastní technickou specifikaci. Do sloupce vpravo od uvedeného zboží dodavatel u každé položky vypíše vlastní technickou specifikaci, aby zadavatel mohl porovnat, zda nabízené zboží odpovídá minimálním požadavkům, které stanovil v ZD a Příloze č. 1 ZD. Ve sloupcích na levé straně je označen požadované zboží a počet ks. V příslušném sloupci také dodavatel vyplní, zda nabízené zboží splňuje minimální požadavky zadavatele slovem „ANO“ nebo „NE“. V Příloze č. 1 ZD (Technická specifikace) zadavatel stanovil minimální základní požadavky a parametry na dodávané zboží, které dodavatel musí dodržet a zohlednit ve své nabídce. Jedná se o specifikaci zboží, počet kusů a popis technických parametrů a požadavků na výkon a funkci. Dodavatel může nabídnout zboží jinými, pokud možno lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované.

Dodavatel **nesmí** v tabulce **měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých dodávek**, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží, příp. související činnosti konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě nabízeného zboží dodavatel napíše také název výrobce, materiálu či výrobku.

Ke specifikaci dodavatel doloží také snímky nebo fotografie jednotlivých dodávek (příp. odkaz na ně). Ke zboží bude v nabídce doložena kopie výrobního listu nebo dokladu o shodě.

Nepřípustná změna položek tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků mohou znamenat nesplnění zadávacích podmínek dle § 48 odst. 2 ZZVZ s důsledkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení na VZ.

Bližší vymezení předmětu plnění veřejné zakázky:

Předmětem plnění je dodávka 100 ks elektricky polohovatelných standardních lůžek, včetně pasivních antidekubitních matrací, hrazdy s výškově stavitelnou rukojetí a infuzních stojanů a dále 10 ks dodatečného dílu postranic L + P a 70 ks nočních stolků s jídelní deskou pro Rokycanskou nemocnici a.s.

číslo	Položka	<u>Minimální požadované parametry zadavatele</u>	Počet kusů	Splňuje dodavatel minimální požadavky ANO/NE (doplň a vybere dodavatel	Hodnota / Popis Dodavatel podrobně popíše příslušnou položku z hlediska své nabídky
1	Elektricky polohovatelná lůžka	<u>Minimální požadované parametry:</u> - čtyřdílná ložná plocha min. 200 x 90cm s odnímatelnými díly pro jednoduchou čistitelnost; - zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů; - bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění, bez výhrad; - stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce lůžka; - vnější rozměr lůžka (uvažovaný jako nejdelší vzdálenost mezi vnějšími obrysy lůžka s uživatelsky odnímatelným příslušenství lůžka protilehlých stran vč. postranic) max. 225 x 105 cm, - bezpečná provozní zátěž min. 250kg; - zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru	100 ks	ANO	Eleganza 1-LE - ložná plocha 200 x 90 cm - vnější rozměry 218 x 99 cm - bezpečná provozní zátěž 250 kg

	min. v rozsahu 40-70 cm pro bezpečnou práci personálu a mobilizaci pacienta; • ložná plocha s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku a střížných sil působících na tělo pacienta; • náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy min. 12° pomocí elektromotoru (pro včasnou postupnou vertikalizaci, posazení a mobilizaci pacienta) • mechanické rychlospuštění zadového dílu (CPR), ovladač dobře dostupný v jakékoliv poloze lůžka, s aktivovanými i sklopenými postranicemi; • kompaktní (snadno čistitelná, bez pórů, vrypů) plastová odnímatelná čela, s nožní aretací proti samovolnému vytažení při transportu, • možnost výběru barevných dekorů – nabídka min. 10 barev • kompaktní (snadno čistitelné, bez pórů, vrypů) plastové/kovové, dělené 3/4-ní (tj. nerestriktivní) sklopné postranice s ergonomickým ovládáním shora (na nebo nad úroveň ložné plochy) a automatickou blokadí spuštění při zatížení pacientem zevnitř, (sklopení musí probíhat s minimalizací prostoru potřebného pro sklopení, <u>nepřipouští se překlopení postranice</u>), mechanismus sklápění musí být bržděný, např. plynovou pružinou • možnost výběru barevných dekorů – nabídka min. 10 barev; • kolečka s centrálním ovládání brzd minimálně dvěma nožními dvouramennými překlopnými brzdovými pákami v nožní části lůžka nebo s nožní pákou po celé šířce		ANO	• zdvih ložné plochy – rozsah 39,5 – 76 cm • náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy 15° • výběr z 12 barevných dekorů
--	---	--	-----	---

	nožní části lůžka, v případě dvouramenné nožní překlopné brzdové páky nesmí být hlouběji od půdorysného obrysu lůžka do jeho středu ze strany postranic o více než 80mm, • páte centrální kolečko pro jednodušší transport • ovládání společně s centrálním ovládáním brzd hlavních koleček (nožní dvouramennou překlopnou pákou nebo nožní pákou po celé šířce lůžka) • v případě konstrukce centrálního kolečka s trvale nastaveným směrem, musí být odpružené a musí umožňovat spuštění a nadzdvížení vzhledem k podlaze, toto ovládání musí být realizováno na nožních dvouramenných překlopných brzdových pákách • v případě konstrukce centrálního kolečka jako otočného prvku, musí být odpružené a aretace kolečka do přímého směru musí být ovládána na společné nožní dvouramenné překlopné brzdové páce • odpružené centrální kolečko musí zajišťovat dokonalou adhezi k podlaze a jeho zdvih odpružení musí umožnit bez problému překonat nerovnost o výšce 30mm • Pacientský ruční ovladač s možností blokace (zámku) funkcí • centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, Trendelenburgova poloha, kardiacké křeslo, atd...), • postranní oboustranné univerzální lišty a držáky na příslušenství;		ANO • průměr koleček 150 mm, ovládací páka 46 mm od půdorysného obrysu lůžka • Lůžko Eleganza 1-LE nemá konstrukci centrálního kolečka jako otočného prvku • Umožňuje bez problémů překonat nerovnost o výšce 45 mm • Jeden ovladač (sloužící jak pro sestru, tak pro pacienta), který je odpojitelý, má možnost blokace funkcí (zámek funkcí) a lze s ním lůžko nastavit do všech zadavatelem požadovaných poloh – akceptováno zadavatelem ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 10.6.2019
--	---	--	--

		• ochranná nárazová kolečka - o 4ks - horizontální ochrana umístěna v rozích lůžka hlavové i nožní části - o 2ks - vertikální ochrana v čele lůžka pro eliminaci poškození povrchů svislých konstrukcí budov při pohybu lůžka ve svislém směru • pokud dodavatel disponuje jinou technologií, která splňuje výše uvedené požadavky na vodorovnou i svislou ochranu lůžka i svislých konstrukcí budov, je toto řešení přípustné • svod elektrického potenciálu; • bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený napájecí přívodní kabel, nedestruktivní proudová ochrana motorů před přetížením (použití pojistek a jiných nadproudových ochranných fungujících na destruktivních principech se nepřipouští		ANO	
2	Hrazda	<u>Minimální požadované parametry:</u> • příslušenství k polohovatelnému lůžku • hrazda s nosností minimálně 70kg s kvalitní aretací zamezující protáčení hrazdy v uložení, na hrazdě musí být alespoň dvě polohy pro umístění rukojeti pro pacienty • plastová samonavíjecí rukojeť k umístění na hrazdu s nosností minimálně 70kg	100 ks	ANO	• nosnost 75 kg
3	Infuzní stojan	<u>Minimální požadované parametry:</u> • Materiál: chrom/NR • výškově stavitelný infuzní stojan s možností použití nejlépe ve všech rozích lůžka • příslušenství k polohovatelnému lůžku	100 ks	ANO	• chrom

4	Postranice	<u>Minimální požadované parametry:</u> • dodatečný díl postranice L+P • pro pokrytí celé délky lůžka. • kompatibilní s nabízeným lůžkem • shodný design k lůžku	10 ks	ANO	
5	Pasivní antidekubitní matrace	<u>Minimální požadované parametry:</u> • Riziková skupina III: • jádro matrace ze studené PU pěny o hustotě min. 40kg/m³, • odpor proti stlačení max. 4,0kPa/m², jádro zajišťující zónovou tuhost alespoň ve 3 zónách a dobrou ventilaci, • jádro se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5); • potah snímatelný - zip alespoň ze dvou stran (180°) s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný; • <u>materiál potahu</u> bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný, • <u>potah</u> se sníženou hořlavostí (min. CRIB 7) • nosnost min. 200kg; • rozměr dle lůžka, výška min. 12 cm.	100ks	ANO	PrimaCare10 • Jádro matrace ze studené PU pěny o hustotě 41kg/m³ • Odpor proti stlačení 3,9kPa/m² • Jádro se sníženou hořlavostí (CRIB 5) • Zip ze dvou stran (180°) • Potah se sníženou hořlavostí (CRIB 7) • Nosnost 200 kg • Rozměr dle lůžka, výška 14 cm
6	Noční stolek s jídelní deskou	<u>Minimální požadované parametry:</u> • pojízdný, oboustranný stolek k lůžku; • stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolu (kov, plast, HPL, <u>NE dřevo</u> či LTD); • odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami či zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů; • integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska s posilováním mechanickou či	70 ks	ANO	Eleganza Classic

		plynovou pružinou, naklopiteľná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání, • zdvih jídelní desky v rozsahu min. 75 – 95 cm • ochranné lišty musejí být na obou delších stranách jídelní desky, přičemž vnitřní rozměr plochy jídelní desky mezi ochrannými lištami pro umístění jídelního tabletu musí být široký min. 370mm • na jídelní desku tedy musí být bez problémů možné bezpečně umístit jídelní táč o rozměrech minimálně 370 x 580 mm • stabilní jídelní deska s garantovanou nosností min. 8 kg uprostřed desky a min. 5kg na nejvzdálenějším okraji desky od korpusu stolu • 4 kolečka o průměru min. 65mm, • min. dvě (2) kolečka brzditelná; • provedení stolu – nahofe zásuvka s kvalitním výsuvem na ložiskách, nika, dole skříňka s dvířky; • stůl dobře čistitelný, vyjímatelná vložka zásuvky a polička skříňky; s prostorem pro umístění standardní 1,5 l PET lahve • držák na zavěšení ručníku, manipulační madla na korpusu stolu; • design odpovídající lůžku, • možnost výběru barevných dekorů shodných s lůžky.		ANO • zdvih jídelní desky v rozsahu 72 – 108 cm • rozměry vhodné pro táč s jídlem 345x600 mm – akceptováno zadavatelem ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 10.6.2019 • nosnost 9 kg uprostřed desky, 5 kg na nejvzdálenějším okraji desky od korpusu stolu • kolečka o průměru 75 mm • 2 kolečka brzditelná
--	--	--	--	---

Součástí předmětu VZ jsou následující činnosti:

- Dodání předmětu plnění s přechodem vlastnictví na zadavatele
- Doprava a vyložení na místo plnění určené zadavatelem
- Odborná montáž a instalace na zadavatelem požadované místo v nemocnici a uvedení předmětného zboží do provozu
- Provedení všech předepsaných zkoušek a měření, potřebných ke klinickému provozu
- Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré technické dokumenty, certifikáty, zprávy, potvrzení, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží a pod.)
- Zaškolení personálu zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu v souladu s příslušnými zákony, a to pro všechny příslušné zaměstnance určené zadavatelem
- Provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přijímacího řízení
- Případná likvidace vzniklého odpadu

Požadavky na záruční servis a garanci pozáručního servisu:

- Součástí dodávky zboží je provádění záručního servisu po dobu minimálně **36 měsíců** a následná garance poskytování pozáručního servisu minimálně po dobu **96 měsíců** od uplynutí záruční doby (přičemž záruční servis je součástí předmětu této VZ a dodavatel musí náklady na něj ocenit; pozáruční servis není předmětem VZ, dodavatel v rámci této VZ pouze garantuje jeho případné poskytování za uvedených podmínek).
- Součástí záruky za jakost je též bezplatné provádění bezpečnostní technické kontroly (BTK) podle zákona č. 268/2014 Sb., v platném znění, a to v intervalech určených výrobcem zboží.
- Servisní zásah v době záručního servisu i garantovaného pozáručního servisu (tj. nástup na odstranění vad) v místě plnění nejpozději do **2 pracovních dnů** od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně).
- Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 5 dnů od nahlášení závady (nedohodnou-li se osoby oprávněné za smluvní strany písemně jinak).
- Pozáruční servis není součástí předmětu této VZ. Pozáruční servis bude s dodavatelem řešen po uplynutí záruční doby, a to za podmínek korespondujících s podmínkami uvedenými v této VZ. Zadavatel je oprávněn po skončení záruční lhůty využívat i jiné poskytovatele pozáručního servisu, pokud se podmínky pozáručního servisu dodavatele ukáží pro zadavatele nevýhodné, v takovém případě dodavatel nebude vázán svojí povinností garance pozáručního servisu.

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.

V Želevčicích dne

2019



podpis a razítko oprávněné osoby

Petr Smetana, Customer Service manager – na základě plné moci