

Příloha 4 - Technická specifikace Generátor dusíku - strana 1/1

Předmět zakázky	Požadované parametry zadavatele	Parametry účastníka*
Specializovaný generátor dusíku pro GCxGC ZOEX	Produkce suchého dusíku pro GCxGC modulátor ZOEX	ANO
	2 výstupy pro ohřev a chlazení	ANO - 2 výstupy
	Výkon generátoru min. 20 l/min pro ohřev	ANO - 20 l/min pro ohřev
	Výkon generátoru min. 12 l/min pro chlazení	ANO - 12 l/min pro chlazení
	Zabudovaný vzduchový kompresor	ANO
	Sada náhradních filtrů a materiálu pro provedení preventivní údržby po 1. roce provozu.	ANO - 1 sada
	Požadované přístrojové vybavení musí být plně hardwarově a softwarově kompatibilní se stávajícím plynovým chromatografem Agilent 7890B vybaveném GCxGC modulátorem ZOEX a hmotnostním detektorem typu Q-TOF Agilent 7250.	ANO - plná kompatibilita
	Dodání včetně výnosu na místo určení, instalace, zaškolení a testování kompletní metody pro GCxGC/Q-TOF analýzy.	ANO
Předpokládaná cena 1 ks bez DPH	324 000 Kč	ANO - 320 400 Kč bez DPH
Počet ks	1	ANO - 1 ks
Předpokládaná cena celkem bez DPH	324 000 Kč	ANO - 320 400 Kč bez DPH

*Pokud splňuje parametr, napište "ANO", případně doplňte konkrétní číslo, hodnotu parametru.