

BioIng, s.r.o.
U Hřiště 175/15
664 91 Ivančice

DIČ: CZ01880365

Společnost je zapsána v OR, vedeného KS v Brně,
oddíl C, vložka 79567


XXXXXXXXXX


Státní veterinární ústav v Jihlavě

Rantířovská 93/20
58601 Jihlava

Ivančice, 6. 9. 2019

Věc: Cenová nabídka peristaltického čerpadla FlexiPump Interscience

	Kód	Název	Množství	Cena Kč bez DPH
	INT_561000	<p>FlexiPump (Peristaltická hlavice Watson and Marlow; Dávkovací sestava Ø 3,2 mm (<i>tryska, spojka GL45, filtr, hadičky, olůvko</i>); Uživatelská příručka; Napájecí kabel; Vzorek balení filtračních sáčků)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Přesná kontrola průtoku: přesnost až 1.8% ▶ Snadná kalibrace ▶ Bez kontaminace: autoklávovatelná rozplňovací sada <p>DODÁVÁNO S:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 1 peristaltická hlavice Watson MarlowTM ▶ 1 rozplňovací sada 3.2 mm (tryska + GL 45 uzávěr + filtr + hadičky + olůvko) ▶ Handy Gun – ruční spouštění pumpy ▶ Napájecí kabel ▶ Návod k použití, IQ/OQ/PQ průvodce ▶ Vzorek balení homogenizačních sáčků <p>TECHNICKÁ SPECIFIKACE</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Hlavice čerpadla se 3 válci ▶ Dávkovaný objem: 50 µL až 99 L ▶ Průtok až 1.25 L/min ▶ Rychlost otáčení čerpadla: 10 až 550 RPM ▶ Hlavice čerpadla vhodná pro hadičky s vnitřním průměrem (ID): 1 až 8 mm ▶ Tloušťka stěny hadiček: pouze 1.6 mm ▶ Rozplňovací sada vyrobená z materiálu Tygon® a Versilic® ▶ Napájení: 100-240V~ 50-60Hz ▶ Přístroj: rozměry (š x h x v): 17 x 28 x 21 cm, hmotnost: 5.3 kg ▶ Balení: rozměry (š x h x v): 50 x 40 x 40 cm, hmotnost: 9 kg ▶ Záruka 2 roky ▶ V souladu s: ISO 7218 a ISO 6887-1 ▶ Navrženo a vyrobeno ve Francii ▶ Vyrobeno dle: ISO 9001 V2008, CE, WEEE 2002/96/EC, RoHS 2002/95/EC 	1x	xxxxxx

	INT_561102	Vybrané volitelné příslušenství: Dispensing assembly complete Ø 3,2 mm	1x	xxxxxx
---	------------	---	----	--------

119 160,80 vč. DPH

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Dodací doba 3-4 týdny od závazné objednávky. Dopravné účtujeme xxxxxx,- Kč bez DPH k obdržené objednávce.

Děkujeme za Váš zájem!

S pozdravem
Igor Kubiš, BioIng