

Cenový návrh číslo:
51163126
ze dne : 2.10.2019

Nemocnice Znojmo, přísp. org.
technicko - investiční odbor
MUDr. Jana Jánského 11
669 02 Znojmo

Vaše objednávka: bez č.

Pro přístroj: Ureteroskop, 9,8 Fr x 430 mm,
Typ: WA29042A

Výrobní číslo: 548787
Lot: 18RB 18A EX

Tech. prohlídkou bylo zjištěno:

- ohnutý tubus ureteroskopu
- poškozená očníková část, vlhkost v optickém a světlovodném kanálu
- neprůhledná optika, světlovodný kanál má snížený světelný tok
- v tomto stavu nelze ureteroskop používat

Doporučujeme provést:

- výměnu ureteroskopu (Replacement telescope WA29042A)

Rozpis dílů a práce nutných k opravě:

Díl	Položka	Ks	Cena za ks	Cena za položku
W829042A	Replacement telescope WA29042A	1		

Cena celkem bez DPH

Cena celkem s 21% DPH

Opravou / výměnou uvedeme zařízení do 100% stavu.

Na práci a použité díly poskytujeme záruku v délce 6 měsíců, na nové zboží v délce 24 měsíců.

Platnost tohoto cenového návrhu je 30 dnů ode dne zpracování.

V případě akceptování návrhu jej vraťte potvrzený zpět.

Cenový návrh zpracoval:

Pavel Kočí
Servis
Olympus
Tel.:

S uvedenou

Nem

přísp

MUDr. Miroslav

MUDr. Jana Jan

76-10-2019

datum