

**Cenový návrh číslo:
51061485/109863**

ze dne: 17.6.2019
platný do: 17.7.2019

Číslo Vaší objednávky:
5/19

Nemocnice Znojmo, p.o.

MUDr. Jana Janského 11

669 02 Znojmo



PRACOVÍŠTĚ: **Centrální operační trakt**
PŘÍSTROJ: **Kamerová hlava**

TYP: **CH-S190-XZ-E**
VÝROBNÍ Č. : **7505750**

NA ZÁKLADĚ VAŠÍ OBJEDNÁVKY, UVEDENÝCH SKUTEČNOSTÍ A PROVEDENÍ TECHNICKÉ PROHLÍDKY PŘÍSTROJE BYLO ZJIŠTĚNO:

- poškozená izolace kabelové jednotky

S OHLEDEM NA ZJIŠTĚNÝ TECHNICKÝ STAV PŘÍSTROJE JE NUTNO PROVÉST :

- dekontaminace (již provedeno)
- částečná demontáž (již provedeno)
- výměna kabelové jednotky

CENA NAVRHOVANÉ OPRAVY ČINÍ..... [redacted]
CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH 21% [redacted]

Požádat o zapůjčení náhradního přístroje lze po schválení cenového návrhu.
Pronájem přístroje se řídí zápujčnickými podmínkami společnosti OLYMPUS Czech Group.

CENOVÝ NÁVRH ZPRACOVAL :

[redacted]
Ser... techniky
C... group

DNE: 17.6.2019

21.10.19

SOUHLAŠÍM S... OPRAVY
PODPIS [redacted]

MUDr. Miroslav...
MUDr. Jana Janského

DNE:

Přibližná doba opravy cca. 10 dní od schválení cenového návrhu. Po ukončení opravy Vám bude zaslána faktura.
Oprava je 6 měsíců ode dne převzetí opraveného přístroje a vztahuje se pouze na použitý materiál a vykonané práce.
Prosím, na adresu, faxové číslo nebo e-mail uvedené ve spodní části cenového návrhu. V zájmu urychlení opravy
o schválení a odeslání cenového návrhu do 5-ti dnů aby Vaše zakázka mohla být řádně a včas vyřízena.