

SMLOUVA O VÝPŮJČCE

uzavřená dle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. MEDISTA, spol. s r. o.

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
zastoupená: Ing. Janem Kadlecem, jednatelem
IČ: 60199865
DIČ: CZ60199865
bank. spojení: Unicredit Bank, a. s., Pobočka Praha 2
číslo účtu: 525525555/2700
zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25026
jako půjčitel (dále jen „půjčitel“)

2. Fakultní nemocnice Hradec Králové

se sídlem: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
zastoupená: prof. MUDr. Vladimírem Paličkou, CSc., dr. h. c., ředitelem
IČ: 00179906
DIČ: CZ 00179906
bank. spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 24639511/0710
jako vypůjčitel (dále jen „vypůjčitel“)

I.

Předmět smlouvy

1. Půjčitel touto smlouvou předává vypůjčiteli k dočasnému bezplatnému užívání automatický toxikologický analyzátor ThermoFisher Scientific Indiko Plus v.č.:, v ceně: 750.000,- Kč bez DPH, umožňujících přímou komunikaci s laboratorním informačním systémem (LIS STAPRO) pomocí čárových kódů, vše blíže specifikováno v Příloze č. 1 této smlouvy (dále také jako „předmět výpůjčky“).
2. Tato smlouva se uzavírá v souladu se zadávací dokumentací kupujícího ze dne 15.2.2016, a to na základě výsledku části 6 nadlimitní veřejné zakázky s názvem "**Zajištění analýz na plně automatických systémech ve FNHK**" (dále jen „veřejná zakázka“), zadané v otevřeném řízení pod evidenčním číslem přiděleným ve Věstníku veřejných zakázek: 516074, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a dále v souladu s nabídkou prodávajícího ze dne 1.6.2016, která je společně se zadávací dokumentací veřejné zakázky nedílnou součástí této smlouvy.

II.

Doba výpůjčky

1. Doba výpůjčky je sjednána na dobu 4 let od data platnosti této smlouvy.
2. Půjčitel se zavazuje předat vypůjčiteli předmět výpůjčky podle této smlouvy k užívání a provozování nejpozději do 15 pracovních dnů od data platnosti této smlouvy.
3. O předání a převzetí předmětu výpůjčky bude sepsán předávací protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím předmětu výpůjčky přechází na vypůjčitele nebezpečí škody na předmětu výpůjčky.

4. Vypůjčitel se zavazuje vrátit předmět výpůjčky zpět půjčiteli poslední den trvání platnosti této smlouvy. Půjčitel se zavazuje zajistit demontáž předmětu výpůjčky a jeho odvoz ze sídla vypůjčitele na vlastní náklady.

III.

Místo plnění

1. Místem plnění je Fakultní nemocnice Hradec Králové – Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové.

IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Půjčitel se zavazuje bezplatně dodat vypůjčiteli předmět výpůjčky do místa plnění ve stavu způsobilém k řádnému užívání, spolu s návodem k obsluze v českém jazyce, a to 1x v tištěné a 1x v elektronické podobě, dále s prohlášením o shodě (pokud není v českém jazyce, tak včetně jeho překladu do češtiny) a s přesnou identifikací výrobce předmětu výpůjčky včetně jeho kontaktních údajů. Dále se půjčitel zavazuje provést bezplatnou instalaci předmětu výpůjčky a nést náklady na úplnou validaci metod provedenou vypůjčitelem. Půjčitel se dále zavazuje ověřit funkčnost předmětu výpůjčky, provést všechny předepsané zkoušky a testy a ověřit deklarované technické parametry předmětu výpůjčky.
2. Půjčitel se dále zavazuje zajistit bezplatnou instruktáž příslušných zaměstnanců vypůjčitele a zajistit bezplatné poučení výrobcem minimálně dvou zaměstnanců vypůjčitele pro instruování dalších zaměstnanců vypůjčitele (ve smyslu § 61 zák. č. 268/2014 Sb., v platném znění). O těchto úkonech bude proveden písemný zápis.
3. Půjčitel se dále zavazuje k likvidaci obalů a odpadů, které vzniknou při dodání a instalaci předmětu výpůjčky či jakýchkoli materiálů použitých půjčitelem.
4. Půjčitel se zavazuje zajistit, že předmět výpůjčky bude mít po dobu výpůjčky splněny veškeré zkoušky, testy a schválení vyžadovaná příslušnými právními předpisy a doporučeními výrobce či profesních organizací pro zajištění spolehlivého a bezpečného provozu.
5. Po dobu výpůjčky je půjčitel dále povinen bezplatně odstranit vady bránící bezpečnému a spolehlivému užívání předmětu výpůjčky, tj. zejména závady na analytických systémech, neprovedení kalibrace nebo technické kontroly nebo některé z dalších kontrol vyžadovaných právními předpisy nebo pokyny výrobce, nejpozději do 24 hodin od nahlášení. Ostatní vady, které nebrání bezpečnému a spolehlivému užívání předmětu výpůjčky, je půjčitel povinen odstranit nejpozději do 48 hodin od nahlášení. V případě, že závada bránící bezpečnému a spolehlivému užívání předmětu výpůjčky nebude odstraněna do 48 hodin od jejího nahlášení, zavazuje se půjčitel zajistit vypůjčiteli na své náklady k bezplatnému užívání shodný nebo kvalitativně vyšší přístroj, a to po dohodě s vypůjčitelem.
6. Po dobu výpůjčky je půjčitel dále povinen poskytovat vypůjčiteli bezplatnou technickou podporu při řešení technických a analytických problémů (informační servis) předmětu výpůjčky.
7. Vypůjčitel je povinen chránit předmět výpůjčky před poškozením, ztrátou nebo zničením a zavazuje se, že bez písemného souhlasu půjčitele neposkytne předmět výpůjčky třetí osobě.

8. Za případné poruchy, které prokazatelně vznikly nedodržováním návodu k použití a za ztrátu či poškození předmětu výpůjčky, odpovídá vypůjčitel.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a nahrazuje všechny předchozí dohody písemné či ústní.
2. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran, nebo písemnou výpovědí kterékoli smluvní strany s dvouměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
3. Pokud dojde k ukončení této smlouvy z důvodů na straně vypůjčitele, má půjčitel nárok pouze na úhradu nutných a prokazatelně vynaložených nákladů.
4. Vypůjčitel si vyhrazuje právo jednostranně a s okamžitou účinností odstoupit od této smlouvy v případě, kdy:
 - na předmětu výpůjčky dojde během 12 po sobě jdoucích měsíců k výskytu 5 a více závad stejného typu (stejně číslo chybového hlášení apod.),
 - nebo bude celková doba nefunkčnosti předmětu výpůjčky v důsledku závady za dobu 12 po sobě jdoucích měsíců delší než 15 pracovních dnů,
 - dojde k ukončení platnosti rámcové kupní smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami v souvislosti s veřejnou zakázkou.
5. V případě, že mezi smluvními stranami dojde v souvislosti s touto smlouvou ke sporu, zavazují se smluvní strany k jeho řešení smírnou cestou. Pokud tím nedojde k vyřešení sporu, bude spor řešen u věcně a místně příslušného soudu v České republice.
6. Smlouva a všechny vztahy s ní související se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
7. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv podle platných právních předpisů.
8. Veškeré změny smlouvy lze provést pouze písemnými dodatky, podepsanými na téže listině oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz výše uvedeného připojují své podpisy.

Za půjčitele:
V Praze
dne: 7. 12. 2016


Za vypůjčitele:
V Hradci Králové
dne: 22. 12. 2016

Ing. Jan Kadlec
jednatel
MEDISTA spol. s r. o.

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
ředitel
Fakultní nemocnice Hradec Králové



INDIKO PLUS



- stolní plně automatický biochemický analyzátor pracující v systému „random access“
- měření na principu fotometrie (vlnové délky 340, 405, 420, 480, 510, 520, 540, 575, 600, 660, 700, 800 nm), možnost ISE
- zvlášť nosič stojanů pro vzorky a nosič stojanů pro reagentie (42 pozic pro reagentie, 54 pozic pro vzorky)
- chlazené pozice pro vzorky i reagentie
- rychlost měření: až 350 testů/h
- typ vzorků: sérum, plazma, moč, plná krev, mozkomíšní mok
- možnost měření více parametrů najednou, možnost kontinuálního vkládání vzorků
- čtečka čárových kódů vzorků
- uživatelsky jednoduché a komfortní interface, software v českém jazyce
- on-screen help, dotyková barevná LCD obrazovka
- snadná výměna spotřebního materiálu
- uživatelský manuál v českém jazyce
- rozměry: 94 cm (šířka) x 70 cm (hloubka) x 62 cm (výška), hmotnost 110 kg

MEDISTA spol. s r. o.
Dělnická 12
170 00 Praha 7
Czech Republic



tel.: 241 444 525; 668; 637
fax: 241 445 980
medista@medista.cz
www.medista.cz

Specifikace metod

Metoda	Bazální parametry
V MOČI	
Opiáty	Rozsah non-lin metody: 0 000 až 17 0 $\mu\text{mol/l}$ Max. nepřesnost metody: 5 0000% Kalibrace: 4-5 koncentrací hladin v dubletu (n=2) včetně 0 kalibrátoru
Amfetaminy	Rozsah non-lin metody: 0 000 až 13 000 $\mu\text{mol/l}$ Max. nepřesnost metody: 5 0000% Kalibrace: 4-5 koncentrací hladin v dubletu (n=2) včetně 0 kalibrátoru
Benzodiazepiny	Rozsah non-lin metody: 0-5 $\mu\text{mol/l}$ Max. nepřesnost metody: 5 0000% Kalibrace: 4-5 koncentrací hladin v dubletu (n=2) včetně 0 kalibrátoru
Kannabinoidy	Rozsah non-lin metody: 0 až 13 0 $\mu\text{mol/l}$ Max. nepřesnost metody: 5 0000% Kalibrace: 4-5 koncentrací hladin v dubletu (n=2) včetně 0 kalibrátoru
Barbituráty	Rozsah non-lin metody: 0 000 až 9 0 $\mu\text{mol/l}$ Max. nepřesnost metody: 5 0000% Kalibrace: 4-5 koncentrací hladin v dubletu (n=2) včetně 0 kalibrátoru
LSD	Rozsah non-lin metody: 0 000 až 3 000 ng/ml Max. nepřesnost metody: 5 0000% Kalibrace: 4 koncentrační hladiny v dubletu (n=2) včetně 0 kalibrátoru
Metabolity kokainu	Max. nepřesnost metody: 5 0000% Rozsah non-lin metody: 0 000 až 5 000 $\mu\text{mol/l}$ Kalibrace: 4-5 koncentrací hladin v dubletu (n=2) včetně 0 kalibr
Methadon	Max. nepřesnost metody: 5 0000% Rozsah non-lin metody: 0 000 až 5 000 $\mu\text{mol/l}$ Kalibrace: 4-5 koncentrací hladin v dubletu (n=2) včetně 0 kalibr
Buprenorphine	Max. nepřesnost metody: 5 0000% Rozsah non-lin metody: 0 000 až 100 000 $\mu\text{g/l}$ (tj. ng/ml) Kalibrace: 4-5 koncentrací hladin v dubletu (n=2) včetně 0 kalibr
6-MAM (Heroin metabolit)	Max. nepřesnost metody: 5 0000% Rozsah non-lin metody: 0 000 až 50 000 ng/ml Kalibrace: 4-5 koncentrací hladin v dubletu (n=2) včetně 0 kalibr

V SÉRU

Paracetamol	Max. nepřesnost metody: 1 0000% Rozsah non-lin metody: 0 0 až 300 µg ml Kalibrace: 5-6 koncentrací hladin v dubletu (n=2) včetně 0 kalibrátoru
Barbituráty	Max. nepřesnost metody: 5 0000% Rozsah non-lin metody: 0 000 až 30 000 µmol l Kalibrace: 4-5 koncentrací hladin v dubletu (n=2) včetně 0 kalibr.
Benzodiazepiny	Max. nepřesnost metody: 5 0000% Rozsah non-lin metody: 0 000 až 8 000 µmol l Kalibrace: 4-5 koncentrací hladin v dubletu (n=2) včetně 0 kalibr
Tricyklická antidepresiva	Max. nepřesnost metody: 2 5000% Rozsah non-lin metody: 0 000 až 5 000 µmol l Kalibrace: 4-5 koncentrací hladin v dubletu (n=2) včetně 0 kalibr
Salicyláty	Max. nepřesnost metody: 5 0000% Rozsah non-lin metody: 0 00 až 6000 00 µmol l Kalibrace: 5-6 koncentrací hladin v dubletu (n=2) včetně 0 kalibr