Richard Hrozek – ELEX
Selská 27
614 00 Brno
Česká republika

V Brně 12.11.2019

PRO:
[redacted].
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Královopolská 147
612 64 Brno

Nabídka č.290157
oprava elektronických přístrojů

Označení	Popis	Cena
N9000A/503 **Sn MY51261681**	Ohledání závad. Chybné startování přístroje. Přístroj najede až po vícekrát opakovaném startu. Někdy nenajede vůbec. Závada v na desce PC. Vadný modul průmyslového PC Kontron CCALL116a. Nespolehlivé kontakty BGA vzniklé vyhřátím bezolovnaté pájky. Oprava: výměna 0960-2688 CPU Module **23 200Kč**. Montáž, testování. Čas: 6 hod	**25 600Kč**
N9000A/507 **Sn MY51261731**	Ohledání závad. Chybné startování přístroje. Přístroj najede až po vícekrát opakovaném startu. Závada v na desce PC. Vadný modul průmyslového PC Kontron CCALL116a. Velký svodový proud. Oprava kontrola a propájení spojů modulu 0960-2688 CPU. Oprava zdroje . Montáž, testování. Čas: 15 hod	**6 750Kč**
N9000A/503 **Sn MY51261726**	Ohledání závad. Chybné startování přístroje. Přístroj najede až po vícekrát opakovaném startu. Někdy nenajede vůbec. Závada v na desce PC. Vadný modul průmyslového PC Kontron CCALL116a. Nespolehlivé kontakty BGA vzniklé vyhřátím bezolovnaté pájky. Oprava: výměna 0960-2688 CPU Module **23 200Kč**. Montáž, testování. Čas: 6 hod	**25 600Kč**

Obchodní podmínky:

Přístroje budou opraveny se záruční lhůtou 6 měsíců.
Termín dodání 1 týden po objednání
Přístroje budou odeslány zákazníkovi s daňovým dokladem, Splatnost daňového dokladu 14 dnů.
Všechny ceny v této nabídce, jsou bez platné sazby DPH v ČR pro toto zboží.

Nabídku vypracoval
Hrozek Richard

[redacted]

elex měřicí přístroje elektronické součástky
Hrozek Richard
Selská 27, 614 00 Brno
DIČ CZ6811010107