

<b>Zlepšení podmínek zdravotní péče seniorům se zdravotním postižením</b>
---

<b>a)</b>	<b>Lůžko nemocniční - 3ks</b>
-----------	-------------------------------

**1. Technické požadavky:**

- Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují medicínský účel.
- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, **jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky.** U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení, pokud uchazeč prokáže, že nabízené zařízení vyhovuje pro požadovaný medicínský účel. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Uchazeč doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

**2. Kompatibilita:** je požadována s částmi c) d) e)

**3. Specifikace:**

*Předmětem nabídky je (uchazeč uvede přesné obchodní označení, model výrobce): Eleganza 1 – výrobce LINET spol. s r.o.*

Specifikace – Minimální zadavatelem požadované technické parametry	<b>Uchazečem nabízená hodnota</b>  (uchazeč vyplní všechny řádky: u číselných údajů <b>uvedením hodnoty</b> parametru, u ostatních slovem <b>splňuje, zároveň uvede odkaz na příložený</b> nebo výrobcem schválený veřejně přístupný <b>dokument</b> – zdroj, strana, kapitola)
1. EN 60601-2-52 v platném znění	
2. Rozměry ložné plochy 200 x 90 cm	
3. Uživatelské prodloužení - zkrácení lůžka min. o 15 cm	
4. Průjezdnost lůžkem zárubněmi 110 cm dveří	
5. min. 4 kolečka s brzdou (průměr min. 125 mm)	
6. Centrální ovládání brzdy koleček	
7. Max. hmotnost pacienta min. 180kg	
8. Bezpečná pracovní zátěž lůžka min. 200 kg	
9. Elektricky nastavitelný náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy	
10. Mechanické odblokování zádového dílu (CPR)	
11. 4 dílná ložná plocha	
12. Automatický odsun zádového a stehenního dílu – dvojitá autoregrese	
13. Odnímatelné plastové díly ložné plochy	
14. Dvojdílné sklopné postranice v délce cca ¾ lůžka (naklápění dvojdílných postranic s příslušným zádovým či stehenním dílem)	
15. Svislé sklápění postranic	
16. Čela odnímatelná plastová s aretací	
17. Nárazová ochranná kolečka v rozích postele	
18. Elektricky nastavitelná výška v rozmezí od min. 40 cm do min. 70 cm od podlahy	
19. Elektrické polohování min. zádového a nožního dílu	
20. Pacientský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému spuštění	
21. Sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému spuštění, s blokační funkcí, s naprogramovanou funkcí CPR	
22. Lišta s 2 háčky pro drobné příslušenství	
23. Záložní baterie	
24. Barva lůžka –vzorník barev prosím přiložte k nabídce	

b)	Stolek patientský - 3ks
----	-------------------------

**1. Technické požadavky:**

- Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují medicínský účel.
- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, **jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky.** U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení, pokud uchazeč prokáže, že nabízené zařízení vyhovuje pro požadovaný medicínský účel. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Uchazeč doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

**2. Kompatibilita:** *není požadována*

**3. Specifikace:**

*Předmětem nabídky je (uchazeč uvede přesné obchodní označení, model výrobce): Eleganza Classic – výrobce LINET spol. s r.o.*

Specifikace – Minimální zadavatelem požadované technické parametry	<b>Uchazečem nabízená hodnota</b>  (uchazeč vyplní všechny řádky: u číselných údajů <b>uvedením hodnoty</b> parametru, u ostatních slovem <b>splňuje</b> , <b>zároveň uvede odkaz na příložený</b> nebo výrobcem schválený veřejně přístupný <b>dokument</b> – zdroj, strana, kapitola)
1. stolek patientský, pojízdný, oboustranný, s výklopnou jídelní deskou	
2. provedení stolku: zásuvka, nika, skříňka s dvířky a poličkou	
3. vrchní deska se zvýšenými hranami	
4. zásuvky výsuvné oběma směry	
5. vyjímatelná vložka zásuvky, a vyjímatelná vnitřní polička skříňky	
6. integrovaná jídelní deska se zvýšenými hranami, výškově stavitelná s posilováním mechanickou či plynovou pružinou, naklopitelná pro čtení/psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu	
7. kolečka o průměru min. 7cm, min. dvě kolečka s brzdou	
8. držák na ručník	
9. manipulační madla	
10. omyvatelný běžnou desinfekcí (kov, plast, HPL)	
11. Barva – vzorník barev prosím přiložte k nabídce	

c)	<b>Nástavec postranic lůžek (protektor) - 6ks</b>
----	---

**1. Technické požadavky:**

- Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují medicínský účel.
- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, **jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky.** U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení, pokud uchazeč prokáže, že nabízené zařízení vyhovuje pro požadovaný medicínský účel. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Uchazeč doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

**2. Kompatibilita:** *je požadována s částí a)*

**3. Specifikace:**

*Předmětem nabídky je (uchazeč uvede přesné obchodní označení, model výrobce): Protektor – výrobce LINET spol. s r.o.*

Specifikace – Minimální zadavatelem požadované technické parametry	<b>Uchazečem nabízená hodnota</b>  (uchazeč vyplní všechny řádky: u číselných údajů <b>uvedením hodnoty</b> parametru, u ostatních slovem <b>splňuje</b> , <b>zároveň uvede odkaz na příložený</b> nebo výrobcem schválený veřejně přístupný <b>dokument</b> – zdroj, strana, kapitola)
1. 3 páry (6 ks) nástavců postranic (mezi postranici a nožní čelo)	
2. přenositelné mezi nemocničními lůžky	
3. odnímatelné personálem	

d)	Hrazda napřimovací s rukojetí - 3ks
----	-------------------------------------

**1. Technické požadavky:**

- Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují medicínský účel.
- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, **jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky.** U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení, pokud uchazeč prokáže, že nabízené zařízení vyhovuje pro požadovaný medicínský účel. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Uchazeč doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

**2. Kompatibilita:** je požadována s částí a)

**3. Specifikace:**

*Předmětem nabídky je (uchazeč uvede přesné obchodní označení, model výrobce): Hrazda, rukojeť – výrobce LINET spol. s r.o.*

Specifikace – Minimální zadavatelem požadované technické parametry	<b>Uchazečem nabízená hodnota</b>  (uchazeč vyplní všechny řádky: u číselných údajů <b>uvedením hodnoty</b> parametru, u ostatních slovem <b>splňuje</b> , <b>zároveň uvede odkaz na příložený</b> nebo výrobcem schválený veřejně přístupný <b>dokument</b> – zdroj, strana, kapitola)
1. 3ks napřimovací hrazda pro pacienta (lakovaná)	
2. min. nosnost hrazdy 75kg – zatížení pacientem	
3. přenositelná mezi nemocničními lůžky - do držáku (rámu) lůžka	
4. rukojeť plastová vč. popruhu	

e)	<b>Matrace antidekubitní pasivní - 3ks</b>
----	--

**1. Technické požadavky:**

- Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují medicínský účel.
- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, **jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky.** U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení, pokud uchazeč prokáže, že nabízené zařízení vyhovuje pro požadovaný medicínský účel. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Uchazeč doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

**2. Kompatibilita:** *je požadována s částí a)*

**3. Specifikace:**

*Předmětem nabídky je (uchazeč uvede přesné obchodní označení, model výrobce): PrimaCare20 – výrobce LINET spol. s r.o.*

Specifikace – Minimální zadavatelem požadované technické parametry	<b>Uchazečem nabízená hodnota</b>  (uchazeč vyplní všechny řádky: u číselných údajů <b>uvedením hodnoty</b> parametru, u ostatních slovem <b>splňuje</b> , <b>zároveň uvede odkaz na příložený</b> nebo výrobcem schválený veřejně přístupný <b>dokument</b> – zdroj, strana, kapitola)
1. 3ks matrace antidekubitní pasivní	
2. prevence a léčba proleženin min. III. stupně	
3. jádro ze studené PUR pěny s hustotou min. 50kg/m <sup>3</sup>	
4. rozměry viz bod a)	
5. Nosnost min. 200 kg,	
6. transportní úchyty na potahu matrace.	
7. Potah omyvatelný běžnými dezinfekčními prostředky	