

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 26001551 ze dne 21.10.2009 , uzavřené mezi smluvními stranami:

Zhotovitel: **BMT Medical Technology s.r.o., se sídlem: Cejl 50, 656 60 Brno, IČ: 46346996**
 Objednatel: **Oblastní nemocnice Jičín a.s., se sídlem: Bolzanova 512, 506 43 Jičín, IČ: 26001551**

1. Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy 1 ke smlouvě o dílo a v návaznosti na změně rozsahu poskytovaných služeb i na úpravě ceny plnění takto:

Příloha 1 smlouvy o dílo č. 26001551

umístění přístroje	název přístroje	typ přístroje	výrobní č.	Plán servisních prohlídek Q-čtvrtletní, P-pololetní, R-roční												cena Q	cena P	cena R	provozní revize TN	cena paušálu		cena opravy	ZP
Seznam přístrojů a ceny:				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/rok	Kč/měs.	Kč/hod.	ano-ne
CS Jičín	sterilizátor parní	Sterivap 6612-2FD		Q			P								R								ano
CS Jičín	sterilizátor parní	Sterivap 6612-2FED		Q			P								R								ano
COS Jičín	sterilizátor parní	Unisteri 336-2FED													R								ano
CS Jičín	vyvíječ páry	Duotherm 150		Q			P								R								ne
OKM Jičín	sterilizátor parní	PS121V		Q			P								R								ano
OKM Jičín	sterilizátor parní	PS121V		Q			P								R								ano
OKM Jičín	sterilizátor horkovzdušný	HS201A													R								ano
Lékárna Jičín	sterilizátor horkovzdušný	HS202A													R								ano
Chirurgie Nový Bydžov	sterilizátor parní	Unisteri 336-1ED													R								ano
Chirurgie Nový Bydžov	sterilizátor parní	Vapofix 603 (r.v.2001)													R								ano

Přístrojů celkem: 10

Paušál celkem: 46 590 3 883

ZP = zdravotnický prostředek podle Zákona č. 123/2000 Sb.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Specifikace servisu:	sjednáno:	poznámka:	záznam elektronicky:	
M = měsíční prohlídka a údržba	ne			ne
Q = čtvrtletní prohlídka a údržba	ano - paušál	v termínu dle plánu		ne
P = půlroční prohlídka a údržba	ano - paušál	v termínu dle plánu		ne
R = roční prohlídka a údržba	ano - paušál	v termínu dle plánu		ne
K = Kalibrace teplotních a tlakových čidel	ne	v termínu roční prohlídky		ne
BO = běžné opravy	ano	nástup na opravu do: 24 hodin		ne
PR = provozní revize TN (tlak. nádob)	ano - paušál	v termínu roční prohlídky		ne
ER = elektorevize	ne	v termínu roční prohlídky		ne
IP = instruktáže personálu	ano	v termínu dle dohody		ne

Cestovné: Jízdné os. auto:

Dojezd technika:

cca 50 km (Hradec Králové) Účtována bude jen cesta tam, přičemž čas na cestě nebude účtován.

Příplatky za práci: v noci (22-6 h):

v nepracovní dny:

Kontakty zhotovitele:

Kontakty objednatele:

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 26001551 ze dne 21.10.2009 zůstávají beze změny v platnosti.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 1.1.2011.

Za zhotovitele:

Ing. Milan Krajcar,

jednatel BMT Medical Technology s.r.o.

20-12-2010

Za objednatele:

Ing. Dana Kracíková,

ředitelka ON Jičín a.s.

22-12-2010