

Část d)	Optika rigidní - 2ks
---------	----------------------

**1. Technické požadavky:**

- Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují medicínský účel.
- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, **jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky.** U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení, pokud uchazeč prokáže, že nabízené zařízení vyhovuje pro požadovaný medicínský účel. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Uchazeč doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

**2. Kompatibilita:** *není požadována*

**3. Maximální nabídková cena:** *144.000,- Kč včetně DPH*

**4. Specifikace:**

*Předmětem nabídky je (uchazeč uvede přesné obchodní označení, model výrobce): oplachový systém Thumfart a optiky HOPKINS KARL STORZ*

Specifikace – Minimální zadavatelem požadované technické parametry	<b>Uchazečem nabízená hodnota</b>  (uchazeč vyplní všechny řádky: u číselných údajů <b>uvedením hodnoty</b> parametru, u ostatních slovem <b>splňuje</b> , <b>zároveň uvede odkaz na příložený</b> nebo výrobcem schválený veřejně přístupný <b>dokument</b> – zdroj, strana, kapitola)
<i>(uchazeč do nabídky uvede přesné obchodní označení, model výrobce)</i>	
<b>Rigidní optiky (endoskopy) pro FESS</b>	
<b>a) 1ks optika 30°</b> , ø 4,0 mm, délka pracovní části 18 cm	
1ks oplachový a irigační plášť pro 30° endoskop	
Dekontaminace běžnými přípravky, parní resterilizace	
<b>b) 1ks optika 70°</b> , ø 4,0 mm, délka pracovní části 18 cm	
1ks oplachový a irigační plášť pro 70° endoskop	
Dekontaminace běžnými přípravky, parní resterilizace	
<b>c) 1ks oplachová a irigační rukojeť</b> ,	
ergonomický tvar	
ventil pro spuštění a zastavení irigace,	
kontinuální odsávání	
<i>kompatibilní s výše uvedenými endoskopy a plášti</i>	