

Část b)	Oscilační pila – 1ks
----------------	-----------------------------

1. Technické požadavky:

- Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují medicínský účel.
- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, **jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky.** U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení, pokud uchazeč prokáže, že nabízené zařízení vyhovuje pro požadovaný medicínský účel. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Uchazeč doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

2. Kompatibilita:
Unidrive**Oscilační pila musí být kompatibilní s řídicí jednotkou STORZ****3. Maximální nabídková cena:**

100.900,- Kč včetně DPH

4. Specifikace:Předmětem nabídky je (uchazeč uvede přesné obchodní označení, model výrobce): *Oscillating Microsaw G2*

Specifikace – Minimální zadavatelem požadované technické parametry		Uchazečem nabízená hodnota
		(uchazeč vyplní všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje , zároveň uvede odkaz na příložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument – zdroj, strana, kapitola)
<i>(uchazeč do nabídky uvede přesné obchodní označení, model výrobce)</i>		
1.	Oscilační mikropila – nástavec pro rhinoplastiku	
2.	Řezání 90 stupňů k ose	
3.	Rozsah otáček 15 000 ot./min.	
4.	Rychlospojka pro snadnou výměnu kotouče (bez potřeby klíče)	
5.	Vnitřní oplach čepele (směřování fyziologické kapaliny přesně na řeznou plochu)	
6.		
7.	Příslušenství: • 1ks pilový list - šířka čepele 10x14x16x0,4mm • 1ks pilový list - šířka čepele 15x14x16x0,4mm • 1ks pilový list - šířka čepele 10x14x30x0,4mm • 1ks pilový list - šířka čepele 15x14x30x0,4mm	