

KNTB Zlín - vysoce specializovaná péče onkogynekologie - část 3 - přístrojová technika pro operaci

TABULKA S TECHNICKÝMI PARAMETRY

Parametr	Požadovaná min.hodnota	Nabízená hodnota
Operační stůl pro gynekologické operační výkony - 1ks TRUMPF TruSystem 3000 (uved'te nabízený typ)		
Mobilní elektromechanický, nebo elektrohydraulický operační stůl pro gynekologické operační výkony.	ANO	ANO
Elektrické ovládání: zdvihu pracovní desky v minimálním rozsahu 660-1030 mm.	ANO	ANO
Vyklápění pracovní desky Trendelenburg – antitrendelenburg minimálně v rozsahu +25°/- 30°	ANO	ANO
Laterální vyklápění minimálně v rozsahu +/- 20°	ANO	ANO
Minimálně pětisegmentová pracovní deska – dělený nožní segment, středový, zádový a hlavový segment.	ANO	ANO
Vzájemné elektrické polohování jednotlivých segmentů, vč. zádového segmentu	ANO	ANO
Plně odnímatelné nožní segmenty, výklopné min. +80° / -90° kolem horizontální osy a v rozsahu min. 0°-60° kolem vertikální osy.	ANO	ANO
Elektrické polohování nožních segmentů, uvolnění a zajištění obou požadovaných pohybů dálkovým ovladačem	ANO	ANO
Úprava nožních segmentů na elektricky polohovatelné shafty. Tyto shafty jsou součástí dodávky.	ANO	ANO
Zádový segment výklopný min. +70° / -30°.	ANO	ANO
Odnímatelný hlavový segment, výklopný a výškově stavitelný rovnoběžně s pracovní deskou.	ANO	ANO
Odnímatelné antidekubitní vícevrstvé polstrovaní s antistatickým povrchem.	ANO	ANO
Stůl vybaven akumulátory pro provoz na bezpečné napětí nezávisle na síti a integrovanou nabíječkou.	ANO	ANO
Výdrž akumulátorů min. 7 dnů	ANO	ANO
Signalizace stavu akumulátorů, aktuální pozice, aktuální parametr nastavení a hraniční pozice možného nastavení	ANO	ANO

Ruční bezkabelový ovládač základních elektrických pohybů a současně záložní ovládání umístěné na sloupku operačního stolu.	ANO	ANO
Aretace stolu jedním pohybem, nebo tlačítkem na dálkovém ovladači	ANO	ANO
Nosnost stolu, umožňující kompletní nastavitelnost, minimálně 225 kg	ANO	ANO
Operační stůl disponuje antikolizním systémem - ochrana zdraví pacienta a personálu	ANO	ANO
Operační stůl má záložní ovládání z boku (nikoliv pod zádovou nebo nožní částí)	ANO	ANO
Gynekologický operační stůl má dobře přístupnou základnu a vykrojení v základně pro kvalitní přístupnost zejména z vaginální pozice	ANO	ANO
Komunikace operačního stolu v českém jazyce	ANO	ANO
Modularita vyměnitelných segmentů operační desky. Hmotnost jednotlivých modulárních segmentů max 10 kg	ANO	ANO
Příslušenství:		
Oddělovací rám anesteziologie s možností zavěšení ruky	ANO	ANO
Úchyt ruky k hraně stolu	ANO	ANO
Opěrky ramen kompletně stavitelné	ANO	ANO
Infuzní opěrka ruky (posuvná, výklopná, délkově stavitelná) s poutacím pásem	ANO	ANO
Pás pro fixaci pacienta s uchycením k euro liště	ANO	ANO

POZNÁMKA: Uvedené technické požadavky jsou minimální. Dodavatel může nabídnout zařízení i s lepšími parametry.

Pokyny pro vyplnění:

1. Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota".
2. Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného zařízení (hodnota NE znamená nesplnění požadavků nesplněním zadávacích podmínek).
3. Pokud má účastník zadávacího řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".
4. Vyplněný formulář účastník zadávacího řízení předloží v rámci své nabídky (jako přílohu návrhu kupní smlouvy).

V, dne

.....
Jméno a podpis

ivu - část A

Poznámka
Elektromechanický op.stůl
660-1030 mm
30°/-30°
25°/-25°
ANO
Zádový segment 80° / -60° Nožní segment 80° / -92°
Nožní segment 80° / -92° 0° - 90° kolem vertik.osy
ANO
ANO
80° / -60°
ANO
9 cm, vícevrstvé, antist.
ANO
ANO
ANO

ANO
ANO
270 kg (250 kg)
ANO
ANO
ANO
ANO
9,5 kg
ANO
ANO
ANO - antidekubit.polster
ANO
ANO



vané vlastnosti zařízení a znamená