

**KNTB Zlín - vysoce specializovaná péče onkogynekologie - část 3 - přístrojová technika pro operativu - část A**

**TABULKA S TECHNICKÝMI PARAMETRY**

Parametr	Požadovaná min.hodnota	Nabízená hodnota	Poznámka
<b>Operační stůl pro onkogynekologickou chirurgii - 3ks</b>			
<b>TRUMPF TruSystem 7500</b>			
<b>Operační stůl s výměnnou deskou a transportním vozíkem a příslušenstvím pro operativu - 3 ks</b>			
Mobilní systémová operační základna - elektromotorický systém - 3 ks	ANO	ANO	ANO
5 dílná pracovní deska o rozměrech min. 2100x590 mm - elektromotorický systém - 4 ks	ANO / min. 2100 x 590 mm	ANO	2170 / (2275) x 600 mm
Navážení desek na základnu obousměrně (od hlavy i od nohou) s automatickým rozpoznáním orientace desky, navážecí vozík s funkcí výškového zdvihu a Trendelenburg/antiTrendelenburg; výsuvné 5. kolečko pro zajištění přímého směru jízdy, dvojitá pojezdová kolečka; manipulační držák - 4 ks	ANO	ANO	ANO
Odnímatelná hlavová i nožní část pracovní desky; možnost reversní modularity	ANO	ANO	ANO
Nosnost operačního stolu min. 360 kg	min. 360 kg	ANO	400 kg
Nosnost při náklonech min. 250 kg	min. 250 kg	ANO	ANO - bez omezení
Kombinované polohování operačního stolu	ANO	ANO	ANO
<b>Elektrické polohování - Základna operačního stolu zabezpečí</b>			
Nastavení výšky pracovní desky min. 645 – 1160 mm	min. rozsah 645 – 1160 mm.	ANO	612 - 1162 mm
Motorický podélný posun min. 320 mm	min. 320 mm.	ANO	400 mm
Trendelenburg / AntiTrendelenburg min. ± 45°	min. ± 45°	ANO	min. ± 45°
Boční náklon pracovní desky min. ± 28°	min. ± 28°	ANO	min. ± 30°
Kombinace Trendelenburg min. 25° s bočním náklonem min. 15°	min. 25° / 15°	ANO	ANO - 25° / 20°
<b>Elektrické polohování - Výměnná deska stolu zabezpečí</b>			
Polohování nožní části min. ±90°, ovládaná každá levá i pravá část zvlášť	min. ±90° / ANO	ANO	90° / -105°
Polohování zádové části celkový rozsah pohybu min. 120°, zdvih min. 70°, umožňující funkci můstku (zalomením, můstek)	celk. rozsah min. 120°	ANO	Celkem 145°
	zdvih min. 70°	ANO	90°
	ANO	ANO	ANO
<b>Mechanické polohování</b>			
Hlavová část - dvojitý kloub umožňující zdvih a libovolné nastavení horizontální pozice hlavové desky ve výšce nad operační deskou	ANO	ANO	ANO

Dvojdílná nožní část (roztažitelná do písmene V a U), uvést hmotnost nožního segmentu	ANO	ANO	5,9 kg
RTG transparentní operační deska šířky min. 590 mm vč. euolišt	ANO / min. 590 mm	ANO	600 mm
Napájení z bezúdržbové baterie. Výdrž baterie min. 4 dny provozu	ANO / výdrž min. 4 dny	ANO	ANO
Ovládací panel na noze OP stolu (přístupný i s přisunutým transportním vozíkem) včetně funkce „čištění“, kdy základna i bez desky může vyjet do nejvyšší polohy (buď automaticky, nebo upozorní akustickým signálem)	ANO	ANO	bezproblémový přístup k záložnímu ovládaní z boku funkce čištění, vč. akust.s.
Bezdrátový ovladač s displejem s možností uložení nepoužívanějších poloh – komunikace v ČJ, 1 ks bezdrátový ovladač ke každému stolu a 1 ks kabelový ovladač jako další záložní ovladač - společný k op.stolům	ANO	ANO	ANO
Antikolizní systém – omezovač krajních poloh při změně výšky stolu (rozpoznávání napojeného příslušenství, kolize s podlahou, kolize a prevence kolizí s ostatními přístroji a předměty na operačním sále)	ANO	ANO	ANO
Polstrování operačního stolu musí být snadno odnímatelné a umožňovat tak snadnou údržbu a hygienu (antidekubitní matrace)	ANO	ANO	ANO
Stávající příslušenství připojitelné oboustranně k operační desce pomocí EU lišt po celé délce stolu	ANO	ANO	ANO
Napojování jednotlivých segmentů operačních desek jednoduchými západkami (bez nutnosti šroubování (s výjimkou hlavové desky))	ANO	ANO	ANO
Základní „nulová“ poloha zadaná jedním tlačítkem; sekvenční automatizované postupné pohyby omezující otřesy a náklony pacienta	ANO	ANO	ANO
<b>Příslušenství k operačnímu stolu - ke každému operačnímu stolu (celkem 3 sady)</b>			
Anesteziologický rám nastavitelný se svorkou k EU liště – 1 kus ke stolu	ANO	ANO	ANO
Podpora paže bezrámová, libovolně stavitelná se svorkou – aretace a zajištění polohy rychloupínací aretací na pažní podpore - 2 kusy ke stolu	ANO	ANO	ANO
Držák (druhé) ruky se svorkou a antidekubitním polsterem (objímkou ruky) – 2 kusy ke stolu	ANO	ANO	ANO
Ramenní zarážky polstrované - antidekubitní , nastavitelné, se svorkami – 1 pár ke stolu	ANO	ANO	ANO
Fixační popruhy pro nohy pacientek uložené na dělených segmentech dolních končetin - zvlášť pro levou a pravou dolní končetinu (1 pár ke stolu)	ANO	ANO	ANO
Fixační popruh se suchým zipem a svorkou (hákem) pro fixaci pacientek – 2 kusy ke stolu	ANO	ANO	ANO
Držáky na dolní končetiny (schauty) polstrované se svorkami a se samostatnou antidekubitní polstrovanou vložkou do schautu– 1 pár ke stolu	ANO	ANO	ANO
Externí kabelové ovládaní operační desky mimo systémovou operační základnu	ANO	ANO	ANO
<b>Příslušenství k operačnímu stolu - speciální (celkem 1 sada dohromady pro všechny 3 stoly)</b>			
Příslušenství pro hlavovou operativu (skládá se z: Adaptér hlavového příslušenství, plně nastavitelné rameno s nastavitelným držákem (koňská podkova)	ANO	ANO	ANO
příslušenství pro operativu ruky (skládá se z: stolek na operativu ruky s rozměry min. 650mm x 250mm)	ANO	ANO	ANO