

Kupní smlouva č. K006/2019

uzavřená dle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Článek I.

Smluvní strany

1. Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

se sídlem Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, PSČ 393 38

IČ: 00511951

DIČ: CZ00511951

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 466

Statutární zástupce: Ing. Jan Mlčák, MBA, ředitel

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., č. ú.: 174-401202834/0600

(dále jen „kupující“)

2. MEDKONSULT, s. r. o.

se sídlem Olomouc, Balcárkova 1258/8, PSČ 779 00

IČ: 47679522

DIČ: CZ47679522

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4284

Statutární zástupce: Doc. MUDr. František Zát'ura, Ph. D., jednatel

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 36705811/0100

(dále jen „prodávající“)

Článek II

Předmět smlouvy

Předmětem této kupní smlouvy je nákup nového přístrojového vybavení, a to Urodynamického přístroje **Uromic Jive vč. příslušenství** pro Urologickou ambulanci, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace.

1. Předmětem smlouvy je závazek Prodávajícího dodat přístrojové vybavení ve věcném rozsahu a s technickými parametry dle nabídky prodávajícího (dále jen „přístroj“) a převést na Kupujícího vlastnické právo k přístroji a dále závazek Prodávajícího:
 - provést instalaci přístroje a uvést ho do trvalého provozu včetně zajištění a zprovoznění všech spojení,
 - zaškolit obsluhu v rozsahu zaškolení v rámci instalace zařízení a provést zaškolení obsluhy u všech kupujícími určených pracovníků,
 - realizovat veškeré potřebné práce a činnosti nutné ke splnění závazků Prodávajícího dle této smlouvy,

- provádět záruční servis dle podmínek stanovených touto smlouvou,
- provádět po dobu záruky bezplatně bezpečnostně technické kontroly (dále jen „BTK“) v intervalu dle doporučení výrobce (minimálně však 1x ročně),
- zrealizovat jednodenní odborný kurz pro 1 lékaře a 1 sestru,
- prodávající je povinen zajistit nástup servisního technika max. do 24 pracovních hodin od nahlášení závady, pro tyto účely se pracovními hodinami rozumí Po-Pá, 8.00 - 17.00 hod,
- maximální doba uvedení přístroje do provozu musí činit:
 - bez náhradních dílů - 2 pracovní dny od nástupu servisního technika,
 - s dodávkou náhradních dílů - 5 pracovních dní od nástupu servisního technika,

a závazek Kupujícího zaplatit sjednanou kupní cenu a poskytnout součinnost nezbytnou ke splnění závazku prodávajícího.

2. Spolu s přístrojem je prodávající povinen předat veškeré doklady, které jsou potřebné k používání vybavení a které osvědčují splnění legislativních technických požadavků na předmět plnění, jako např. návody k použití v českém jazyce jak v listinné tak elektronické podobě, záruční listy, příslušné certifikáty, atesty, prohlášení o shodě (certifikáty CE) osvědčující, že výrobky jsou vyrobeny v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, a to jak pro přístroje, tak pro jejich příslušenství.
3. Prodávající zároveň prohlašuje, že předmět kupní smlouvy splňuje veškeré požadavky kupujícího stanovené v souboru Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu „Urodynamický přístroj“.

Článek III.

Cena a platební podmínky

1. Kupující zaplatí prodávajícímu za předmět smlouvy, v souladu s podmínkami této smlouvy, kupní cenu uvedenou dále.
2. Kupní cena dodávky předmětu smlouvy činí 272 811,73 Kč bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené právním předpisem k datu poskytnutí zdanitelného plnění. Cena za předmět smlouvy včetně zákonné daně z přidané hodnoty činí k datu podpisu této smlouvy 330 102,19 Kč.
3. Kupní cena předmětu smlouvy je cena konečná, zahrnuje veškeré náklady prodávajícího (např. dopravné do místa plnění, pojištění zásilky, celní, bankovní a ostatní poplatky apod.).
4. Zaplacení kupní ceny bude provedeno na základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený v něm uveden. Lhůta splatnosti v délce 30 kalendářních dnů bude uváděna na daňovém dokladu. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání kupní ceny z účtu kupujícího ve prospěch prodávajícího.
5. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
6. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu),

který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí kupující vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Prodávající je povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená v článku 3 této smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) kupujícímu.

7. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235 /2004 Sb. O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
8. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Kupujícím takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované prodávajícím.

Článek IV.

Místo a doba plnění

1. Předmět smlouvy bude dodán a instalován na Urologickou ambulanci, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace.
2. Prodávající se zavazuje dodat a instalovat přístroj nejpozději do 31. 12. 2019.
3. Přístroj bude řádně předán kupujícímu v místě plnění včetně příslušných dokladů, které se k dodávanému zařízení vztahují. Přijetí bude potvrzeno podpisem předávajícího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Prodávající bude Kupujícímu avizovat dodání přístroje na místo plnění nejpozději 5 dnů předem. Přístroj bude dopraven ve vhodném balení tak, aby při běžných podmínkách přepravy, manipulace a skladování byly řádně chráněny před poškozením.
5. Prodávající bude provádět instalaci přístroje v místě plnění. Kupující zajistí přístup pro osoby provádějící instalaci do prostorů jejího uskutečnění v požadovaném rozsahu.
6. Instalace bude Prodávajícím prováděna podle vlastního technologického postupu. Při provádění instalace je Prodávající povinen dodržovat veškeré požární předpisy, předpisy BOZP a vnitřní předpisy Kupujícího vztahující se k instalaci předmětu plnění, které Kupující Prodávajícímu poskytne před zahájením instalace.

Článek V.

Záruka, odpovědnost za vady

1. Prodávající se zavazuje, že plnění bude poskytnuto za účelem a v kvalitě sjednané mezi smluvními stranami.
2. Prodávající se zavazuje, že během záruční doby bude provádět PBTk (provozní bezpečnostně-technické kontroly) na vlastní náklady.
3. Zjištěnou vadu reklamuje kupující telefonicky nebo písemně.

4. Záruční doba poskytovaná na přístroj je v délce 24 měsíců od podpisu předávacího protokolu.

Článek VI. **Smluvní sankce**

1. V případě, že Prodávající nedodrží sjednaný termín dodání přístroje dle domluvy s Kupujícím, má Kupující právo na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že Kupující nedodrží dobu splatnosti faktur dle čl. III. této smlouvy, má Prodávající právo požadovat úrok z prodlení ve výši dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvním stranám vzniká právo na náhradu škody způsobenou porušením smluvních povinností druhou stranou. Toto právo není dotčeno úhradou smluvních pokut a úroků z prodlení.

Článek VII. **Prohlášení Prodávajícího**

Prodávající prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním kupující uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

Článek VIII. **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
2. Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5. Odst. 2 zákona o registru smluv splní Kupující. Současně bere Prodávající na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
4. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy nebo přílohy ke smlouvě musí být provedeny formou písemných, chronologicky číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že se dohodly na celém jejím obsahu, že se smluvními podmínkami souhlasí a že smlouva nebyla podepsána v tísní ani za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.

6. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Dobrušce dne 19. 12. 2019

V Olomouci dne 13.12.2019

Kupující

Ing. Jan Mlčák, MBA, ředitel

Prodávající

Doc. MUDr. František Zát'ura, Ph. D., jednatel

Příloha č. 1 Technická specifikace

Předmět plnění	počet ks	cena v Kč bez DPH
Urodynamický přístroj	1	272 811,73

Pokyn pro dodavatele: Dodavatel vyplní všechna prázdná pole, vyjma polí označených symbolem "X".

Ve sloupci "Způsob splnění podmínky" dodavatel uvede konkrétní hodnotu či způsob splnění podmínky tak, jak nabízený přístroj podmínku splňuje.

Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)	Uromic Jive
---	-------------

podmínka	splňuje (Ano/Ne)	způsob splnění podmínky
Technické parametry		
Urodynamická aparatura (jednotka pro multikanálové měření biometrických parametrů dolních močových cest)	Ano	X
počet kanálů min. 5	Ano	5
5 kanálů pro připojení snímačů kabelem + 1 kanál pro bezdrátové připojení snímačů	Ano	X
univerzální kanály se snadno nastavitelnou konfigurací kanálů dle aktuální potřeby	Ano	X
Standardní nastavení při instalaci:		
3 x tlak	Ano	X
1 x uroflowmetrie	Ano	X
1 x EMG	Ano	X
Základní kompaktní, ergonomický a snadno transportovatelný systém s nastavitelnou výškou pracovní plochy s klávesnicí a monitorem		
Obsahuje:		
pacientskou měřicí jednotku	Ano	X

řídící počítač průmyslového typu (nikoli kancelářský typ all in one), s operačním systémem Windows embedded (nikoli obyčejná Windows 10, bez nutnosti opakovaných upgrade)	Ano	X
vestavěnou kvalitní cystometrickou pumpu pro přesné plnění bez infúzní váhy, s pohyblivým ramenem pro nastavení výšky držáků snímačů tlaku, k dispozici musí být příslušné hadicové sety pro tuto pumpu	Ano	X
klávesnice, myš a širokoúhlý monitor, min. 21"	Ano	NEC EA 224 plochý širokoúhlý LED IPS monitor 21,5"
barevnou wifi tiskárnu s ink jet tiskem	Ano	X
Snímače		
váhový uroflowmetr se stojanem s možností snadného nastavení výšky trychtýře uroflowmetru	Ano	X
2 x trychtýř pro opakované použití s možností desinfekce, tvar s optimalizací pro zamezení proudových artefaktů	Ano	X
2 x jednorázový trychtýř pro pacienty s těžkou infekcí	Ano	X
Tlakové snímače		
Systém musí umožnit připojení následujících tlakových snímačů pro cystometrii:		
WF snímače pro měření hydraulickým principem, "vodní" snímače, kabely a nastavení kanálů pro tyto snímače jsou standardní částí dodávky	Ano	X
AC, Air charged katetry jsou alternativní možností pro měření minibalonkovými katetry s přenosem vzduchem	Ano	X
Micro Tip (Solid State) snímače integrované na měřící katetr ve formě jednorázové i resterilizovatelné verze	Ano	X
Snímače pro EMG		
externí předzesilovač k redukci rušení s nalepovacími elektrodami	Ano	X
Softwarové protokoly pro standardní měření		
plnicí a mikční cystometrie	Ano	X

uroflowmetrie s automatickou analýzou dle Siroky Krane	Ano	X
EMG a Biofeedback	ano	X
Valsalva Leak Poin Pressure, Detrusor Leak Point Pressure, ALPP	Ano	X
Kombinované protokoly		
průtokové manometrická studie s kalkulacemi dle AG, PURR, LPUUR, Chess klasifikace	Ano	X
protokol s kombinací plnicí cystometrie, mikční cystometrii a VLPP	Ano	X
Biofeedback Uroflowmetrie a EMG	Ano	X
Možnosti budoucího rozšíření a doplnění		
videourodynamika	Ano	X
profilometrický pullers možností dezinfekce ponorem a se sterilizovatelným závěsem měřících katetrů	Ano	X
připojení bezdrátového uroflowmetru	Ano	X
připojení externího zobrazovacího panelu pro vizualizaci vybraných měřících kanálů	Ano	X
Spotřební materiál v rámci dodávky přístroje		
set pro cystometrickou pumpu, min. 10 ks	Ano	10ks hadicový set sterilní „urodynamická souprava malá“
cystometrický katetr (2 vstupy), min. 10 s	Ano	10ks MBP5281 cystometrický katetr
rektální katetr pro manometrii, min. 10 ks	Ano	10ks MBP4221 rektální katetr
EMG elektrody, min. 1 balení	Ano	EMG elektrody předgelované 1 balení
snímač tlaku s vodním přenosem (WF sensor), min. 6 ks	ano	6ks senzorů pro DPT6000