

## Příloha č. 1 Technická specifikace

### **1. Elektrické polohovatelné lůžko na kolečkách určené pro standardní péči s matrací a s příslušenstvím – 2 sady: Eleganza 1**

#### **Lůžko musí splňovat následující požadavky:**

- vnější rozměry lůžka, vč. postranic, maximálně 225x100cm; **ANO, 218x99,5 cm**
- zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru min. v rozsahu 40-70 cm; **ANO, 37-73,5 cm**
- čtyřdílná ložná plocha min. 200x90cm s odnímatelnými díly, zádový a stehenní díl nezávisle polohovatelný pomocí elektromotorů; **ANO, 200x90 cm**
- ložná plocha s automatickým odsunem pro eliminaci tlaku a střížných sil působících na tělo pacienta; **ANO**
- integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm; **ANO, 15 cm**
- náklon do TR/ATR polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru; **ANO, 15°**
- oboustranně mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR) s vysunutými i sklopenými postranicemi; **ANO**
- plastová odnímatelná čela - kompaktní (bez pórů a vrypů), s aretací proti samovolnému vytažení při transportu; **ANO**
- kompaktní (bez pórů a vrypů) plastové dělené 3/4-ní postranice s ergonomickým ovládním shora (ovládání na nebo nad úroveň ložné plochy); **ANO**
- plynulé sklápění postranic s tlumičem/plynopružinou a automatickou blokadí spuštění při zatížení pacientem zevnitř; **ANO**
- ruční a centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s přednaprogramovanými důležitými polohami (min.: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha); **ANO**
- systém automatické ochrany všech motorů při mechanickém přetížení - jakýkoli systém na bázi destrukce jeho komponent (pojistek, apod.) není přípustný; **ANO**
- postranní oboustranné univerzální lišty a držáky na příslušenství; **ANO**
- ochranná kolečka v rozích lůžka; **ANO**
- svod elektrického potenciálu; **ANO**
- lůžko musí být vybaveno pasivní antidekubitní matrací (riziko II. typu) odpovídající rozměru lůžka s minimální výškou 14 cm a nosností 200 kg. Jádro matrace, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5), musí být ze studené PU pěny o hustotě min. 40kg/m<sup>3</sup> zajišťující zónovou tuhost alespoň ve 3 zónách a dobrou ventilaci. Matrace musí vykazovat odpor proti stlačení max. 3,9kPa/m<sup>2</sup>. Matrace musí mít snímatelný bakteriostatický, pružný, paropropustný, voděodolný potah se sníženou hořlavostí (min. CRIB 7), se zipem alespoň e dvou stran (180°) a s ochrannou chlopní proti znečištění **ANO, PrimaCare10, výška 14 cm, nosnost 200 kg, hustota 41kg/m<sup>3</sup>, odpor proti stlačení 3,9kPa/m<sup>2</sup>, CRIB 7, zip 180°**
- součástí lůžka musí být hrazda se samonavíjecí rukojetí a infuzní stojan. **ANO**

### **2. Stolek pro pacienty (2 ks) – Eleganza Classic**

#### **Nemocniční stolek pro pacienty musí splňovat následující požadavky:**

- musí jít o oboustranný stolek; **ANO**
- musí být vybaven výklopnou jídelní deskou; **ANO**
- musí umožňovat zavěšení ručníků; **ANO**
- horní šuplík musí obsahovat vyjímatelnou plastovou vložku. **ANO**

### **3. Urgentní transportní lůžko (stretcher) s matrací a příslušenstvím: Sprint 100**

#### **Urgentní transportní lůžko musí splňovat následující požadavky:**

- sloupová konstrukce lůžka; **ANO**
- hydraulický zdvih lůžka minimálně v rozsahu 60-85 cm, ovládací pedály na obou stranách lůžka; **ANO, 55,5-88 cm**
- čtyřdílná ložná plocha minimálně 190x65 cm polohovatelná s posilováním (pomocí plynových pružin); **ANO, 193x66 cm**
- hydraulický náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. 12°; **ANO, 18°**
- integrované sklopné postranice nepřesahující vnější obrys lůžka, bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř, s ovládáním spuštění od hlavy i nohou pacienta; **ANO**
- kolečka s centrálním ovládáním pákami brzd ze všech 4 stran; **ANO**
- prostor na umístění tlakové lahve O<sub>2</sub>; **ANO**
- ochranná nárazová kolečka v rozích a nárazníky po celém obvodu lůžka; **ANO**
- nosnost minimálně 300 kg; **ANO, 320 kg**
- integrovaná (tj. neodnímatelná) výsuvná či sklopná řídicí madla u nohou pacienta; **ANO**
- 2x integrovaný (tj. neodnímatelný) výsuvný či sklopný infuzní stojan u hlavy pacienta; **ANO**
- transportní lůžko musí být vybaveno matrací ze studené PUR pěny s voděodolným paropropustným antistatickým potahem a s výškou minimálně 8 cm; **ANO, Standard, výška 8 cm**
- multifunkční polička v nožním čele lůžka na monitor, psací deska **ANO**