



Instrumentárium pro část 1 - 4 zakázek					
Číslo položky	Třída	Typ zboží	Obchodní název zboží	Kód v číselníku VZP	Nabídková cena v Kč bez DPH za 1 ks
1		elektroda pravosíňová	Ingevity 52 cm IS1 (7741)	194037	20238 50
2		elektroda defibrilační jednocívková DF4	Reliance 4-Front DF4 59 cm, 64 cm (0692, 0693)	193632	48968 18
3		elektroda defibrilační jednocívková DF1	Endotak Reliance DF1 64 cm (0181)	47214	72545 25
4		elektroda defibrilační dvoucívková DF4	Reliance 4-Front DF4 59 cm, 64 cm (0695, 0696)	193632	48968 18
5		elektroda defibrilační dvoucívková DF1	Endotak Reliance DF1 64 cm (0185)	47214	72545 25
6		elektroda levokomorová bipolární	Acuity Steerable 90 cm (4555)	49903	32000 00
7		elektroda levokomorová bipolární	Easytrak 2 90 cm (4543)	48592	32000 00
8		elektroda levokomorová kvadrípólární	Acuity Straight 95 cm (4672), Acuity Spiral S 95 cm (4875), Acuity Spiral L 95 cm (4678)	194036	19198 00
9		zavaděč pro síňovou elektrodu	PTFE Peelable Introducer Kit 6Fr (7087)	Není	250 00
10		zavaděč pro defibrilační elektrodu	PTFE Peelable Introducer Kit 8Fr (7091)	Není	250 00
11		zavaděč pro levokomorovou elektrodu minimálně ve dvou variantách	AcuityPro CS-H (8115), AcuityPro CS-EH (8105), AcuityPro CS-EHR (8109)	48587	3109 09
12		subselektor pro zavádění levokomorové elektrody minimálně ve dvou variantách	AcuityPro CS-I 130 (8103), AcuityPro CS-I 90 (8101)	48587	3109 09
Instrumentárium pro část 5 zakázek					
Číslo položky	Třída	Typ zboží	Obchodní název zboží	Kód v číselníku VZP	Nabídková cena v Kč bez DPH za 1 ks
1		elektroda defibrilační	Elektroda defibrilační subkutánní Q-Trak	192059	92659 00
2		zaváděcí instrumentárium	Zavaděč subkutánní defibrilační elektrody Q-Guide	192060	7852 00

Pokyny k vyplnění tabulky uchazečem:

Zadavatel předvyplnil některé předpokládané parametry, který vyplývají z požadavků v zadávacích podmínkách, uchazeč vyplní tabulku dle jim skutečně nabízených parametrů

Pokyny k vyplnění a minimální požadavky na technické parametry jsou podrobně uvedeny v zadávací dokumentaci

ZADAVATEL ŽÁDÁ UCHAZEČE ABY PRO PŘEHLEDNOST POLOŽKY OČÍSLOVAL VE SLOUPCI A VZESTUPNOU ČÍSELNOU ŘADOU

*Mikoláš Štěrba*

Podpis uchazeče

(cenné tabulky a specifikace musejí být  
podepsány oběma smluvními stranami)

Podpis dodavatele

NEPLATÍ PRO ÚČEL ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ, KDE ZADAVATEL NEPOŽADUJE STRIKTNĚ PODPIS TOHOTO LISTU)

Podpis zadavatele