

## KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

mezi:

**AUDY s.r.o.**

se sídlem: Živného 1a, 635 00 Brno

IČO: 00544426

DIČ: CZ00544426

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Brně, oddíl C, vložka 47

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupená: [REDACTED]

(dále jen „prodávající“)

a

**Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13

IČO: 25488627

DIČ: CZ25488627

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupená: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „kupující“)

Prodávající a kupující jsou dále označeni rovněž jako „smluvní strana“ či společně jako „smluvní strany“.

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě veřejné zakázky s názvem „**Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. – Vybavení pro porodní a operační sál**“ a to část 2 „**Vybavení operačních sálů – stolky a stojany pro instrumentárium, vařič na roztoky, umyvadla na roztoky**“.

### I.

#### Předmět smlouvy

Účelem této smlouvy je nákup níže uvedeného předmětu koupě a zajištění jeho plné provozuschopnosti prodávajícím nejméně po záruční dobu a dále zajištění oprav a náhradních dílů v záruční době. Předmět smlouvy souvisí s realizací projektu: **Zvýšení kvality vysoce**

**specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**, registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15\_006/0005356, a projektu: **Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Nemocnice Most, o.z.**, registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/15\_006/0005354, které jsou podpořeny z 5. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje kupujícímu odevzdat předmět koupě spolu s odpovídajícím příslušenstvím a umožnit mu nabytí vlastnické právo k němu a to k: - stolky a stojany na instrumentárium, vaňič na roztoky, umyvadla na roztoky (dále jen přístroj nebo zboží) a kupující se na základě této smlouvy zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu za dodané zboží kupní cenu specifikovanou v čl. II. této smlouvy.
2. Předmětem smlouvy je i:
  - montáž zboží,
  - instalace zboží,
  - uvedení zboží do provozu včetně ověření jeho funkčnosti,
  - provedení všech přijímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí,
  - ověření deklarovaných technických parametrů nabízených přístrojů dle technické specifikace,
  - instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) kupujícího, a včetně vystavení protokolu o instruktáži,
  - předání dokladů dle čl. III. této smlouvy a dále záruční servis dle níže uvedených podmínek,
  - likvidace obalového materiálu,
  - ekologická likvidace stávajícího vybavení.
3. Přesná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 (technická specifikace zboží) této smlouvy.
4. Prodávající se zavazuje dodat zboží nové, nerepasované a nepoužité.

## II.

### Kupní cena zboží

1. Kupní cena zboží je 865.000,- Kč bez DPH.
2. Ke kupní ceně dle čl. II. bod 1. této smlouvy bude připočtená DPH platná v den uskutečnění zdanitelného plnění a za její určení a vyčíslení v souladu s právními předpisy nese odpovědnost prodávající.
3. Kupní cena určená postupem podle bodu 1 a 2 tohoto článku je cenou nepřekročitelnou a je cenou konečnou a je v ní obsaženo veškeré plnění dle této smlouvy.
4. Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím. Daňový doklad musí být vystaven v souladu s ust. § 28 a musí splňovat další náležitosti vedle náležitostí dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH), zejména pak:
  - IČO,
  - den splatnosti,
  - označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
  - odvolávka na smlouvu,
  - razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení účetního dokladu,
  - soupis příloh,
  - název projektu: Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
  - registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15\_006/0005356
  - Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii - Nemocnice Most, o.z.
  - registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15\_006/0005354

- přílohou faktury musí být protokol o předání zboží.
- 5. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.
- 6. Kupující neposkytne prodávajícímu zálohu na kupní cenu.
- 7. Proávající je oprávněn vystavit fakturu až po řádném předání zboží kupujícímu, jak je definováno níže v čl. III odst. 2 smlouvy.
- 8. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu na základě řádného protokolu o předání zboží podepsaného oběma smluvními stranami, a to na bankovní účet prodávajícího, který je uveden v záhlaví této smlouvy.
- 9. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti, nezbytné k prokázání legálního nabytí licencí na užívání software, které jsou předmětem plnění této smlouvy (dodávaných samostatně nebo jako součást některé dílčí části předmětu plnění). Minimálně musí pro každou licenci na užívání software obsahovat přesnou a úplnou specifikaci licence na užívání software (název software, verze software, typ licence, jazyková mutace, bitová verze popř. výrobce software, časové omezení nebo další upřesňující údaje, a to ve tvaru, shodném se specifikací licence na užívání software definovanou jejím poskytovatelem), počet dodaných licencí (či vyjádření, že jde o licenci bez omezení počtu instalací nebo přístupů) a s výjimkou licencí typu OEM také jejich cenu. Nesplnění této podmínky je důvodem k vrácení faktury prodávajícímu k přepracování. Lhůta splatnosti nové faktury začíná běžet dnem prokazatelného převzetí nové faktury kupujícím.

### III.

#### Doba a místo plnění

1. Proávající se zavazuje předat zboží kupujícímu nejpozději do 70 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. O termínu předání musí prodávající informovat pověřené pracovníky (zástupce) kupujícího minimálně 3 pracovní dny předem. Přesný termín a způsob předání bude domluven pověřenými zástupci prodávajícího a kupujícího. Pověřeným zástupcem prodávajícího je: [REDACTED]

Pověřeným zástupcem kupujícího jsou pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.:

1. [REDACTED]

nebo pověřený pracovník OOKC kupujícího.

Pověřeným zástupcem kupujícího jsou pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnici Most, o.z.:

1. [REDACTED]

nebo pověřený pracovník OOKC kupujícího.

2. Za předání zboží se považuje:
  - a. jeho dodání na adresu:
    - Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, gynekologicko-porodnická klinika, a
    - Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, gynekologicko-porodnické oddělení,
  - b. montáž zboží,
  - c. instalace zboží,
  - d. uvedení zboží do provozu včetně ověření jeho funkčnosti,
  - e. provedení všech přijímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí,
  - f. instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) kupujícího, a včetně vystavení protokolu o instruktáži,

- g. dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“), v případě zboží se zdroji ion. záření i dokumentaci dle zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícím záření (atomový zákon), zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon a prováděcích předpisů zejména vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně v posledním znění, a současně
  - h. podpis protokolu o předání zboží oběma pověřenými zástupci obou smluvních stran (dále též „předání zboží“).
  - i. likvidace obalového materiálu,
  - j. ekologická likvidace stávajícího vybavení.
3. Zvláštní požadavky:
- a. Prodávající uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále prodávající předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky. Nesplnění této podmínky bude v procesu akceptace předmětu plnění této smlouvy klasifikováno jako podstatná vada plnění (vada bránící následnému používání předmětu plnění),
  - b. Kupující je povinen respektovat pokyny prodávajícího týkající se uvedení zboží do provozu. V případě, že kupující nevyčká, až prodávající uvede zboží do provozu a uvede zboží do provozu sám, nebude mu ze strany prodávajícího poskytnuta záruka za jakost zboží.
  - c. Protokol o předání zboží musí být na straně kupujícího podepsán pracovníkem odboru obslužných klinických činností, v opačném případě není plnění dodávky považováno za úplné a nelze se domáhat úhrady kupní ceny.

#### IV.

##### **Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží**

1. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání zboží. V případě, že prodávající nemůže provést kompletní předání zboží z důvodu nepřipravenosti na straně kupujícího (tj. zejména nepřipravenost na instalaci dodávky zboží), přechází nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího jeho odevzdáním kupujícímu.
2. Vlastnické právo ke zboží dle této kupní smlouvy přechází na kupujícího předáním zboží (viz čl. III. odst. 1,2 této smlouvy).

#### V.

##### **Záruka za jakost**

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v kvalitě, jež bude v souladu s příslušnými platnými právními předpisy a technickými či jinými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží.
2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží. Záruční doba je **24** měsíců a začíná běžet ode dne následujícího po předání zboží.
3. Prodávající se zavazuje v rámci záruky provádět opravy poruch a závad zboží (dle § 66 zákona č. 268/2014 Sb.) tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů a provádět standardní vylepšení zboží dle pokynů výrobce.
4. Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené kupujícím v rozporu s návodem k použití zboží.

5. Záruka se vztahuje i na příslušenství, které je nutné k plnému a bezpečnému využití dodaného zboží po celou záruční dobu a které bylo prodávajícím dodáno spolu se zbožím. Stejně tak poskytne prodávající spotřební materiál potřebný pro jím prováděný servis a pravidelnou údržbu, revize, předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace a validace dle tohoto článku. Cena za tento materiál je v potřebném množství a kvalitě po celou záruční dobu již zahrnuta v kupní ceně dle článku II. této smlouvy.
6. V případě uplatnění reklamace zboží se prodávající zavazuje, že doba nástupu servisního technika na opravu bude maximálně 48 hodin od nahlášení závady prodávajícímu. Kontaktní údaje prodávajícího pro účely hlášení závad: A [REDAKCE]
7. Lhůta pro odstranění vad nebude delší než 3 kalendářní dny. Lhůta pro odstranění vad začíná plynout ode dne telefonického nahlášení vad prodávajícímu s následným emailovým potvrzením dle výše uvedených kontaktních údajů.
8. Prodávající se zavazuje, že v případě, že nebude možné opravit zboží na místě do lhůty uvedené v článku V. odst. 7 smlouvy, poskytne kupujícímu nejpozději do 48 hodin po uplynutí lhůty pro odstranění vad až do doby úplného vyřízení reklamace náhradní zboží odpovídající specifikaci zboží, a to bezplatně. Dovož a odvoz náhradního zboží zajistí prodávající na vlastní náklady.
9. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu pro odstranění vady prodávajícímu splnit, může být kupujícím opakovaně písemně poskytnuta přiměřená lhůta pro odstranění vady. O hledisku, zda charakter, závažnost a rozsah vady vyžaduje poskytnutí další přiměřené lhůty, stejně tak o délce další přiměřené lhůty, rozhoduje kupující. Poskytnutí další přiměřené lhůty nemá vliv na povinnost prodávajícího uvedenou v odstavci 8 tohoto článku.
10. Vytkne-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadný předmět užívat. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba zboží se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením a odstraněním závady dle tohoto článku V. smlouvy.
11. Prodávající se zavazuje provádět v době záruky bezplatně:
  - výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů,
  - periodické bezpečnostně technické kontroly dle §65 zákona č. 268/2014 Sb.
  - revize dle § 67 a 68 zákona č. 268/2014 Sb.
  - náhradní díly a spotřební materiál nutný k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek poskytne prodávající bezplatně
12. Prodávající se zavazuje v rámci záruky určit a sledovat termíny periodických bezpečnostně technických kontrol dle zákona č. 268/2014 Sb., dle pokynů výrobce. Protokoly o výše uvedených prohlídkách předává prodávající neprodleně pracovníkovi odboru obslužných klinických činností kupujícího.
13. Kontaktní osobou pro přímou komunikaci se servisním technikem prodávajícího je technik zdravotnického pracoviště a odboru obslužných klinických činností, ze strany prodávajícího tedy bude umožněna i telefonická konzultace pověřenými pracovníky zdravotnického pracoviště a odboru obslužných klinických činností.

## VI.

### Sankční ujednání

1. Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu zboží řádně a včas, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.
2. Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží řádně a včas, tj. pokud nedoručí v termínu dle čl. III. odst. 1 smlouvy k předání zboží, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,2% z kupní ceny zboží bez DPH za každý den prodlení, a to až do řádného předání zboží kupujícímu.
3. V případě, že prodávající neopraví zboží ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 7 smlouvy a nebude poskytnuto náhradní zboží ve lhůtě dle čl. V. odst. 8 smlouvy, je kupující oprávněn požadovat

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny bez DPH za každý kalendářní den až do řádné opravy (odstranění vad) zboží.

4. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo stran na náhradu škody, ani právo na odstoupení od smlouvy v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## VII.

### Předčasné ukončení smlouvy

Tato kupní smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, či odstoupením od smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Smluvní strany jsou povinny vypořádat si vzájemná práva a závazky v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

## VIII.

### Zvláštní ustanovení

1. Prodávající tímto uděluje souhlas se zveřejněním této kupní smlouvy v souladu s povinnostmi kupujícího, jakožto subjektu povinného dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
3. Prodávající se zavazuje archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací zakázky včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

## IX.

### Platnost a účinnost smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Podle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že smlouva s výši hodnoty jejího předmětu přesahující 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty, pokud se na ní nevztahuje některá z výjimek uvedených v § 3 odst. 2 zákona o registru smluv, se povinně uveřejňuje prostřednictvím registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy (včetně všech jejích příloh), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ani důvěrné informace, a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu, tj. včetně všech osobních údajů.
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní prostřednictvím registru smluv Krajská zdravotní, a. s. bez zbytečného odkladu.

## X.

### Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Obě smluvní strany jsou povinny oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o příslušné změně dozví.
3. Prodávající na sebe přebírá dle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména veškeré změny kurzu cizích měn.
4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
5. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné spory smírnou cestou. Budou-li taková jednání neúspěšná, případné spory mezi smluvními stranami jsou oprávněny rozhodnout obecné soudy České republiky. Příslušnost rozhodčích soudů je vyloučena.
6. Pro případ, že o prodávajícím jako o poskytovateli zdanitelného plnění je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem DPH, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, smluvní strany sjednávají, že za splnění závazku kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu je považováno, uhradí-li kupující částku ve výši daně na účet správce daně poskytovatele a zbývající část kupní ceny o daň poníženu prodávajícímu.
7. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
8. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze na základě dohody obou smluvních stran a jsou platné pouze v písemné podobě formou číslovaných dodatků.
9. Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
11. Všechna ostatní prohlášení stran, (ať už učiněná výslovně, nebo vyplývající z této smlouvy), ústní či písemná, jsou vtělena do této smlouvy, popřípadě zadávací dokumentace, aniž by byla omezena všeobecnost předchozího, žádná změna nebo dodatek nebude uzavřen tím, že bude doručena, přijata, podepsána nebo potvrzena objednávka kterékoli strany, faktura, přepravní dokumenty, výzva, sdělení, nebo jiné obchodní formuláře obsahující či doplňující obchodní podmínky v této smlouvě nebo jsoucí v rozporu se stávajícími obchodními podmínkami obsaženými v této smlouvě nebo zadávací dokumentaci. Jakékoli změny této smlouvy musí mít písemnou formu v listinné podobě a podepsané smluvními stranami. Vzdání se jakéhokoli práva ze smlouvy se vztahuje pouze k okolnostem, pro které bylo vzdání se určeno.


Příloha:

- 1) Technická specifikace zboží

V Brně

dne 2.12.2019


**AUDY s.r.o.**



V Ústí nad Labem

dne .....

**Krajská zdravotní, a.s.**



## Část 2:

Veškeré vybavení musí být vhodné na operační a porodní sál a v antikorozním kovovém provedení, které je odolné vůči dezinfekci (pokud ve specifikaci není uvedeno jinak). Musí plnit svůj účel použití.

### Seznam požadovaných položek:

#### **Sestava 1**

- 1 ks.....Nástrojový stolek
- 10 ks.....Nástrojový vozík se dvěma platy 1
- 1 ks.....Nástrojový vozík se dvěma platy 3
- 4 ks.....Stojan na aseptické umyvadlo
- 1 ks.....Stojan na misky s ohřevem
- 3 ks .....Vozík servírovací kratší
- 1 ks.....Vozík na přepravu sterilizačních kontejnerů a materiálů
- 1 ks.....Instrumentační skříň dvoudveřová
- 1 ks.....Instrumentační skříň dvoudveřová širší
- 4 ks.....Vozík na špinavé prádlo s jedním košem
- 1 ks.....Vozík na špinavé prádlo se čtyřmi koši

#### **Sestava 2 –**

- 6 ks.....Nástrojový vozík se dvěma platy 1
- 1 ks.....Nástrojový vozík se dvěma platy 2
- 3 ks.....Stojan na aseptické umyvadlo
- 1 ks .....Vozík servírovací delší
- 1 ks.....Instrumentační skříň dvoudveřová

#### **Sestava 3 –**

- 3 ks.....Nástrojový vozík se dvěma platy 1
- 2 ks.....Nástrojový vozík se dvěma platy 2



- 1 ks.....Nástrojový vozík se dvěma platy 3
- 1 ks.....Stolek na nástroje se zásuvkami
- 1 ks.....Univerzální stolek
- 1 ks.....Vozík na přepravu sterilizačních kontejnerů a materiálů otevřený
- 1 ks.....Vozík na přepravu sterilizačních kontejnerů a materiálů
- 1 ks.....Instrumentační skříň prosklená
- 2 ks.....Instrumentační skříň jednodveřová
- 2 ks.....Instrumentační skříň dvoudveřová
- 2 ks.....Pojízdný regál na boty s nerezovými koši
- 1 ks.....Věšák na operační a RTG zástěry
- 3 ks.....Vozík na špinavé prádlo s jedním košem
- 1 ks.....Vozík na špinavé prádlo se třemi koši
- 1 ks.....Vozík na špinavé prádlo se čtyřmi koši

### Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

#### **Nástrojový stolek**

- Vhodný na operační sál
- Vnitřní rozměry plata:
  - délka minimálně 640 mm, maximálně 750 mm
  - šířka minimálně 480 mm, maximálně 600 mm
- Výška vozíku hydraulicky nastavitelná minimálně v rozmezí 950–1250 mm
- Celonerezový
- Antistatický nožní pedál
- Možnost otáčení horní nerezové desky kolem osy, zajištění aretačním šroubem
- Rovnoměrné zatížení minimálně 30 kg
- Minimálně 3 kolečka, z toho minimálně 2 brzděná, antistatická
- Průměr koleček minimálně 7,5 cm
- Odolný vůči dezinfekci

### **Nástrojový vozík se dvěma platy 1**

- Celonerezový
- Pojízdňý
- 2 nerezová plata
- Vnitřní rozměry plata:
  - délka minimálně 620 mm, maximálně 700 mm
  - šířka minimálně 450 mm, maximálně 600 mm
- Minimálně horní plato lisované se zaoblenými rohy
- Výška k hornímu platu od země minimálně 790 mm, maximálně 1000 mm
- Výška ke spodnímu platu od země minimálně 300mm
- Bez madel
- 4 otočná kolečka, z toho minimálně 2 brzděná, antistatická
- Průměr koleček minimálně 7,5 cm
- Rovnoměrné zatížení plata minimálně 50 kg
- Odolný vůči dezinfekci

### **Nástrojový vozík se dvěma platy 2**

- Celonerezový
- Pojízdňý
- 2 nerezová plata
- Vnitřní rozměry plata:
  - délka minimálně 670 mm, maximálně 750 mm
  - šířka minimálně 450 mm, maximálně 600 mm
- Minimálně horní plato lisované se zaoblenými rohy
- Výška k hornímu platu od země minimálně 820 mm, maximálně 1000 mm
- Výška ke spodnímu platu od země minimálně 300mm
- S madly
- 4 otočná kolečka, z toho minimálně 2 brzděná, antistatická
- Průměr koleček minimálně 7,5 cm

- Rovnoměrné zatížení plata minimálně 50 kg
- Odolný vůči dezinfekci

### **Nástrojový vozík se dvěma platy 3**

- Celonerezové provedení
- Se dvěma platy
- Vnitřní rozměry plata:
  - délka minimálně 900 mm, maximálně 1050 mm
  - šířka minimálně 580 mm, maximálně 660 mm
- Minimálně horní lisovaným platem
- Výška k hornímu platu od země minimálně 830 mm, maximálně 1050 mm
- Vzdálenost mezi platy minimálně 300 mm
- 4 otočná kolečka, z toho minimálně 2 brzděná
- Průměr koleček minimálně 7,5 cm
- S ochrannými gumovými nárazníky
- S madlem
- Odolný vůči dezinfekci

### **Stojan na aseptické umyvadlo**

- Pevná výška umyvadla minimálně 800 mm, maximálně 1200 mm (lze nabídnout i plynule nastavitelnou výšku umyvadla v rozmezí minimálně 860–1050 mm)
- S nerezovým umyvadlem o objemu minimálně 6 l
- Celonerezový, pojízdný
- Minimálně 4 otočná kolečka, z toho minimálně 2 brzděná
- Průměr koleček minimálně 5 cm
- Odolný vůči dezinfekci

### **Stojan na misky s ohřevem**

- Vhodný na operační sál pro ohřívání roztoků na požadovanou teplotu
- Rozsah regulace teploty v rozmezí minimálně 30°– 60°C s možností digitálního nastavení po maximálně 10 °C
- Celonerezový, pojízdný

- Plynule nastavitelná minimálně v rozmezí 1000–1150 mm
- Minimálně 4 otočná kolečka, z toho minimálně 2 brzděná
- Průměr koleček minimálně 7,5cm
- Součástí dodávky 4 kusy nerezové varné misky o objemu minimálně 4 l k jednomu nabízenému kusu stojanu
- Provoz na 230V/50Hz
- Odolný vůči dezinfekci

#### **Vozík servírovací kratší**

- Celonerezové provedení
- Pojízdný vozík s madly
- 3 nerezová plata
- Vnitřní rozměry plata:
  - délka minimálně 800 mm, maximálně 900 mm
  - šířka minimálně 510 mm, maximálně 740 mm
- Osazen lisovanými zapuštěnými nerezovými platy
- Vybaven antivibračním systémem pro snížení hlučnosti při jízdě na nerovné podlaze.
- Výška k hornímu platu od země minimálně 830 mm, maximálně 1100 mm
- 4 otočná kolečka, z toho minimálně 2 brzděná
- Průměr koleček minimálně 7,5 cm
- Odolný vůči dezinfekci

#### **Vozík servírovací delší**

- Celonerezové provedení
- Pojízdný vozík s madly
- 3 nerezová plata
- Vnitřní rozměry plata:
  - délka minimálně 960 mm, maximálně 1200 mm
  - šířka minimálně 560 mm, maximálně 740 mm
- Osazen lisovanými zapuštěnými nerezovými platy

- Vybaven antivibračním systémem pro snížení hlučnosti při jízdě na nerovné podlaze.
- Výška k hornímu platu od země minimálně 830 mm, maximálně 1100 mm
- 4 otočná kolečka, z toho minimálně 2 brzděná
- Průměr koleček minimálně 7,5 cm
- Odolný vůči dezinfekci

### **Stolek na nástroje se zásuvkami**

- Antikorozivní celokovové provedení
- Minimálně dvě plata
- vnitřní rozměry plata:
  - délka minimálně 900 mm, maximálně 1050 mm
  - šířka minimálně 500 mm, maximálně 650 mm
- Minimálně s horním lisovaným platem
- Výška k hornímu platu od země minimálně 830 mm, maximálně 1010 mm
- Se dvěma vedle sebe umístěnými zásuvkami pod celým horním platem
- 4 otočná kolečka, z toho minimálně 2 brzděná
- Průměr koleček minimálně 7,5 cm
- S ochrannými gumovými nárazníky
- Antistatická kolečka
- Odolný vůči dezinfekci

### **Univerzální stolek**

- Stolek je určen pro odkládání obvazového a injekčního materiálu
- Vyroben z nerezových profilů
- Minimálně se dvěma nerezovými deskami
- Horní nerezovou lisovanou deskou se zaoblenými rohy
- Dolní rovnou nerezovou deskou umístěná nad kolečky
- Vnitřní rozměry desek:
  - délka minimálně 620 mm, maximálně 700 mm
  - šířka minimálně 460 mm, maximálně 550 mm

- Výška k horní desky od země minimálně 900 mm, maximálně 1150 mm
- Stolek vybaven dvěma zásuvkami s plnovýsuvy a vysokými minimálně 100 mm umístěné pod sebou pod celou horní deskou
- Na boční straně závěsný plastový koš
- Horní část tvoří dvouřadové výklopné boxy, seskupené do dvou řad minimálně po 10 boxech celkem (rozmístěné například 5x5 či 5x6)
- Stolek je opatřen dvěma brzděnými a dvěma nebrzděnými kolečky o průměru 75 mm a čtyřmi gumovými nárazníky.
- Plastová vložka zásuvky
- Odolný vůči dezinfekci

#### **Vozík na přepravu sterilizačních kontejnerů a materiálů otevřený**

- Celonerezový
- Manipulační pevná madla na horní kratší straně nebo boční straně
- Nosnost vozíku minimálně 100 kg
- Minimálně dvě pevné police, tak aby vozík umožnil uložit minimálně 9 sterilních kontejnerů (o rozměrech 600x300x260 mm)
- Mobilní vozík minimálně na 4 kolečkách o průměru minimálně 120 mm, z toho minimálně dvě brzděná, a minimálně 2 kolečka otočná
- Rohové nárazníky
- Vnější rozměry
  - délka minimálně 1000 mm, maximálně 1200 mm
  - výška minimálně 1000 mm, maximálně 1400 mm
  - šířka minimálně 700 mm, maximálně 800 mm
- Odolný vůči dezinfekci

#### **Vozík na přepravu sterilizačních kontejnerů a materiálů**

- Celonerezový (materiál hladký nerez)
- Uzavíratelný dvěma křídlovými dvířky, dvířka musí jít uzamknout
- Těsné uzavírání dveří
- Úhel otevírání dvířek minimálně 180°
- Manipulační madla na bočních stranách nebo na horní kratší straně

- Nosnost vozíku minimálně 120 kg
- Minimálně dvě police, tak aby vozík umožnil uložit minimálně 9 sterilních kontejnerů (o rozměrech 600x300x260 mm)
- Mobilní vozík minimálně na 4 kolečkách o průměru minimálně 120 mm, z toho minimálně dvě brzděná, a minimálně 2 kolečka otočná
- Rohové nárazníky
- Vnější rozměry
  - délka minimálně 1000 mm, maximálně 1200 mm
  - výška minimálně 1000 mm, maximálně 1500 mm
  - šířka minimálně 700 mm, maximálně 800 mm
- Odolný vůči dezinfekci

#### **Instrumentační skříň prosklená**

- Skříň je určena pro skladování zdravotnického materiálu.
- Z materiálu odolného vůči korozi (celokovová) s prosklenými dvoukřídlými dvířky z bezpečnostního čirého kaleného skla
- Minimálně s 5 policemi
- Dvířka opatřena zámkem.
- Vnější rozměry
  - šířka minimálně 750 mm, maximálně 1100 mm
  - výška minimálně 1700 mm, maximálně 2150 mm
  - hloubka minimálně 400 mm, maximálně 600 mm
- Odolná vůči dezinfekci

#### **Instrumentační skříň jednodveřová**

- Skříň je určena pro skladování zdravotnického materiálu
- Z materiálu odolného korozi s policemi a dvířky (celokovová)
- Dvířka opatřena zámkem.
- Minimálně s 5 policemi
- Vnější rozměry
  - Šířka minimálně 500 mm, maximálně 600 mm

- výška minimálně 1700 mm, maximálně 1850 mm
- hloubka minimálně 570 mm, maximálně 650 mm
- Odolná vůči dezinfekci

#### **Instrumentační skříň dvoudveřová**

- Skříňe jsou určeny pro skladování zdravotnického materiálu.
- Z materiálu odolného vůči korozi s dvířky a policemi (celokovová)
- Minimálně s 5 policemi
- Dvířka opatřena zámkem.
- Vnější rozměry
  - Šířka minimálně 1000 mm, maximálně 1200 mm
  - výška minimálně 1700 mm, maximálně 1900 mm
  - Hloubka minimálně 570 mm, maximálně 650 mm
- Odolná vůči dezinfekci

#### **Instrumentační skříň dvoudveřová širší**

- Skříňe jsou určeny pro skladování zdravotnického materiálu.
- Z materiálu odolného vůči korozi s dvířky a policemi (celokovová)
- Minimálně s 5 policemi
- Dvířka opatřena zámkem.
- Vnější rozměry
  - Šířka minimálně 1200 mm, maximálně 1300 mm
  - Výška minimálně 1700 mm, maximálně 1900 mm
  - Hloubka minimálně 570 mm, maximálně 650 mm
- Odolná vůči dezinfekci

#### **Pojízdny regál na boty s nerezovými koši**

- Pro odkládání bot
- Regál o vnějších rozměrech minimálně 500 x 500 x 1650 mm (délka x hloubka x výška)
- Z nerezových profilů



- Minimálně 6 zavěšených košů vhodných pro regál, tedy o rozměrech minimálně 480 x 500 mm (délka x hloubka) a výšce minimálně 100 mm
- Minimálně na 4 kolečkách o průměru minimálně 50 mm, z toho minimálně dvě brzděná kolečka
- Odolný vůči dezinfekci

#### **Věšák na operační a RTG zástěry**

- Z nerezových profilů
- Minimálně pět otočných nerezových ramínek
- Nosnost jednoho ramene minimálně 7 kg
- Zavěsitelný na zeď (přichycení pomocí minimálně 4 bodů)

#### **Vozík na špinavé prádlo s jedním košem**

- Kovové provedení nepodléhající korozi
- Vozík pro uchycení jednoho látkového nebo plastového pytle o objemu minimálně 80 l
- V horní části je vozík vybaven rámem pro přichycení pytle, který zajistí, že nedojde k uvolnění pytle prázdného ani naplněného, tzn. zajištění pytle proti uvolnění řešeno například jedním z těchto systémů:
  - Vozík opatřen výklopným fixačním rámem nebo
  - součástí dodávky budou minimálně čtyřmi svorky vaků (skřípce na držení pytle) ke každému nabízenému kusu vozíku
- Vnitřní rozměr otvoru v rámu na uchycení pytle šířka minimálně 38 cm, délka (hloubka koše) minimálně 32 cm
- Snadno omyvatelné plastové víko (poklop) s nožním pedálem pro zvedání
- Výška vozíku minimálně 850 mm od země, maximálně 1100 mm
- Ve spodní části má odkládací rošt pro případný odvoz odpadu.
- S minimálně 4 otočná kolečky o průměru minimálně 70 mm
- Při manipulaci s vozíkem s plným pytlím nesmí dojít k převrácení vozíku
- Odolný vůči dezinfekci

#### **Vozík na špinavé prádlo se třemi koši**

- Kovové provedení nepodléhající korozi
- Vozík pro uchycení tří látkových nebo plastových pytlů o objemu minimálně 80 l vedle sebe

- V horní části je vozík vybaven rámem pro přichycení pytle, který zajistí, že nedojde k uvolnění pytle prázdného ani naplněného, tzn. zajištění pytle proti uvolnění řešeno například jedním z těchto systémů:
  - Vozík opatřen výklopným fixačním rámem nebo
  - Součástí dodávky budou ke každému koši minimálně čtyřmi svorky vaků (skřipce na držení pytle) ke každému nabízenému kusu vozíku
- Vnitřní rozměr otvoru v rámu na uchycení pytle šířka minimálně 38 cm, délka (hloubka koše) minimálně 32 cm
- Snadno omyvatelná plastová víka (poklopy) s nožním pedálem pro zvedání
- Výška vozíku minimálně 850 mm od země, maximálně 1100 mm
- Ve spodní části má odkládací rošt pro případný odvoz odpadu.
- S minimálně 4 otočnými kolečkami o průměru minimálně 70 mm
- Při manipulaci s vozíkem s plnými pytlí nesmí dojít k převrácení vozíku
- Odolný vůči dezinfekci

#### **Vozík na špinavé prádlo se čtyřmi koši**

- Kovové provedení nepodléhající korozi
- Vozík pro uchycení čtyř látkových nebo plastových pytlů o objemu minimálně 80 l
- Rozmístění košů vedle sebe (lze nabídnout i dva vozíky na špinavé prádlo se dvěma koši)
- V horní části je vozík vybaven rámem pro přichycení pytle, který zajistí, že nedojde k uvolnění pytle prázdného ani naplněného, tzn. zajištění pytle proti uvolnění řešeno například jedním z těchto systémů:
  - Vozík opatřen výklopným fixačním rámem nebo
  - Součástí dodávky budou ke každému koši minimálně čtyřmi svorky vaků (skřipce na držení pytle) ke každému nabízenému kusu vozíku
- Vnitřní rozměr otvoru v rámu na uchycení pytle šířka minimálně 38 cm, délka (hloubka koše) minimálně 32 cm (zadavatel požaduje dodat dva vozíky na dva pytle na místo jednoho vozíku na čtyři pytle v případě, že jsou rozměry obráceně, tedy šířka minimálně 32 cm, délka minimálně 38 cm, kvůli snadnějšímu přístupu k boku koše)
- Snadno omyvatelná plastová víka (poklopy) s nožním pedálem pro zvedání
- Výška vozíku minimálně 850 mm od země, maximálně 1100 mm
- Ve spodní části má odkládací rošt pro případný odvoz odpadu.

- S minimálně 4 otočnými kolečkami o průměru minimálně 70 mm
- Při manipulaci s vozíkem s plnými pytlíky nesmí dojít k převrácení vozíku
- Odolný vůči dezinfekci