

Zakázka: 10000054
 Objednávka zákazníka: Cenová nabídka

Dodavatel:

LINET spol. s r.o.
 Želečnice 5
 274 01 SLANÝ | CZ
 IČ: 00507814 | DIČ: CZ00507814

Zákazník:

Sociální služby města Přerova, p.o.
 Kabelíkova 3217/14a
 750 02 Přerov | CZ
 IČ: 49558854 | DIČ:

Příjemce / cílová adresa:

Domov pro seniory
 Kabelíkova 14a
 75002 Přerov | CZ

Platební podmínky:

Datum vystavení: 15.1.2020
 Způsob platby: bankovním převodem
Platební podmínka: Do 14 dní
 Platnost nabídky do: 2020-03-31

Dodací podmínky:

Incoterms 2010: CPT
 Způsob odběru: Přerov

Kontakt:

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba		DPH	Celkem netto
					Sleva	Před slevou		
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín					Celkem brutto
10	4WIS152643211011	lůžko SENTIDA 03	5 KS	41 928,00	15%	31 446,00		209 640,00 CZK
					0%	41 928,00		241 086,00 CZK
		lůžko - ložná plocha Comfort - pohon elektromotory 32V - bez akumulátoru - bez CPR - obložení design K "- postranice typ ""10"" - dekor dřevěné obložení R42002 (R5360) - prodloužení pomocí lanka - bez ochranných prvků - kolečka u hlavy 4 dvojitá pojízdná 75mm, u nohou 2 pevná 160 mm						
20	4PPG21100AS	Matrace pasivní CliniCare 10	5 KS	6 189,00	15%	4 641,75		30 945,00 CZK
					0%	6 189,00		35 586,75 CZK
		matrace pasivní model: CliniCare 10 (200/057477) provedení: - Antidekubitní monolitická matrace s preventivním účinkem proti dekubitům- Nosnost: 200 kg (ve standardních rozměrech) - Váha matrace: 13 kg (ve standardních rozměrech) - Druh pěny: PU a Visco - Možnost převrácení: NE - Možnost rotace: ANO - Prořezy na spodní straně: ANO - Profílace kontaktní vrstvy: ANO - Potah matrace: voděodolný, 360° - Technologie vazby potahu: svařování a sešívání - Ochrana zipu: ANO - Návod na použití: CZ, EN, DE, ESP rozměry: - 200x86x14 cm						
30	11011430A0000	hrazda napřimovací,EN60601-2-52, lakováno,RAL9006	5 KS	1 114,00	15%	835,50		5 570,00 CZK
					0%	1 114,00		6 405,50 CZK
		hrazda napřimovací pro pohyblivá čela - max. zatížení - 75kg - barva RAL 9006						

Zakázka: 10000054
 Objednávka zákazníka: Cenová nabídka

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín		Sleva	Před slevou	Celkem brutto
		Praktika 2, Calma, Terra, Novos, Image 3, Latera, Smart s pohyblivým hlav. čelem					
40	4ROTGERSG700-2	plastová rukojeť	5 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
		rukojeť plastová provedení. - plastový triángl - barva šedá - výškově nastavitelná pomocí textilního pásku - k zavěšení na hrazdu lůžka			0%	0,00	0,00 CZK
50	4W10-0421-000	držák ručního ovladače 10-0421	5 KS	693,00	15%	519,75	3 465,00 CZK
		- lze použít pro dělené i pro průběžné postranice			0%	693,00	3 984,75 CZK
60	4W10-0419-000	adaptér pro ruční ovladač 10-0419	5 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
		adaptér pro ruční ovladač - určeno pro dělené postranice 10 - k upevnění na horní madlo			0%	0,00	0,00 CZK
70	NS123	Dopravné prodej tuzemsko	1 KS	7 946,00	15%	1 191,90	7 946,00 CZK
					0%	7 946,00	9 137,90 CZK

SOUHRN

Celkem netto		257 566,00
Výstupní DPH	15,000 %	38 634,90
Celkem brutto		296 200,90

OSTATNÍ PODMÍNKY:

- 1 Termín "brutto cena" znamená cenu s DPH, termín "netto cena" cenu bez DPH.
- 2 Firma Linet je zapsána 3.9.1990 v OR u MS Praha oddíl C, vložka 163.
- 3 Záruční doba: 24 měsíců od data dodání (záruka se nevztahuje na akumulátory).

Veřejná zakázka malého rozsahu:

Dodávka pečovatelských lůžek

Dokument:

Technická specifikace**1) Pečovatelské lůžko s elektrickým polohováním, hrazda s rukojetí a držák ručního ovladače**

Typ, označení nabízeného lůžka:

Sentida 03

P. č.	Požadované parametry	Skutečné parametry nabízeného lůžka		
		ano ¹⁾	ne ¹⁾	parametry ²⁾
1.	Základní: <ul style="list-style-type: none"> pečovatelské lůžko s elektrickým polohováním (lůžko) s dřevěným obložením pro klienty, kteří vyžadují dlouhodobou péči konstrukce lůžka (část s el. pohonem) musí být připravena pro doplnění bezdrátového ovladače určeného na polohování pro výškový zdvih a polohování zádového dílu možnost doplnění lůžka o systémové připojení k signalizačnímu systému sestry - pacient 	ano		
2.	Vnější rozměry: <ul style="list-style-type: none"> 101 - 106 cm x 200 - 210 cm 	ano		
3.	Ložná plocha: <ul style="list-style-type: none"> dle konstrukce lůžka (87- 90 cm x 200 cm) ložnou plochu demontovat bez použití nástroje rošt z drátěných sítí opatřený pružnými plastovými segmenty (terči) pro vyšší prevenci proti dekubitům zádový díl musí být minimálně 80 cm dlouhý 	ano		Komfort (ložná plocha ze speciálních pohyblivých odnímatelných elementů)
4.	Bezpečné zatížení: <ul style="list-style-type: none"> minimálně 190 kg 	ano		
5.	Hmotnost lůžka: <ul style="list-style-type: none"> maximálně 130 kg (bez příslušenství) 			
6.	Podvozek: <ul style="list-style-type: none"> zdvíhací kolečka v žádné poloze nesmí přesahovat půdorys lůžka 	ano		
7.	Polohování a zdvih: <ul style="list-style-type: none"> polohování roštu zádové a stehenní části a výškové nastavení ložné plochy elektromotorem ovládání ovladačem s integrovaným mechanickým zámkem funkcí, spirálovým kabelem s možností uchycení na konstrukci lůžka polohování lýtkové části mechanické synchronní pohyb zádového a stehenního dílu - autokontura náklon zádového dílu 60 - 70 ° náklon stehenního dílu 30 - 35 ° dvojitá autoregrese zádového a stehenního dílu, min 14 cm výškový zdvih ložné plochy v rozmezí 25 - 80 cm nastavené automatické polohování lůžka ve 3 výškových stupních v rozmezí 25 - 80 cm přednastavené automatické polohy lůžka v ovladači (poloha kardiacké křeslo, Trendelemburk) 	ano		

8.	Rám ložné plochy: • 4 dílná ložná plocha	ano		
9.	Lůžko pojízdné ve všech výškových polohách	ano		
10.	Centrální ovládání koleček, brzditelná navíc mimo mechanickou brzdu i ručním ovladačem	ano		
11.	Kolečka: • minimální průměr 75 mm	ano		
12.	Postranice v polovině dělené 50:50: • minimálně čtyři výškové úrovně • postranice z hliníkových profilů (dělené, dvě části na každé straně lůžka, nezávisle polohovatelné) • postranice bez středového sloupku, nahoře se zakulaceným madlem • postranice v žádné poloze se nesmí polohovat mimo půdorys lůžka	ano		
13.	Možnost prodloužení ložné plochy min. o 20 cm bez použití nástrojů, nejlépe jednou rukou bez nutnosti opuštění lůžka klientem	ano		
14.	Povrchová úprava kovových částí: • prášková barva, lak RAL 9006 šedostříbrná	ano		
15.	Čela lůžka: • zvýšené hlavové a nožní čelo a ostatní dřevěné části v dekoru třešeň. Čelo musí mít v nožní části zakulacený rám s dřevěným madlem.	ano		
16.	V hlavové části 2 pouzdra pro uchycení příslušenství (držák hrazdy, infuze)	ano		
17.	Hrazda s rukojetí s nosností minimálně 75 kg • dle typu lůžka	ano		
18.	Lůžko s hrazdou musí splňovat bezpečnostní normu ČSN EN 60601-2-52	ano		
19.	Držák ručního ovladače s možností upevnění na postranici	ano		

2) Jednostranná preventivní antidekubitní matrace, prevence IV.

Typ, označení nabízené matrace:

CliniCare 10

	Požadované parametry	Skutečné parametry nabízené matrace		
		ano ¹⁾	ne ¹⁾	parametry ²⁾
1.	Rozměry: • délka a šířka dle rozměrů ložné plochy lůžka (min. 87 x 200 cm) • tloušťka min. 14 cm • odpovídající prevenci rizika IV., nosnost min. 180 kg • možnost rotace matrace při umístění na lůžku (nohy, hlava)	ano		200 x 86 x 14 cm Max. nosnost 200 kg Hmotnost 13 kg Riziko IV Možnost rotace hlava/nohy

2.	<p>Materiál jádra a okrajů: <i>Matrace složená ze dvou polyuretanových pěn (polyuretanové a termoelastické) o různých hustotách, spodní vrstva vysoce nosná, na spodní straně s prořezy ve třech zónách pro optimalizaci matrace při polohování ložné plochy, horní vrstva matrace s prořezy u hlavy, boků a nohou pro vyšší měkkost a prevenci dekubitů v rizikových partiích. V místě pod hlavou a patami termoelastická pěna. Boční strany matrace vyztuženy pevnou pěnou s vyšší hustotou</i></p>	ano		<p>— Matrace je vyrobena ze studené polyuretanové a termoelastické pěny. — Vrchní část matrace se skládá ze tří ergonomických zón: hlava, tělo a paty. Oblast pod hlavou a patami je sestavena ze tří pěn o různé hustotě, tvrdosti a profilaci. Podpěru hlavy a pat tvoří termoelastická pěna, která je navíc perforovaná pro lepší cirkulaci vzduchu mezi pokožkou pacienta a matrací. Na spodní straně je matrace speciálně prořezaná tak, aby při polohování lůžka docházelo k optimalizaci tlaku na pacienta Po stranách je matrace vyztužena pěnou s vyšší hustotou. Tím je zajištěna stabilita pacienta a pohodlí při sezení na okraji lůžka. S matrací se rovněž snadněji manipuluje.</p>
3.	<p>Materiál odnímatelného potahu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>potah se zipem po celém obvodu a okapničkou proti zanešení nečistot do vnitřku matrace, navíc s transportními úchyty</i> • <i>vlastnosti (omyvatelný, paropropustný, voděodolný povrch, pružný ve všech směrech), opatřen informačními piktogramy</i> • <i>potah matrace musí být ve spojích svařovaný, zip 360°</i> • <i>spodní strana matrace z hrubého materiálu, odolného proti častému polohování dílů ložné plochy lůžka</i> 	ano		<p>Matrace je chráněna voděodolným a paropropustným elastickým potahem, který je šetrný k pokožce pacienta. Švy jsou šity a vysokofrekvenčně svařovány, aby umožňovaly snadnou očistu</p>

Poznámky:

1) Zatrhnout „ano“ (souhlasí s požadavky) nebo „ne“ (nesouhlasí s požadavky)

2) Vypsát skutečné parametry

V Želevčicích dne 15.1.2020

.....

podpis

