



Objednávka č.: **DIS1905589**

**\*DIS1905589\***

VYŘIZUJE Hajná Radmila

☎ 588 444 311  
FAX 588 442 529  
E-MAIL Radmila.Hajna@fnol.cz

DATUM 5.12.2019

FOMA MEDICAL spol. s r.o.

Jana Krušinky 1737/6  
500 02 Hradec Králové

Druh faktury FNOL:

\* Objednáváme u Vás odborný servis: Zahájením objednané práce a přijetím této objednávky, firma potvrzuje, že splňuje všechny podmínky týkající se servisu ZP stanovené zákonem 268/2014 sb. v platném znění a i další platnou legislativu upravující tuto činnost. Doplňte nám tuto skutečnost zasláním potvrzení výrobce či dokladu k uvedenému přístroji, že toto oprávnění k servisu máte.

Inventární číslo	Výrobní číslo	Název	Typ
I026536-000	A5411002140	RTG PŘÍSTROJ POJÍZDNÝ DIGITÁL.	DX-D 100

Rok výroby: 2017 Cena pořizovací: 952875,0000 Cena zůstatková: 746516,0000

Na mobilním rtg Agfa na dětské klinice se po provedení expozice objevuje hláška:

"Baterie je málo nabitá. Činnost povolena. Využití lze zlepšit připojením k síti."

Přitom bylo zařízení před tím napojeno do sítě a nabíjelo se.

Dříve se toto oznámení objevilo po provedení několika expozic, nyní se objevuje již po 1 expozici.

Nejspíše bude chyba v napájení.

Středisko: Radiologická klinika: přístr. pracoviště -detašová pracoviště+screen.m.

NS: 3452

Kontakt: Mgr. Lada Skácelová, MBA, tel. 588 442 887

\*Před opravou nad 20 000,- Kč s DPH zašlete podrobnou CN ke schválení. Ve FNOL je kontrolována částka za cestovné, prosíme o ohleduplnost s jeho účtováním. K faktuře přiložte objednávku a serv.výkaz potvrzený klinikou. Bez těchto příloh vám bude vrácena zpět .FNOL hradí faktury 60 dnů od data vystavení. Upravte toto datum ve faktuře. Faktury zasílejte elektronicky na fin@fnol.cz, 3-10 dnů po provedení práce. Potvrzením objednávky nebo zahájením servisních prací, souhlasíte s podmínkami v této objednávce.

VYSTAVIL: