

Příloha č. 1 - Technické podmínky

Typové označení přístroje

BSNL pro CU/4

Základní požadavky zadavatele

Zadavatel požaduje dodávku a montáž 2 ks jednotek pro využití chladicího zařízení kryosondy pro zkapalnění dusíku bez zvýšeného nároku na spotřebu elektrické energie.

Nevyžadující dodatečnou údržbu nad rámec pravidelného servisu chladicího zařízení kryosondy. Jednotky jsou plně kompatibilní s kryoplatformou Bruker CryoPlatform/4 BH0410.

Pro přístroj NMR 950 MHz: Kompatibilita s magnetem Bruker BR950/54 MHz US2 (M1009520).

Pro přístroj NMR 850 MHz: Kompatibilita s magnetem Bruker BR850/54 MHz Ascend (M1008540).

Základní technické podmínky jsou uvedeny níže.

Požadované technické a funkční vlastnosti <small>(Nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni)</small>	Aktuálně použité technické řešení	Nabídka uchazeče <small>(Uchazeč uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud uchazeč neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "minimální požadovaná hodnota". Uchazeč níže uvedené hodnoty garantuje.)</small>
kapalného dusíku	min 90%	ANO
Napájení	Z kryoplatformy Bruker CU/4	ANO
Umístění	vnitřní	ANO
Interval plnění dusíku	delší než 6 měsíců	ANO, k jednomu roku
Nároky na údržbu	bezúdržbové	ANO

Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).