

Vrtačka elektrická akumulátorová – 2ks

1. Technické požadavky:

- Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují medicínský účel.
- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, **jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky**. U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení, pokud uchazeč prokáže, že nabízené zařízení vyhovuje pro požadovaný medicínský účel. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Uchazeč doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

2. Medicínský účel: Vrtačka akumulátorová, modulární pro traumatologickou operativu

3. Specifikace:

Předmětem nabídky je ((uchazeč uvede přesné obchodní označení, model výrobce)Trauma Recon System (TRS) Synthes GmbH

Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry	<i>Uchazečem nabízená hodnota</i>
	(uchazeč vyplní všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje , zároveň uvede odkaz na příložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument – zdroj, strana, kapitola)
1. Hmotnost vrtačky s akumulátorem a nástavci max. 1600 g	1500 - 1600 g hmotnost TRS s aku a nástavce - Technická specifikace zařízení
2. Rukojeť ergonomická s ovládacími prvky, úchop pravá a levá ruka	Splňuje
3. Jednotka pohonná (baterie, motor a elektronika) vyjímatelná	Splňuje - technický návod
4. Počet plynule regulovaných otáček 0 - 18 000 ot/min	0 – 18000 ot/min TRS str. 45
5. Výstupní výkon min. 170 W	170 watt - Technická specifikace zařízení
6. Pohon na akumulátory, baterie Li-Ion, kapacita 1,2Ah	Splňuje kap 1.2Ah TRS str. 45
7. Tělo vrtačky sterilizovatelné parou	Splňuje
8. <u>Příslušenství společné pro obě dvě vrtačky:</u> <ul style="list-style-type: none"> • 1ks univerzální nabíjecí stanice pro akumulátory (formátování baterií) • 1ks jednotka pohonná (baterie, motor a elektronika) vyjímatelná • 2ks rychlospojka pro Kirschnerův drát, Ø 1- 4mm, • 2ks sklíčidlo pro vrtáky, rozsah upnutí do Ø 7,3mm, • 2ks nástavec pilový sagitální, oscilace 11 000 osc./min. (krátký list) • 2ks AO/ASIF rychlospojka, • 2ks kryt sterilní • 1ks převodovka RTG transparentní úhlová • 1ks adaptér pro převodovku RTG transparentní • 2ks olej mazací 	Splňuje Technický návod TRS a UBC II 9 Str. Nástavce 18