

# SMLOUVA O DÍLO

na servis dialyzačních přístrojů firmy Gambro

uzavřená mezi

## ZHOTOVITEL

Obchodní jméno: **Rostislav Svoboda**  
Adresa: [REDAKCE]  
Zastoupený: Rostislav Svoboda, majitel  
IČO: 12158542  
DIČ: CZ5810091309  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. účtu: [REDAKCE]  
tel.: [REDAKCE]  
email: [REDAKCE]

## OBJEDNATEL

Obchodní jméno: **Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.**  
Adresa: U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec  
Zastoupený: Ing. Miroslavem Janovským, předsedou představenstva  
MUDr. Vitem Lorencem, místopředsedou představenstva  
Spisová značka: KS České Budějovice, oddíl B, vložka č. 1464  
IČO: 26095157  
DIČ: CZ26095157  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. účtu: [REDAKCE]  
tel: [REDAKCE]  
email: [REDAKCE]

## I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je provádění smluvního servisu a údržby dialyzačních přístrojů a zdravotnické techniky firmy Gambro a úpravy vody pro HDS. Seznam přístrojů a zařízení je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Zdravotnické prostředky – dialyzační technika na hemodialyzačním oddělení, bude prokazatelně a odborně udržována v řádném stavu kontrolami, ošetřováním, seřizováním, opravami a zkouškami prováděnými v souladu s pokyny výrobce těchto prostředků, příslušnými zvláštními právními předpisy a předpisy pro provozování zdravotnických prostředků.

## II. OBSAH SERVISNÍCH SLUŽEB

### 1. Preventivní prohlídka

V průběhu kalendářního roku bude provedena 1 prohlídka, přičemž o tom bude proveden písemný zápis v souvislosti se zněním zákona 268/2014 Sb., nařízení vlády č. 25/2004 Sb. a zákona č. 505/1990 Sb. v platném znění pozdějších předpisů viz příloha č. 2 této smlouvy.

2. Smluvní servis  
Tj. opravy za účelem odstranění poruch vzniklých běžným provozem přístrojů v nástupních termínech dle článku IV. této smlouvy.
3. Technické změny  
Změny uživatelských nastavení a programových úprav podle požadavku obsluhy.

### III. CENA KALKULACE

1. Smluvní cena za servisní služby je dána paušální roční platbou ve výši 17 000,-Kč bez DPH za přístroj a rok (viz příloha č. 1). V této ceně je zahrnuto cestovné, preventivní prohlídka (v ceně 5 800,- Kč), drobný spotřební materiál viz příloha č. 2.
2. Použitý materiál a náhradní díly nad rámec preventivních prohlídek budou fakturovány společně s měsíčním paušálem.
3. Roční paušál na přístroje dle přílohy č. 1 je 102 000,- Kč a je rozdělen do měsíčních splátek ve výši 8 500,- Kč.

### IV. NÁSTUPNÍ TERMÍNY

1. Nástupní termín je do 48 hodin po nahlášení závady, 1x týdně v čase dohodnutém na HDS technické oddělení nemocnice.
2. Havarijní případy neprodleně tak, aby byl co nejdříve obnoven provoz dialyzačního střediska. Tyto nejsou součástí servisní smlouvy a objednatel na ně vystaví samostatnou objednávku.
3. Za havarijní stav je považována situace, kdy již nelze změnou dialýz jednotlivých pacientů zajistit provoz střediska do následující pravidelné návštěvy servisního technika.
4. Práce požadovaná objednatelem v nočních hodinách, svátcích, v sobotu a neděli budou účtovány samostatně. Tyto práce budou prováděny ve výjimečných případech na základě vzájemné dohody. Objednatel na tyto práce vystaví samostatnou objednávku.
5. Kontakt pro nahlášení závad, oprav a zasílání objednávek:

mobil.tel:  
mail :



## V. SMLUVNÍ PODMÍNKY SERVISU

1. Změny v seznamu přístrojů (příloha č. 1) se provádějí na návrh kterékoliv ze zúčastněných stran k 30. 6. a 31. 12. a jsou vyhotoveny jako písemný dodatek ke Smlouvě o dílo.
2. Objednatel vytvoří takové podmínky, aby do zařízení uvedených v příloze č. 1 byl vyloučen zásah třetích osob.
3. Za zásah třetích osob se nepovažují úkony údržby prováděné obsluhou zařízení nebo úkony orgánů kteréhokoliv dozoru a osob jím pověřených.
4. Zásah třetí osoby do zařízení nebo manipulace se zařízením osobou nepovolenou zavazuje zhotovitele uvést přístroj do původního technického stavu nebo se o jeho stavu přesvědčit. Náklady vynaložené touto činností uhradí objednatel v plné výši mimo rámec této smlouvy.
5. Objednatel se zavazuje respektovat provozní požadavky pracovníků zhotovitele tím, že zajistí k dispozici vhodné pracovní prostory úměrné objemu vykonávaných prací.

## VI. ZÁRUKA


1. Servisní práce budou prováděny odbornými pracovníky vyškolenými firmou Gambio. Zhotovitel je držitel certifikátů a oprávnění pro veškerou tuto servisní činnost.
2. Záruka na práci je 3 měsíce, na použité náhradní díly 6 měsíců.
3. Pokud má použitý náhradní díl zkrácenou záruční lhůtu bude to vyznačeno servisním technikem v servisním výkazu.

## VII. FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvený paušál je hrazen zhotoviteli v měsíčních splátkách na základě vystavené faktury s 60 denní splatností.
2. Objednatel obdrží fakturu, která obsahuje náležitosti daňového dokladu ve dvou vyhotoveních společně s dokladem o provedené práci a dodacími listy materiálu a náhradních dílů. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat doklady zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Lhůta splatnosti doplněné či opravené faktury běží znovu ode dne jejího opětovného doručení objednateli. Servisní protokol bude potvrzen ze strany objednatele.


**VIII.  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s platností od 1.1.2016
2. Smlouvu je možno ukončit výpovědí. Výpovědní lhůta je stanovena na 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi.
3. Smlouvu je možné též ukončit dohodou.
4. Jakékoliv změny mohou být provedeny pouze písemným dodatkem smluvních stran.
5. Smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
6. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními platného Občanského zákoníku.
7. Součástí smlouvy jsou přílohy č. 1 a 2.



Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Datum podpisu: 08. 01. 2016



Rostislav Svoboda

Datum podpisu:

Číslo smlouvy:

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Seznam přístrojů

Příloha č. 2 – Protokol o provedení technické kontroly

## Seznam přístrojů

typ přístroje/č.ozn.	vyr. číslo přístroje	inv. číslo	rok výroby	Cena paušál/rok
AK 200 S				17 000,- Kč
AK 200 S				17 000,- Kč
AK 200 S				17 000,- Kč
AK 200 S				17 000,- Kč
AK 200 S Ultra				17 000,- Kč
CWP WRO 101				17 000,- Kč

Cena celkem za rok :.....

102 000,- Kč

Měsíční platba : .....

8 500,- Kč

## PROTOKOL O PROVEDENÍ TECHNICKÉ KONTROLY DIALYZAČNÍHO MONITORU PO

6 měsíců/2 500 hod. provozu    12 měsíců/5 000 hod. provozu

Přístroj:	AK 100	AK 200	AK 200S	AK200 U	AK200SU	CWP 100	Provozní hodiny
Výr.číslo:							
Umístění:							

	Povinné procedury a výměny dílů dle servis. manuálu výrobce		
1	Běžná vizuální kontrola přístroje	A	
2	Kontrola výrobních čísel a štítků	A	
3	Kontrola provozního deníku přístroje	A	
4	Čistění a desinfekce přístroje	A	
5	Kalibrace priming detektoru	A	
6	Kalibrace vzduchového detektoru	A	
7	Kalibrace vnitřního reg. Tlaku	A	
8	Provedení interní kalibrace UF cely	A	
9	Kontrola funkčního testu pomocí PC a GXL	A	
10	Kalibrace pH senzoru	A	
11	Kalibrace BiCart Select lev. Detektoru	A	
12	Kalibrace FRN	A	
13	Ověření BiCart Select kalibrace	A	
14	Kalibrace detektoru úniku krve	A	
15	Ověření funkce BPM	A	
16	Kontrola hodnot teploty a vodivosti po 30 minutách	A	
17	Kalibrace tlakových převodníků Ven.Art Syst.	A	
18	Kontrola odchylky řádkových a analogových ukazatelů	A	
19	Kontrola ultrafiltrace	A	
20	Kontrola vypasu	A	
21	Kontrola krevní pumpy	A	
22	Úplná kalibrace UF cely Box	A	
23	Kontrola regulace vodivosti	A	
24	Provedení kompletního funkčního testu.	A	
25	Kontrola ven. a art. Klapek	A	

Teplota stabilizovaná		
Vodivost stabilizovaná		

<b>Povinná kontrola ,event. výměna dílů</b>	kontrola   výměna
---	-------------------

BM/FM	Vzduchové filtry			
BM	Filtr a hadička venozního snímače		A	A P
BM	Filtr a hadička arteriálního snímače		A	A
BM	Filtr a hadička snímače systémového tlaku		A	A
AC/DC	Vzduchové filtry		A	A P
FM	A násoska		A	A
FM	B násoska		A	A
FM	Filtr dial.hadice		A	A
FM	O-RIN 100 319 046		A	A
FM	Dial.konektor kompl.BLUE		A	A
FM	filtr BCH 250		A	A
FM	O-ring BCH		A	A P
FM	filtr ohřivací nádoby		A	A
FM	filtr BCH 50		A	A
FM	O-ring restriktor		A	A
FM	O-ring restriktor		A	A
FM	V-ring ohřivací nádoby		A	A
FM	Silikonová hadička BCH		A	A
FM	Silikonová hadička konc.		A	A
FM	Dial. Konektor red		A	A
FM	Pojistný kroužek		A	A
FM	O-ring 100 319 056		A	A P
FM	odběr port pro 8 mm		A	A
FM	odběr port pro 6 mm		A	A
FM	Filtr Select Cart hold.		A	A
FM	O-ring U8000		A	A
FM	Membrána pro PR2		A	A
FM	Těsnění inf. port		A	A

Závady zjištěné a opravené mimo rámec této prohlídky:

Materiál použitý mimo rámec této prohlídky:

Doporučení pro uživatele:

Výsledek prohlídky:

**Dialyzační monitor je schopen dalšího provozu .**

Příští servisní prohlídka:

P výměna zdarma

A - Ano N - ne

Kontrolu provedl. :

datum : .....

podpis .....