

Příloha č. 1 rámcové smlouvy – Specifikace předmětu plnění - podrobný rozpis nabídkové ceny

Cena je za kompletní dodávku dle níže uvedené specifikace, dle požadavků kupujícího a dle jeho potřeb, vč. dopravy prodávajícím až na místo určení kupující, vč. všech případných poplatků či plateb s tím souvisejících. Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího a je cenou konečnou.

**Specifikace (vč. požadavků na vlastnosti) předmětu plnění:**

Položka - název a velikost	Cena/balení (po 100 ks) bez DPH	Cena balení (po 100 ks) vč. DPH	Předpokládaný počet balení (po 100 ks) / rok	Cena / rok bez DPH	Předpokládaný počet balení (po 100 ks) / 4 roky	Cena/ 4 roky bez DPH	Cena/ 4 roky vč. DPH	Sazba DPH
Nitrilové vyšetřovací rukavice, vel. S	59 Kč	71,39 Kč	1 725	101 775 Kč	6 900	407 100 Kč	492 591 Kč	21 %
Nitrilové vyšetřovací rukavice, vel. M	59 Kč	71,39 Kč	7 705	454 595 Kč	30 820	1 818 380 Kč	2 200 239,80 Kč	21 %
Nitrilové vyšetřovací rukavice, vel. L	59 Kč	71,39 Kč	2 760	162 840 Kč	11 040	651 360 Kč	788 145,60 Kč	21 %
Nitrilové vyšetřovací rukavice, vel. XL	59 Kč	71,39 Kč	575	33 925 Kč	2 300	135 700 Kč	164 197 Kč	21 %
<b>Nabídková cena:</b>						3 012 540,00 Kč	3. 645 173,40 Kč	21 %

- Neobsahují latex
- Nízký obsah zbytkových chemikálií
- Flexibilní materiál
- Odolnost proti oděru

- Zesílená manžeta
- Bez pudru
- Vyrobeny z nitril-butadienového polymeru
- Nesterilní
- Velikost balení: max. po 200 ks (v případě, že bude uchazeč nabízet jinou velikost balení než po doporučených 100 ks, musí si předpokládanou spotřebu přepočítat dle velikosti jím nabízeného balení)
- Skladovací životnost: min. 3 roky
- Zdravotnický prostředek podle zákona o zdravotnických prostředcích - požadujeme doložit příslušným dokladem (v prosté kopii)
- Požadujeme doložit příslušnými doklady (v prosté kopii):
  - Směrnice pro zdravotnické prostředky 93/42 EEC Třída 1 (2007/47/EC)
  - EN 455 část 1, 2 a 3

Veškeré užívané prostředky musejí splňovat všechny zdravotní a bezpečnostní předpisy a požadavky stanovené právními předpisy (příp. relevantními technickými normami) České republiky.

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, stanovenou zadavatelem dle spotřeby jednotlivých položek za posledních 12 měsíců. Zadavatel však negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Zadavatel nepřipouští podmínku sjednání minimálního počtu odběru předmětu plnění.

.....  
 .....  
 ředitel  
 Psychiatrické nemocnice v Dobřanech

.....  
 .....  
 člen představenstva  
 HARTMANN - RICO a.s.

.....  
 .....  
 člen představenstva  
 HARTMANN - RICO a.s.