

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

mezi těmito smluvními stranami

Prodávající :

Obchodní firma:	Medsol s.r.o.
Sídlo:	Lužná 591/4, Praha 6 - Vokovice, 160 00
Statutární zástupce:	Michal Baroš, jednatel
IČ/DIČ:	24201596/ CZ24201596
Společnost zapsaná v:	v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka č.188143
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
Číslo účtu:	[REDAKCE]
Kontaktní osoba:	Michal Baroš, jednatel
Tel.:	[REDAKCE]
E-mail:	info@medsol.cz

a

Kupující :

Obchodní firma:	Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
Sídlo:	Hradecká 1690, 500 12 Hradec Králové
Statutární zástupce:	MUDr. Libor Seneta, ředitel
IČ:	481 45 122
Společnost zapsaná v:	v OR Krajského soudu v Hradci Králové, pod spis. zn. Pr/829
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
Číslo účtu:	[REDAKCE]
Kontaktní osoba:	[REDAKCE] lékařský náměstek
Tel.:	[REDAKCE]
E-mail:	[REDAKCE]

I. Předmět koupě

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zdravotnické přístroje:
1 ks nového transportního ventilátoru pro mezinemocniční transporty
2 ks transportních ventilátorů pro vozidla rychlé zdravotnické pomoci
vhodného pro sanitní vozidla RZP určených pro umístění do sanitních vozidel RZP v provedení, s příslušenstvím a nezbytnou kabeláží dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci a jejich přílohách (zejm. v příloze č. 2a, 2b) „Technická specifikace pro věcnou část zadávací dokumentace“, dále jen „technická specifikace“), včetně příslušenství kterou prodávající obdržel v průběhu výběrového řízení, a převést na kupujícího vlastnické právo k těmto přístrojům.
2. Kupující se zavazuje k převzetí výše uvedeného předmětu koupě a zaplacení kupní ceny za podmínek dále uvedených.
3. Součástí předmětu koupě je též dodání návodu k obsluze a veškeré dokumentace nezbytné pro zajištění řádného užívání předmětu koupě (prohlášení o shodě, certifikace, atesty, homologace, pokud se na přístroj vztahují) v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě (formáty: MS Office 2007, WinZip, Portable Document Format, na nosiči: CD/DVD/flash disk).
4. Smlouva se uzavírá jako výsledek veřejné zakázky „**Dodávka zdravotnických přístrojů pro ZZS KHK – Část 1**)
– **1 ks transportního ventilátoru pro mezinemocniční transporty,**
– **2 ks transportních ventilátorů pro vozidla RZP**“. Specifikace předmětu plnění a podmínky této smlouvy vycházejí ze zadávacích podmínek kupujícího jakožto zadavatele výše uvedené veřejné zakázky a nabídky prodávajícího jakožto vybraného uchazeče ve výše uvedené veřejné zakázce.

Obě smluvní strany prohlašují, že zadávací dokumentaci kupujícího a nabídku prodávajícího podanou v zadávacím řízení mají k datu uzavření této smlouvy k dispozici.

II. Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena **1 ks nového transportního ventilátoru pro mezinemocniční transporty** v provedení, s příslušenstvím a nezbytnou kabeláží dle zadávacích podmínek a technické specifikace včetně veškerých souvisejících nákladů činí:

Položka	Cena bez DPH	DPH samostatně	Cena vč. DPH
Transportní ventilátor pro mezinemocniční transporty – 1 ks	340 000,00 Kč	71 400,00 Kč	411 400,00 Kč

2 ks nových transportních ventilátorů pro vozidla RZP v provedení, s příslušenstvím a nezbytnou kabeláží dle zadávacích podmínek a technické specifikace včetně veškerých souvisejících nákladů činí:

Položka	Cena bez DPH	DPH samostatně	Cena vč. DPH
Transportní ventilátor pro vozidla RZP – 1 ks	230 000,00 Kč	48 300,00 Kč	278 300,00 Kč
Transportní ventilátor pro vozidla RZP – 2 ks	460 000,00 Kč	96 600,00 Kč	556 600,00 Kč

2. Sjednaná kupní cena zahrnuje veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení prodávající předpokládá při plnění předmětu zakázky, a to včetně rizik, zisků, dopravy a pojištění pro transport, poplatků, odstranění veškerých případných vad zjištěných při předání a převzetí předmětu koupě, záručního servisu, požadované dokumentace a dokladů, seznámení s funkcionalitami, obsluhou a budoucím provozem dodávaných přístrojů, vedlejších nákladů (např. kursových vlivů, obecného vývoje cen) apod.
3. Ke sjednané kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě odpovídající zákonné úpravě daně z přidané hodnoty v době zdanitelného plnění. Za zdanitelné plnění pokládají smluvní strany dodání celého předmětu koupě.
4. Sjednaná kupní cena bez DPH je konečná, nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné zakázky. Změna sjednané kupní ceny je možná pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění.
5. Platba bude provedena na základě faktury vystavené prodávajícím do 15-ti dnů po dodání celého předmětu plnění, tj. po dodání 1 ks zdravotnického přístroje - transportního ventilátoru a jeho protokolárním převzetí kupujícím, přičemž v předávacím protokolu bude deklarována funkčnost, bezvadnost a kompletnost dodávaného přístroje. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
6. Splatnost faktur se sjednává na 15 dnů ode dne jejich doručení na adresu sídla kupujícího.
7. Pokud faktura nebude obsahovat některé zákonné nebo v této smlouvě sjednané náležitosti, má kupující právo vrátit ji pět k opravě s tím, že prodávající vystaví novou bezchybnou fakturu, pro kterou pobeží nová lhůta splatnosti.
8. Záloha nebude poskytnuta.
9. Proávající je povinen uchovávat veškeré originály účetních dokladů v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, po dobu 10 let.
10. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy s vybraným dodavatelem, pokud bude ze strany poskytovatele dotace zjištěno pochybení v dosavadním postupu zadavatele, v takovém případě nelze uplatnit žádný nárok dodavatele na náhradu škody nebo ušlého zisku, ani nelze uplatnit smluvní sankce nebo pokuty vůči kupujícímu.

III. Termín a místo dodávky

1. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě dle čl. I. této smlouvy **nejpozději do 60 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.**
2. Místem plnění, resp. dodání se rozumí sídlo kupujícího, pokud následně kupující nestanoví jinak.
3. Převzetí předmětu koupě nastane po provedené kontrole sjednaných technických podmínek dodávky, předvedení funkcionalit, seznámení s obsluhou a budoucím provozem dodávaných přístrojů, předání úplné dokumentace (dle zadávacích podmínek a technické specifikace) v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě.
4. Po předání předmětu koupě podepíší zástupci obou smluvních stran předávací protokol (vyhotoví prodávající), který bude podkladem pro vystavení faktury prodávajícím.
5. Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodaný předmět smlouvy nesplní některý z vymezených parametrů stanovených zadávací dokumentací a technickou specifikací. V tomto případě má kupující nárok na vrácení zaplacené kupní ceny.

IV. Záruka, záruční podmínky a servisní podmínky

1. Předmět koupě má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému v této kupní smlouvě, tj. především není-li předmět koupě dodán v požadovaném množství, jakosti a provedení stanoveném zadávací dokumentací a technickou specifikací zakázky.
2. Prodávající odpovídá za vady, jež má předmět koupě v době jeho předání.
3. Prodávající přejímá závazek (záruku za jakost), že předmět koupě bude po dobu záruční doby způsobilý pro použití k obvyklému účelu.
4. Záruční lhůta se sjednává na dobu 24 měsíců (*min. 24 měsíců*) od předání a převzetí předmětu koupě.
5. Prodávající se zavazuje zahájit práce na odstranění eventuálních vad Zboží v době trvání záruky do 24 hodin od okamžiku jejich oznámení prodávajícímu. V případě poruchy na Zboží se prodávající zavazuje zajistit pro Kupujícího náhradní Zboží v odpovídající kvalitě, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však vždy do 48 hodin od okamžiku oznámení poruchy, či vady Zboží.
6. Do záruční lhůty se nezapočítává doba, po kterou není možno předmět koupě používat vlivem reklamované závady.
7. Záruka běží od okamžiku předání a převzetí každého jednotlivého přístroje.
8. Záruka se vztahuje na prokazatelné výrobní, montážní a materiálové vady předmětu koupě.
9. Veškeré vady předmětu koupě je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-mailem), které bude obsahovat co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady předmětu koupě oznamovat na adresu: Medsol s.r.o., Za Brančkou 444, Hostouň, 273 53 (kontaktní místo pro řešení reklamací a záručních oprav **na území České republiky**).
10. Záruční oprava je prováděna zcela bezplatně - kupujícímu nebudou účtovány náklady na spotřebovaný materiál, dopravu ani práci servisního technika.
11. Doba vyřešení reklamace se stanovuje na 30 kalendářních dnů.

V. Přechod vlastnického práva

1. Vlastnické právo přechází na kupujícího úhradou celkové kupní ceny.
2. Odpovědnost za škody na předmětu koupě a škody jím způsobené přechází na kupujícího dnem fyzického převzetí předmětu dodávky nebo její části.

VI. Smluvní pokuty

1. Dostane-li se prodávající do prodlení se splněním dodací lhůty dle čl. III bodu 1. této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové nabídkové ceny za každý i započatý den prodlení. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím zaplacením není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody v plné výši ani na odstoupení od této smlouvy.
2. Při prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.

VII. Rozhodné právo a volba soudu

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
2. Smluvní strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně příslušný obecní soud objednatel.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními NOZ a dále zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 NOZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění v plném rozsahu bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
5. Prodávající se zavazuje, že v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
7. V případě, že prodávající prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Prodávající je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem kupujícího, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za prodávajícího. Kupující nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je prodávající povinen předem kupujícími sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti.
8. Prodávající je povinen kupujícímu předložit seznam poddodavatelů dle zák. č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejich obsahu, což stvrzují svými podpisy.
10. Smluvní strany berou na vědomí, že **úplný text smlouvy bude zveřejněn v registru smluv**

(veřejném informačním systému). Povinnost zveřejnění splní kupující, a to do 30 dnů od podpisu dohody.

11. Součástí této smlouvy je: Technická dokumentace k nabízenému přístroji dle přílohy č. 2a) a 2b) Výzvy.

Za prodávajícího

Za kupujícího

V Praze, dne

V Hradci Králové, dne



.....
Michal Baroš, jednatel

.....
MUDr. Libor Seneta, ředitel

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Název veřejné zakázky	„DODÁVKA ZDRAVOTNICKÝCH PŘÍSTROJŮ PRO ZZS KHK – ČÁST 1) – 1 ks transportního ventilátoru s příslušenstvím pro mezinemocniční transporty“
Zadavatel	Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové, IČO: 481 45 122
Druh řízení	Zjednodušené podlimitní řízení – veřejná zakázka na dodávky

Předmět plnění: Transportní ventilátor pro mezinemocniční transporty

název/typ: Oxylog 3000Plus; výrobce Drägerwerk AG&Co. KGaA, který splňuje podmínky zadavatele-viz níže:

Počet přístrojů: 1

Požadovaná technická specifikace jednotlivých přístrojů:

1. Transportní ventilátor s příslušenstvím pro potřeby zdravotnické záchranné služby pro plně řízenou a asistovanou ventilaci u dospělých a dětských pacientů
2. Hmotnost přístroje do 6 kg včetně baterie
3. Nastavitelné ventilační režimy, minimálně odpovídající režimům VC-CMV, VC-AC, VC-SIMV, Spn-CPAP a PC-BIPAP u zavedených typů přístrojů ve vybavení ZZS KHK
4. Možnost neinvazivní ventilace přes masku v režimu CPAP s tlakovou podporou a kompenzací úniku plynů
5. Možnost jednoduchého nastavení pro kardiopulmonální resuscitaci
6. Možnost plynulého nastavení dechového objemu od hodnoty 50 ml (pro děti)
7. Možnost nastavení dechové frekvence do 60 dechů za minutu (pro děti)
8. Automatická kompenzace nadmořské výšky pro použití přístroje v podmínkách letecké záchranné služby
9. Možnost plynulého nastavení inspirační frakce kyslíku v rozsahu minimálně 40 až 100 %
10. Integrovaný PEEP s možností plynulého nastavení od 0 do 20 cm H₂O
11. Možnost nastavení tlakové podpory (PS) od 0 do 35 cm H₂O vůči PEEP
12. Nastavitelný poměr inspiria a expiria (I:E) od 1:100 po 50:1
13. Kompletní příslušenství nutné k provozu přístroje: ventilační okruh pro opakované použití pro dospělé, speciální ventilační okruh pro děti s malým mrtvým prostorem, tlakové hadice pro připojení ke zdroji O₂ apod.
14. Příslušenství pro neinvazivní ventilaci s každým dodaným přístrojem: 2 ks maska ClassicStar velikosti L a 2 ks maska ClassicStar velikosti M
15. Vysoká spolehlivost přístroje a odolnost vůči vnějším negativním vlivům (náraz, vibrace, provozní teploty v rozmezí od -20 do +50 stupňů Celsia apod.)
16. Jednoduché, přehledné a intuitivní ovládání
17. Možnost snadné údržby a čištění přístroje
18. Kontrastní obrazovka široká minimálně 10 cm pro zobrazení ventilačních parametrů
19. Zvukový a optický alarm signalizující minimálně nízký tlak přívodu kyslíku, nízký a vysoký tlak v dýchacích cestách, rozpojení okruhu ventilátoru a vysokou dechovou frekvenci při spontánní ventilaci pacienta
20. Integrovaný kovový nosný systém pro tlakovou nádobu s kyslíkem o objemu 2 l s uzavíratelnou brašnou na příslušenství potřebného k provozu přístroje (např. ventilační okruh) s možností zavěšení na lůžko pacienta
21. Držák přístroje včetně nosného systému s tlakovou nádobou (1 kus pro každý dodaný přístroj) pro instalaci do vozidla zdravotnické záchranné služby s platnou certifikací nebo homologací pro daný účel použití a s dobíjecím systémem pro nabíjení baterií 12-28 V

22. Externí zdroj pro nabíjení baterií přístroje ze sítě 230 V
23. Doklad o splnění evropské normy EN 1789:2007+A1:2010 + A2 2014 pro přístroje používané v provozu zdravotnické záchranné služby
24. Doklad o schválení přístroje pro provoz v České republice
25. Návod k obsluze a prohlášení o shodě v českém jazyce

Nabídnutý přístroj musí být kompletní a funkční včetně požadovaného příslušenství.

Pokud je v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelných nebo lepších parametrů.

Nesplnění požadovaných technických parametrů je důvodem k vyřazení nabídky.

Funkční vzorek:

V průběhu posuzování a hodnocení nabídek může vznést hodnotící komise požadavek na případné bezplatné zapůjčení jednoho kusu přístroje pro zkušební provoz a ověření, zda splňuje požadované parametry.

Dodavatel musí zajistit splnění tohoto požadavku ve lhůtě do 14 dnů od vyzvání zadavatelem. Maximální délka zapůjčení přístroje pro zkušební provoz bude 21 dnů ode dne výpůjčky. Zapůjčením přístroje nevzniká dodavateli nárok na uzavření kupní smlouvy.

Záruční podmínky: minimálně 24 měsíců

Doba dodání: 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Název veřejné zakázky	„DODÁVKA ZDRAVOTNICKÝCH PŘÍSTROJŮ PRO ZZS KHK – ČÁST 1) – 2 ks transportních ventilátorů pro vozidla RZP“
Zadavatel	Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové, IČO: 481 45 122
Druh řízení	Zjednodušené podlimitní řízení – veřejná zakázka na dodávky

Předmět plnění: Transportní ventilátor pro vozidla rychlé zdravotnické pomoci

název/typ: Oxylog VE300; výrobce Drägerwerk AG & Co. KGaA, který splňuje podmínky zadavatele-viz níže:

Počet přístrojů: 2

Požadovaná technická specifikace jednotlivých přístrojů:

1. Transportní ventilátor s příslušenstvím pro potřeby zdravotnické záchranné služby pro plně řízenou a asistovanou ventilaci
2. Hmotnost přístroje do 6 kg včetně nosného systému, baterie a tašky
3. Nastavitelné ventilační režimy: minimálně VC-CMV, VC-AC, SPN-CPAP, VC-SIMV
4. Možnost neinvazivní ventilace přes masku v režimu CPAP s tlakovou podporou
5. Možnost jednoduchého nastavení režimu pro kardiopulmonální resuscitaci
6. Možnost plynulého nastavení dechového objemu od hodnoty 100 ml (pro děti)
7. Možnost nastavení inspirační frakce kyslíku minimálně na dvou úrovních odpovídajících přibližně 40% kyslíku a 100% kyslíku
8. Integrovaný PEEP s možností plynulého nastavení od 0 do 20 cm H₂O
9. Možnost nastavení tlakové podpory (PS) od 0 do 35 cm H₂O vůči PEEP
10. Nastavitelný poměr inspiria a expiria (I:E) od 1:4 po 4:1
11. Kompletní příslušenství nutné k provozu přístroje: ventilační okruh pro opakované použití, tlakové hadice pro připojení ke zdroji O₂ apod.
12. Příslušenství pro neinvazivní ventilaci s každým dodaným přístrojem: 2 ks maska ClassicStar velikosti L a 2 ks maska ClassicStar velikosti M
13. Vysoká spolehlivost přístroje a odolnost vůči vnějším negativním vlivům (náraz, vibrace, provozní teploty v rozmezí od -20 do +50 stupňů Celsia apod.)
14. Jednoduché, přehledné a intuitivní ovládání pomocí dotykové obrazovky pro snadnou údržbu a čištění přístroje
15. Barevná obrazovka s velikostí minimálně 10 cm pro zobrazení ventilačních parametrů s přepínáním orientace obrazovky o 180 stupňů podle polohy přístroje
16. Zvukový a optický alarm signalizující minimálně nízký tlak přívodu kyslíku, nízký a vysoký tlak v dýchacích cestách, rozpojení okruhu ventilátoru
17. Integrovaný nosný systém pro tlakovou nádobu s kyslíkem o objemu 2 l s možností zavěšení na lůžko pacienta
18. Brašna nebo taška na nezbytné příslušenství používané k provozu přístroje
19. Držák přístroje (1 kus pro každý dodaný přístroj) pro instalaci do vozidla zdravotnické záchranné služby s platnou certifikací nebo homologací pro daný účel použití a s dobíjecím systémem pro nabíjení baterií 12-28 V
20. Nabíječka vyměnitelných a dobíjecích baterií
21. Doklad o splnění evropské normy EN 1789:2007+A1:2010 + A2 2014 pro přístroje používané v provozu zdravotnické záchranné služby
22. Doklad o schválení přístroje pro provoz v České republice

23. Návod k obsluze a prohlášení o shodě v českém jazyce

Nabídnutý přístroj musí být kompletní a funkční včetně požadovaného příslušenství.

Pokud je v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelných nebo lepších parametrů.

Nesplnění požadovaných technických parametrů je důvodem k vyřazení nabídky.

Funkční vzorek:

V průběhu posuzování a hodnocení nabídek může vznést hodnotící komise požadavek na případné bezplatné zapůjčení jednoho kusu přístroje pro zkušební provoz a ověření, zda splňuje požadované parametry.

Dodavatel musí zajistit splnění tohoto požadavku ve lhůtě do 14 dnů od vyzvání zadavatelem. Maximální délka zapůjčení přístroje pro zkušební provoz bude 21 dnů ode dne výpůjčky. Zapůjčením přístroje nevzniká dodavateli nárok na uzavření kupní smlouvy.

Záruční podmínky: minimálně 24 měsíců

Doba dodání: 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy