

Předmět: FW: Laparopumpa 2215 Gyn sály
Přílohy: Objednávka_5514.docx

From: [redacted] [mailto:[redacted]@hospimed.cz]
Sent: Wednesday, March 25, 2020 8:39 AM
To: [redacted]
Subject: RE: Laparopumpa 2215 Gyn sály

Dobrý den,

Tímto Vám potvrzuji přijetí objednávky a ihned objednávám u výrobce.

S pozdravem

[redacted]
Servisní technik

HOSPIMED, spol. s r.o.
Malešická 2251/51
130 00 Praha 3
Tel: +420 702 197 544
Fax: +420 225 001 522
E-mail: [redacted]@hospimed.cz
www.hospimed.cz



From: [redacted] <[redacted]@szzkrnov.cz>
Sent: Tuesday, March 24, 2020 10:34 AM
To: [redacted] <[redacted]@hospimed.cz>
Subject: RE: Laparopumpa 2215 Gyn sály

Dobrý den pane [redacted]
děkuji a posílám objednávku na novou laparopumpu viz. cenová nabídka č.01-0-0000098 ze dne 19.3.2020. Prosím o potvrzení o přijetí objednávky.
Děkuji.

S pozdravem
[redacted]

From: [redacted] [mailto:[redacted]@hospimed.cz]
Sent: Tuesday, March 17, 2020 10:37 AM
To: [redacted]
Subject: Laparopumpa 2215 Gyn sály

Dobrý den pane [redacted]

Posílám Vám email ohledně pumpy z Gyn. Sálů. Jak jsme se spolu bavili tak pumpu jsem si odvezl na dílnu a po rozebrání jsem zjistil silné poškození řídicí desky. Vzhledem ke stáří pumpy bych Vám chtěl nabídnout její výměnu za novou. V příloze Vám zasílám cenový návrh na novou laparoskopickou pumpu.

S pozdravem

[Redacted]

servis@tec-ni

HOSPIMED, spol. s r.o.

Malešická 2251/51

130 00 Praha 3

Tel: +420 702 197 544

Fax: +420 225 001 522

E-mail: jiri.struzka@hospimed.cz

www.hospimed.cz



Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout: Šetřeme naše životní prostředí!



Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout: Šetřeme naše životní prostředí!