

SMLOUVA O VÝPŮJČCE

RADIOMETER s.r.o.

se sídlem: Křenova 3, Praha 6, PSČ 162 00
IČ: 28450817
DIČ: CZ28450817
zastoupená: [redacted] jednatelem společnosti
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 142435
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
kontaktní osoba: [redacted]
_(dále jen „půjčitel“)

a

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
zastoupená: [redacted] generálním ředitelem
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
kontaktní osoba za odbor obslužných klinických činností: [redacted]
kontaktní osoba za oddělení: [redacted]
(dále jen „vypůjčitel“)

spolu uzavírají tuto smlouvu o výpůjčce zdravotnického prostředku

Čl. 1

Předmět smlouvy

1. Půjčitel na základě této smlouvy přenechává vypůjčitelu následující nezuživatelnou věc: acidobazický analyzátor [redacted], sériové číslo je součástí instalačního protokolu) včetně příslušenství, jehož specifikace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, a zavazuje se mu umožnit její bezplatné užívání podobu sjednanou v této smlouvě (dále jen „předmět výpůjčky“).
2. Hodnota předmětu výpůjčky je [redacted]
3. Předmět výpůjčky půjčitel přenechává vypůjčitelu pro potřeby Krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., oddělení klinické biochemie – umístění Emergency, kde bude užíván obvyklým způsobem.
4. Půjčitel se zavazuje předat předmět výpůjčky vypůjčitelu nejpozději *do 30 dnů od podpisu smlouvy*. O předání předmětu výpůjčky bude pověřenými zástupci smluvních stran sepsán protokol, jehož stejnopis obdrží obě smluvní strany.

Čl. 2

Vrácení předmětu výpůjčky

1. Půjčitel přenechává vypůjčitelu předmět výpůjčky *na dobu určitou, a to na 1 rok*.
2. Vypůjčitel se zavazuje předmět výpůjčky půjčitelu vrátit, jakmile ho nebude potřebovat, nejpozději však do výše sjednané doby.
3. Vypůjčitel není oprávněn předmět výpůjčky přenechat k užívání třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu půjčitele.

4. Půjčitel může požadovat vrácení předmětu výpůjčky i před skončením stanovené doby, jestliže vypůjčitel neužívá předmět výpůjčky řádně nebo jestliže ho užívá v rozporu s účelem sjednaným touto smlouvou.
5. Vypůjčitel se zavazuje vrátit půjčiteli předmět výpůjčky ve stavu odpovídajícím obvyklému užívání.

Čl. 3.

Užívání předmětu výpůjčky

1. Půjčitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že vypůjčiteli předá předmět výpůjčky ve stavu způsobilém k účelu sjednanému touto smlouvou a vypůjčitel se zavazuje ho řádně užívat v souladu se sjednaným účelem, a chránit ho před odcizením, poškozením a znehodnocením. Vypůjčitel odpovídá za škodu způsobenou půjčiteli nesplněním této povinnosti.
2. Vypůjčitel hradí běžné náklady spojené s užíváním předmětu výpůjčky i obvyklé náklady na jeho zachování. Je-li k užívání předmětu výpůjčky nutný spotřební materiál, jehož dodavatelem je půjčitel, je spotřební materiál specifikován v příloze č. 2 této smlouvy, Specifikace spotřebního materiálu zároveň obsahuje ceny, které se půjčitel zavazuje garantovat po celou dobu trvání výpůjčky.
3. Vzniklé vady předmětu výpůjčky je vypůjčitel povinen neprodleně oznámit půjčiteli, který dál zajistí vyřízení reklamace apod.
4. Vypůjčitel je povinen umožnit půjčiteli přístup k předmětu výpůjčky za účelem kontroly jeho technického stavu a za účelem provádění inventarizace.
5. Půjčitel provede případný servis (opravy), periodické kontroly nařízené výrobcem, kalibrace*, validace*, bezpečnostně technické kontroly a revize v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, kontroly elektrické bezpečnosti (elektrorevize) dle závazných technických norem, a v případě zařízení se zdroji ionizačního záření zkoušku dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, v průběhu výpůjčky na své náklady.
6. Vypůjčitel se zavazuje, že v případě poškození předmětu výpůjčky uhradí veškeré náklady nutné na jeho opravu.
7. Půjčitel se zavazuje při předání předmětu výpůjčky seznámit zdravotnický personál a určeného pracovníka odboru obslužných klinických činností vypůjčitele s návodem k použití, který je nutno při užívání předmětu výpůjčky dodržovat, i se všemi zvláštnostmi, které je třeba dodržovat při jeho užívání oproti obecně známým pravidlům. Vypůjčitel je povinen uvedený předmět výpůjčky užívat v souladu s návodem k jeho obsluze. O tomto seznámení vystaví půjčitel protokol o proškolení.
8. Půjčitel se zavazuje dodat veškeré doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu výpůjčky (event., které jsou vypůjčitelem požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že předmět výpůjčky je vyroben v souladu s platnými normami, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ionizačního záření i dokumentaci dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, ve znění pozdějších předpisů. V případě předmětu výpůjčky, který je zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů, zařazen jako stanovené měřidlo, nebo předmět výpůjčky je zdravotnickým prostředkem s měřicí funkcí, půjčitel se zavazuje dodat doklady o prvotní kalibraci či metrologickém ověření.

9. Je-li součástí předmětu plnění této smlouvy poskytnutí připojení do NIS/LIS (nemocničního či laboratorního informačního systému), půjčitel se zavazuje na své náklady připojit předmět výpůjčky do NIS/LIS vypůjčitele vč. případných převodníků. Půjčitel je povinen v průběhu výpůjčky na své náklady měnit konfiguraci připojení do LIS dle požadavků vypůjčitele. Požadavek na připojení do LIS a změny v konfiguraci je nutno řešit přes HelpDesk Odboru informačních technologií (email: [REDACTED]).

Čl. 4 Odpovědnost za škodu

1. V případě zničení, ztráty či poškození předmětu výpůjčky se odpovědnost vypůjčitele posuzuje podle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu. Za nadměrné opotřebení předmětu výpůjčky odpovídá vypůjčitel jako za poškození.
2. Půjčitel prohlašuje, že předmět výpůjčky nemá žádné skryté vady (právní ani faktické). Pakliže by se během užívání vyskytly a následkem skryté vady došlo ke škodě, odpovídá za ni půjčitel vypůjčiteli dle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu.
3. Půjčitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy předmět výpůjčky nepředal vypůjčiteli ani po domluvě s jeho kontaktní osobou, resp. že ho neumístil na oddělení dle této smlouvy. Vypůjčitel se zavazuje předmět výpůjčky do doby podpisu smlouvy nepřevzít. Smluvní strany si jsou vědomy toho, že bude – li předmět výpůjčky umístěn u vypůjčitele na oddělení před podpisem této smlouvy, není případná odpovědnost za škodu vzniklá v souvislosti s použitím předmětu výpůjčky kryta pojištěním z odpovědnosti vypůjčitele a půjčitel se zavazuje k náhradě škody takto vzniklé.

Čl. 5 Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, veškerá právní jednání činěná v písemné formě si smluvní strany doručují osobně oproti podpisu druhé smluvní strany, datovými zprávami ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou adresu písemně sdělenou příslušnou smluvní stranou. Je-li písemnost doručována do datové schránky, považuje se za doručenu okamžikem, kdy se adresát do datové schránky přihlásí. Pokud se adresát do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost do datové schránky dodána, považuje se posledním dnem této lhůty písemnost za doručenu.
3. V případě, že hodnota předmětu smlouvy přesahuje 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty, a na smlouvu se nevztahuje některá z dalších výjimek uvedených v § 3 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), vez znění pozdějších předpisů, musí být tato smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy (včetně všech jejích příloh), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou hodnoty předmětu výpůjčky.
4. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona o registru smluv, zašle správci registru smluv elektronický obraz této smlouvy a metadata vyžadovaná zákonem o registru smluv vypůjčitel ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. V případě, že smlouva nebude uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani v 15. den od jejího uzavření, je oprávněna předat elektronický obraz smlouvy a metadata druhá smluvní strana tak, aby smlouva byla poskytnuta správci registru smluv ve lhůtě uvedené v § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.
5. Plnění předmětu smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

6. Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každá smluvní strana jeden stejnopis.
7. Smluvní strany jsou oprávněny smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu s výpovědní dobou 1 měsíc, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně a končí posledním dnem téhož měsíce.
8. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze platně sjednat pouze písemnou formou.
9. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy účastníků obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla ujednána dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

1. specifikace předmětu výpůjčky
2. specifikace spotřebního materiálu

03-03-2020

V Ústí nad Labem

Za vypůjčitele

V Praze

Za půjčitele

rajská zdravotní, a.s.
sociální péče 3316/12A
01 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

generální ředitel společnosti

jednatel společnosti

Příloha č. 1 - specifikace předmětu výpůjčky

Analyzátor

Specifikace

Měřené parametry

Typ	Parametr	Jednotky	Rozsah metody
pH	pH	pH stupnice	6.3. - 8.0
Krevní plyny	$p\text{ CO}_2$	mmHg; Torr	5 - 250
		kPa	0.67 - 33.3
	$p\text{ O}_2$	mmHg; Torr	0 - 800
		kPa	0 - 107
Elektrolyty	$c\text{ K}^+$	mmol/l	0.5 - 25
		meq/l	0.5 - 25
	$c\text{ Na}^+$	mmol/l	7 - 350
		meq/l	7 - 350
	$c\text{ Ca}^{2+}$	mmol/l	0.1 - 9.99
		meq/l	0.2 - 19.98
		mg/dl	0.4 - 40.04
	$c\text{ Cl}^-$	mmol/l	7 - 350
		meq/l	7 - 350
Metabolity	$c\text{ Glu}$	mmol/l	0 - 60
		mg/dl	0 - 1081
	$c\text{ Lac}$	mmol/l	-0.1 - 31
		meq/l	-0.1 - 31
		mg/dl	-1 - 279
	$c\text{ Crea}$	$\mu\text{mol/l}$	10 - 1800
	$c\text{ Urea}$	mmol/l	1 - 50
Oximetrie	$s\text{ O}_2$	%	-2 - 102
		frakce	-0.02 - 1.02
	$c\text{ tHb}$	g/dl	-0.48 - 27.7
		g/l	-4.8 - 277
		mmol/l	-0.30 - 17.2
	$F\text{ O}_2\text{Hb}$	%	-2 - 103
		frakce	-0.02 - 1.03
	$F\text{ COHb}$	%	-2 - 103
		frakce	-0.02 - 1.03
	$F\text{ MetHb}$	%	-2 - 103
		frakce	-0.02 - 1.03
	$F\text{ HbH}$	%	-2 - 102
		frakce	-0.02 - 1.02
	$F\text{ HbF}$	%	-25 - 121
		frakce	-0.25 - 1.21
	$c\text{ tBil}$	$\mu\text{mol/l}$	-20 - 1000
		mg/dl	-1.2 - 58.5
		mg/l	-12 - 585

Rozsah metody pro každý parametr je takový rozsah, kde uvedený parametr může být přístrojem změřen tak, jak je definováno v "Mezinárodním metrologickém slovníku - Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny" (VIM).

Měřicí systém

	*S65 a **C65	*C45	*S65 a **C65 s krea a urea
Objem vzorku (všechny parametry)	65 μl	65 μl	65 μl
Čas měření (všechny parametry)	35 s	60 s	35 s
Čas cyklu	60 s	80 s	120 s
Průměrná doba připravenosti	více jak 23.5 hodiny denně		více jak 23.5 hodiny denně

Vypočítávané parametry

$p\text{ H(T)}$
 $p\text{ CO}_2\text{(T)}$
 $c\text{ HCO}_3^- \text{ (P)}$
 $c\text{ Base(B)}$
 $c\text{ Base(B,ox)}$
 $c\text{ Base(Ecf)}$
 $c\text{ Base(Ecf,ox)}$
 $c\text{ HCO}_3^- \text{ (P,st)}$
 $c\text{ H}^+$
 $c\text{ H}^+\text{(T)}$
 $c\text{ tCO}_2\text{(P)}$
 $c\text{ tCO}_2\text{(B)}$
 $p\text{ H(st)}$
 $p\text{ O}_2\text{(T)}$
 $p\text{ O}_2\text{(A)}$
 $p\text{ O}_2\text{(A,T)}$
 $p\text{ 50}$
 $p\text{ 50(T)}$
 $p\text{ 50(st)}$
 $p\text{ O}_2\text{(A-a)}$
 $p\text{ O}_2\text{(A-a,T)}$
 $p\text{ O}_2\text{(a/A)}$
 $p\text{ O}_2\text{(a/A,T)}$
 $p\text{ O}_2\text{(a)}/F\text{ O}_2\text{(I)}$
 $p\text{ O}_2\text{(a,T)}/F\text{ O}_2\text{(I)}$
 $c\text{ Ca}^{2+} \text{ (pH=7.40)}$
 $\text{Anion Gap(K}^+)$
 Anion Gap
 DO_2
 Hct
 $p\text{ O}_2\text{(x)}$
 $p\text{ O}_2\text{(x,T)}$
 $c\text{ tO}_2\text{(B)}$
 $c\text{ tO}_2\text{(a-v)}$
 $B\text{ O}_2$
 $c\text{ tO}_2\text{(x)}$
 $F\text{ Shunt}$
 $F\text{ Shunt(T)}$
 RI
 RI(T)
 VO_2
 $m\text{ Osm}$
 Qx
 Q_t
 V(B)
 $s\text{ O}_2$
 $F\text{ O}_2\text{Hb}$

Ochrana a zajištění jakosti

Vylepšené plánování výměn,
 měření kontroly jakosti a časování kalibrací
 Volitelná automatická kontrola jakosti
 při spuštění a výměnách
 Kontinuální monitorování statusu senzorů

Senzorové kazety

	SC90	SC90 Ki
Doba použitelnosti v přístroji	30 dnů	14 dnů
Celková doba použitelnosti	4 měsíce	2 měsíce
Skladovací teplota	2 - 8 °C	2 - 8 °C
Nájezd	pod 1 hod	pod 1 hod
Automatická kontrola jakosti	Ano	Ano
Měření všech parametrů	100/300/600/ 900/1200 měření	300 měření
Měření všech parametrů mimo metabolitů	600 měření	

Manipulace se vzorkem

Automatický vstup

Automatické otevření a zavření vstupu

Vstup úspůsoben pro pravou i levou ruku

Nasávání vzorku ze stříkačky, zkumavek a kapilár bez adaptéru

Speciální pozice jehly pro malé množství vzorku

Hardware

Specifikace počítače

Procesor 1.6 GHz Atom 512K Cache

1 GB RAM

2 GB Hard disc

8.4" barevný TFL-LCD monitor, rozlišení 800x600 SVGA,

dotyková obrazovka

4" termo tiskárna

Software

Software platforma

Microsoft® embedded SW

SAP® SQL Anywhere

Datová kapacita

Pacientské záznamy: 2000

Záznamy aktivit: 5000

Záznamy kalibrací: 1000

Data chráněna heslem

8 různých profilů operátorů

Neomezený počet ID uživatelů

Volby tiskárny

Automatický tisk (zapnuto/vypnuto)

Výběr vypočítávaných parametrů

Výběr vstupních parametrů

Výsledky s referenčními rozsahy

Další informace

Rozměry

Šířka 25 cm

Výška 47 cm

Délka 29 cm

Váha 11 kg

Informace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

©Radiometer Medical Aps, 2700 Bronshøj, Denmark, 2017. Všechna práva vyhrazena. 939-861, 201710C.

s korekčními kroky pro získání přesných výsledků

Balení roztoků

Odhadovaná doba použitelnosti balení roztoků (ve dnech)

Počet testů za den	5	10	15	20	30	50
SP90 (680 aktivit)	30	30	24	20	15	10
SP90 XL (980 aktivit)	30	30	30	30	23	15
SP90 Ki (680 aktivit)	14	14	14	14	14	10

	SC90	SC90 Ki*
	SP90 XL	
Doba použitelnosti v přístroji	30 dnů	14 dnů
Celková doba použitelnosti	6 měsíců	4 měsíce
Skladovací teplota	2 - 25 °C	2 - 8 °C
Nájezd	10 min	15 min

* SP90 Ki: balení roztoků určené pro SC90 Ki

Mixér vzorků

Čas promíchání 7 s

Určeno pro safePICO stříkačky

Rozhraní

Vestavěná čtečka čárových kódů pro ID operátorů a vzorků

Použitelné kódy: UPC/EAN, Kód 128, Kód 39, Kód 93,

1 2 nebo 5, Discrete 2 of 5, Codabar a další

Sériové rozhraní RS232 s napájením externí čtečky čárových kódů

3 USB vstupy

Možnost externí klávesnice

Možnost externí myši

Možnost externí čtečky čárových kódů

Komunikace

HIS/LIS připojení

High-level protokoly

ASTM

HL7

POCT1-A

Low-level sériové protokoly

ASTM 1381-91, E1394-91, Serial RAW

Low-level síťové protokoly

TCP/IP

IT řešení spol. Radiometer

Rozhraní přes Ethernet adapter

Bezdrátová komunikace

Podporované frekvence:

2.4 GHz

5 GHz

Podporované komunikační standardy:

802.11 a/b/g/n/ac

Podporované standardní šifrování:

Open/WEP/WPA/WPA2 TKIP/AES

Ostatní

Provozní teplota 15 - 32 °C

Korekce nadmořské výšky 3000 m nad hladinou moře

Napájení 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 130 VA

Příloha č. 2 - specifikace spotřebního materiálu**Ceník spotřebního materiálu pro přístroje [REDACTED] pro Krajskou zdravotní a.s.**

Kat.číslo	Typ	Název zboží	Cena bez DPH Kč/ks	Cena po slevě 14% bez DPH
SENZOROVÉ KAZETY				
946-010	SC90 100/30 BG/LYT/MET/OXI+QC	100 vzorků (30 dnů)	23 140,00	19 900,40
946-005	SC90 300/30 BG/LYT/MET/OXI+QC	300 vzorků (30 dnů)	27 800,00	23 908,00
946-008	SC90 600/30 BG/LYT/MET/OXI +QC	600 vzorků (30 dnů)	46 500,00	39 990,00
KALIBRAČNÍ SOUPRAVA				
944-157	ABL90 FLEX solution pack	Kalibrační souprava pro ABL90 Flex	6 400,00	5 504,00
944-457	ABL90 FLEX solution pack XL	Kalibrační souprava pro ABL90 Flex	9 600,00	8 256,00
OSTATNÍ				
906-026	Clot catcher	Zachycovače sraženin 250 ks	2 245,00	1 930,70
944-021	tHb Calibrator (4 ks)	tHb kalibrátor	2 854,00	2 454,44
903-585	Inlet gasket with holder ABL90 FLEX+	vstupní těsnění	500,00	430,00
905-972	Yearly service kit	roční údržbový kit	5 800,00	4 988,00
924-455	Inlet probe, ABL90 Flex	vstupní jehla, ABL90	5 042,97	4 336,95
984-070	Paper	Papír do tiskárny - 8 rolí	2 607,00	2 242,02
Ceny jsou uvedeny bez DPH (21%).				