

Příloha č. 3 ZD

VLASTNÍ SPECIFIKACE DODAVATELE

Veřejná zakázka:

„Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – laboratorní chladničky a mrazák“

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení

Zadavatel: **Stodská nemocnice, a.s.**
Hradecká 600, 333 01 Stod
IČO: 26361086

Vlastní technická specifikace nabízených dodávek - Pokyn k vyplnění: Dodavatel vyplní tabulku níže, když v rámci nabídky přiřadí ke každé dodávané položce (přístroji) vlastní technickou specifikaci. Do sloupce vpravo od uvedeného přístroje dodavatel u každé položky vypíše vlastní technickou specifikaci, aby zadavatel mohl porovnat, zda nabízené zboží odpovídá minimálním požadavkům, které stanovil v ZD a Příloze č. 2 ZD. Ve sloupcích na levé straně je označen požadovaný přístroj a počet ks. V příslušném sloupci také dodavatel vyplní, zda nabízené zboží splňuje minimální požadavky zadavatele slovem „ANO“ nebo „NE“. V Příloze č. 2 ZD (Technická specifikace) zadavatel stanovil základní požadavky a parametry na dodávaný přístroj a zboží, které dodavatel musí dodržet a zohlednit ve své nabídce. Jedná se o specifikaci zboží, počet kusů a popis technických parametrů a požadavků na výkon a funkci. Dodavatel může nabídnout zboží jinými, pokud možno lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované.

Dodavatel **nesmí** v tabulce **měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých dodávek**, které obsahuje Příloha č. 3 ZD. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží, příp. související činnosti konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě nabízeného zboží dodavatel napíše také název výrobce, materiálu či výrobku.

Ke specifikaci dodavatel doloží také snímky nebo fotografie jednotlivých dodávek (příp. odkaz na ně). Ke každému přístroji bude v nabídce doložena kopie výrobního listu nebo dokladu o shodě.

Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu nabídky, tabulky Vlastní specifikace dodavatele nad rámec k tomu určených míst nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění zadávacích podmínek dle § 48 odst. 2 ZZVZ s důsledkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Technická specifikace nabízeného zboží ze strany dodavatele

Číslo položky	Položka	Počet ks	Splňuje zboží minimální požadavky zadavatele? ANO/NE (doplň a vybere dodavatel)	Technická specifikace dodavatele – podrobný popis nabízeného zboží
1.	Chladnička 140 l, prosklené dveře minimální technické parametry a požadavky zadavatele jsou stanoveny v Příloze č. 2 ZD – Technická specifikace	1	ANO	Chladnička Objem: 130 l Rozsah chlazení: +3 až +8°C (+2 °C až 15 °C) Šířka: 60 cm Hlučnost: do 45 dB Dveře: prosklené Ukazatel teploty, optický a akustický alarm při překročení teplotního limitu, možnost stahování teplotních dat do PC (monitorovací systém MS Falcon)
2.	Chladnička 140 l, plné dveře minimální technické parametry a požadavky zadavatele jsou stanoveny v Příloze č. 2 ZD – Technická specifikace	1	ANO	Chladnička Objem: 130 l Rozsah chlazení: +3 až +8°C (+2 °C až 15 °C) Šířka: 60 cm

				Hlučnost: do 45 dB Dveře: plné Ukazatel teploty, optický a akustický alarm při překročení teplotního limitu, možnost stahování teplotních dat do PC (monitorovací systém MS Falcon)
3.	Chladnička 360 I, prosklené dveře minimální technické parametry a požadavky zadavatele jsou stanoveny v Příloze č. 2 ZD – Technická specifikace	1	ANO	Chladnička Objem: 340 l Rozsah chlazení: +3 až +8°C (+2 °C až 15 °C) Šířka: 60 cm Hlučnost: do 45 dB Dveře: prosklené Ukazatel teploty, optický a akustický alarm při překročení teplotního limitu, možnost stahování teplotních dat do PC (monitorovací systém MS Falcon)
4.	Chladnička 360 I, plné dveře minimální technické parametry a požadavky zadavatele jsou stanoveny v Příloze č. 2 ZD – Technická specifikace	3	ANO	Chladnička Objem: 340 l Rozsah chlazení: +3 až +8°C (+2 °C až 15 °C) Šířka: 60 cm Hlučnost: do 45 dB Dveře: plné

				Ukazatel teploty, optický a akustický alarm při překročení teplotního limitu, možnost stahování teplotních dat do PC (monitorovací systém MS Falcon)
5.	Kombinovaná chladnička s mrazákem minimální technické parametry a požadavky zadavatele jsou stanoveny v Příloze č. 2 ZD – Technická specifikace	1	ANO	Kombinovaná chladnička s mrazákem Objem: 345 l (chladnička 240 l, mraznička 105 l) Rozsah chlazení: +3 až +8°C (chladnička) -9 °C až -30°C (mrazák) Šířka: 60 cm Hlučnost: do 45 dB Dveře: 2x plné Ukazatel teploty, optický a akustický alarm při překročení teplotního limitu, možnost stahování teplotních dat do PC (monitorovací systém MS Falcon)
6.	Mraznička na mraženou plazmu minimální technické parametry a požadavky zadavatele jsou stanoveny v Příloze č. 2 ZD – Technická specifikace	1	ANO	Mrazák šuplíkový Objem: 351 l Rozsah chlazení: -10 °C až -30°C Šířka: 69,7 cm Hlučnost: do 60 dB Dveře: plné Ukazatel teploty, optický a akustický alarm při překročení teplotního limitu, možnost stahování teplotních dat do PC (monitorovací systém MS Falcon)

