

Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění

Obchodní název nabízeného plnění:	VHB 15A	
Specifikace:	Splňuje:	Dodavatel nabízí:
- aktivní zvlhčovač	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	aktivní tepelný zvlhčovač
- vhodný pro plicní ventilátory	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	vhodný ke všem typům plicních ventilátorů
- umožňuje invazivní a neinvazivní ventilaci	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	Invazivní , neinvazivní mód
- umožňuje nastavitelné množství vlhkosti a teploty	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	ANO
- součástí je LCD displej	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	ANO
- vhodný pro dětské i dospělé pacienty	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	dětský i dospělý pacient
- obsahuje alarmy teploty	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	ANO
- obsahuje funkci detekce hladiny vody	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	ANO
- součástí je jednorázový dýchací okruh	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	ANO
- součástí je tepelný kabel	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	ANO
- součástí je snímač požadované teploty u pacienta	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	ANO
- součástí je jednorázová vodní komora	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	ANO
- součástí je držák pro uchycení na eurolištu	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	ANO
- součástí je držák na kolejničku (kompatibilní s ventilátorem G5 od firmy Hamilton)	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	ANO
- součástí dodávky jsou i 2 balíčky spotřebního materiálu nutného pro použití zvlhčovače pacientem	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	ANO - jednorázový ventilační okruh vč. jednorázové vodní komory 2 ks

V Praze dne: 13-05-2020

.....
 (podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)
 [Ing. Jitka Stromecká, prokurista