

KZ

Objednávka 2600116574

Datum objednávky 02.06.2020

Vyhotovuje: [REDACTED]

Oddělení: Zdravotnická tech.

Telefon: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

Mail: [REDACTED]

Adresa odběratele (fakturační):

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:

Krajská zdravotní, a.s.

Masarykova nemocnice v Ústí n.Lab., o.z.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Medisap, s.r.o.
Na Rovnosti 2244/5
130 00 Praha 3Vaše číslo dodavatele u nás
1000046

Termín dodávky: 20.06.2020

Dodávka pro KAPIM JIP1

Fakturuje se splatností 60 dnů!

Měna CZK

Pol.	Materiál	Označení		
	Obj.množství	Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	1	Kus	Oprava monitorů CARESCAPE B 450 71.724,00	71.724,00

Objednáváme u Vás opravu 2 ks monitorů CARESCAPE B 450 z oddělení KAPIM JIP1 Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, kont. osoba [REDACTED]

Jedná se o tyto přístroje:

- v.č.SNE 1814012124HA-dvířka interního zdroje poškozena a nedovírají se, následkem toho se monitor nedobíjí jak má
- v.č.SNE 1814012123HA- ten byl odvezen [REDACTED] 29.5.2020 - po dobu opravy zapůjčen náhradní přístroj s v.č.SME15480031HA

Závada: Hlásí alarm "porucha baterie A", které doprovázejí červeně problikávající diody v levém dolním rohu obou přístrojů

Částka za opravu je uvedena na základě cenové nabídky č.: 01-0-0001208 a 01-0-0001196 ze dne 02.06.2020

lk.hodn. s DPH CZK

71.724,00

Z důvodu registrace k DPH je od 1.9.2007 nutné na dodavatelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět jak adresu sídla společnosti, tak adresu místa provozovny (fakturační a dodací adresa). Na dodacích listech, fakturách a ostatních dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury bez čísla objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet uvedený na faktuře splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Účet musí být zveřejněný.

Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena. Plnění předmětu objednávky před její účinností se považuje za plnění podle této objednávky.

IČO: 25488627 DIČ: CZ25488627

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. [REDACTED]

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.

DODAVATEL IČ 48029360 DIČ CZ48029360 medisap,s.r.o. Na Rovnosti 2244/5 130 00 Praha 3 Tel.: [redacted] Fax: [redacted] [redacted]	Objednávka 2600116574 ze dne 02.06.2020 Naše zakázka 01-0-0001196 Den vystavení 02.06.2020 ODBĚRATEL IČ 25488627 DIČ CZ25488627 Krajská zdravotní, a.s. Sociální péče 3316/12a 400 11 Ústí nad Labem - Severní Terasa
---	--

Vážený zákazníku, potvrzujeme tímto přijetí Vaší výše uvedené objednávky na opravu následujícího zařízení a žádáme o ODSOUHLASENÍ / ZAMÍTNUTÍ cenového návrhu k PŘÍSTROJI / NÁSTROJI převzatému k opravě :

Monitor B 450 v.č. SNE18140123HA ;

Vaše objednávka je u nás vedena pod číslem
Servisní technik zodpovědný za Vaši zakázku je pan

01-0-0001196

Cenový návrh:

Chybová hláška o chybě baterie ve slotu A.

Monitor jeví známky mechanického poškození - poškozený přední kryt displaye, rozbité alarmové světlo

Diagnostika závady - Chybová hláška se objevuje i po výměně akumulátoru.

Výměna desky Battery Board

Výměna čelního panelu s funkcí dotyku

Výměna alarmového světla

Test funkce

Záruka ne nevztahuje na mechanické poškození

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁHRADNÍ DÍLY A PRÁCE

kat.číslo	název	množství MJ	cena za MJ	celkem bez DPH
2093301-001	FRU, Front Unit Touchscreen sensor, B450	1,00 ks	30 136,70	30 136,70
5815956	FRU, ALARM LENS, B450	1,00 ks	3 204,30	3 204,30
M1233497	FRU, Battery board, B450	1,00 ks	10 794,00	10 794,00
9998-2x	Práce servisního technika specialisty	2,00 hod	1 290,00	2 580,00
Celkem bez DPH				46 715,00

VAŠE STANOVISKO:

S provedením opravy SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME.

Dne 11-06-2020

VYSTAVIL

mobilní telefon

Prohlašujeme, že na výrobky podléhající zákonu č. 22/1997 Sb. bylo vydáno Prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády č. 180/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

DODAVATEL IČ 48029360 DIČ CZ48029360 medisap,s.r.o. Na Rovnosti 2244/5 130 00 Praha 3 Tel.: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]	Objednávka 2600116574 ze dne 02.06.2020 Naše zakázka 01-0-0001208 Den vystavení 03.06.2020
ODBĚRATEL IČ 25488627 DIČ CZ25488627 Krajská zdravotní, a.s. Sociální péče 3316/12a 400 11 Ústí nad Labem - Severní Terasa	

Vážený zákazníku, potvrzujeme tímto přijetí Vaší výše uvedené objednávky na opravu následujícího zařízení a žádáme o ODSOUHLASENÍ / ZAMÍTNUTÍ cenového návrhu k PŘÍSTROJI / NÁSTROJI převzatému k opravě :

Monitor B 450 v.č. SNE18140124HA ;

Vaše objednávka je u nás vedena pod číslem **01-0-0001208**
 Servisní technik zodpovědný za Vaši zakázku je pan [redacted]

Cenový návrh:

Výměna poškozených dvířek zásobníku baterií
 Doplnění chybějícího držáku monitoru na postel

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁHRADNÍ DÍLY A PRÁCE

kat.číslo	název	množství MJ	cena za MJ	celkem bez DPH
M1233489	FRU, Battery door unit, B450	1,00 ks	4 536,00	4 536,00
2069156-001	držák monitoru B 450 na horizontální tyč (pelest postele)	1,00 ks	5 445,00	5 445,00
9998-2x	Práce servisního technika specialisty	2,00 hod	1 290,00	2 580,00
Celkem bez DPH				12 561,00

VAŠE STANOVISKO:

S provedením opravy SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME.

Dne **11-06-2020**

VYSTAVIL

[redacted]
 mobilní telefon [redacted]

Prohlašujeme, že na výrobky podléhající zákonu č. 22/1997 Sb. bylo vydáno Prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády č. 180/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů.