





KUPNÍ SMLOUVA č.....

uzavřená dle § 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), ve znění
pozdějších předpisů
mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.

Smluvní strany

1. Kupující: **Nemocnice Boskovice s.r.o.**
sídlo: Boskovice, Otakara Kubína 179, 680 01
jednající: RNDr. Dan Štěpánský, jednatel
IČ: 26925974
DIČ: CZ26925974
bank. spojení: 
č. účtu:

2. Prodávající: **Z TECHNIK s.r.o.**
sídlo: Lochotínská 275, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10
jednající: Richard Krutina, jednatel
IČ: 04115490
DIČ: CZ04115490
bank. spojení: 
č. účtu:

zápis v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 242801

II.

Význam a účel smlouvy

Účelem této smlouvy je řádné a včasné splnění dodávky a dalších služeb zakázky, která je realizována v rámci veřejné zakázky s názvem „**Pořízení a modernizace přístrojového vybavení pro zvýšení kvality návazné péče - Nemocnice Boskovice – I.**“.

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon). Pro realizaci předmětu koupě je kromě této smlouvy závazná též nabídka prodávajícího, kterou předložil v rámci zadávacího řízení na **část 6 veřejné zakázky s názvem: „Endoskopická věž včetně gastrokopu a kolonoskopu“** (dále jen „NABÍDKA“) a zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY, a to v rozsahu, v němž není, či nejsou v rozporu s touto smlouvou.

Obě smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a po vzájemném projednání a shodě uzavírají v souladu s ustanovením § 2085 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ), tuto smlouvu.

III.



Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka lékařských přístrojů typového označení / výrobce:
 - 1.1. LCD monitor Foreseeson 1ks, Videoprocessor CV-190 EVIS EXERA III Plus 1ks
Xenonový zdroj studeného světla CLV-190 EVIS EXERA III 1ks,
Videokolonoskop CF-H185L EVIS EXERA III 1ks, Videogastroskop GIF-H185 EVIS EXERA III 1ks, Elektrochirurgická jednotka ESG-300 1ks včetně příslušenství,
Pojízdný endoskopický vozík 1ks
souhrnně označených pro účely této smlouvy jako „přístroje“ nebo „přístroj“.
 - 1.2. Součástí dodávky je:
 - doprava přístrojů do místa instalace, vč. dopravních a manipulačních prostředků, zabalení, vybalení, likvidace odpadů, vč. pojištění přepravy;
 - instalace přístrojů a jejich zprovoznění, včetně provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, seřízení, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů předmětu plnění;
 - záruční doba v délce trvání podle čl. VIII. odst. 1 této smlouvy (tzv. plná záruka) zahrnující veškeré náhradní díly, servisní práce a provádění bezpečnostně preventivních prohlídek, kalibrací a validací po dobu záruční doby;
 - provádění veškerého servisu a oprav v záruční době,
 - zajištění a provozování technické telefonické podpory Hot line zařízení
 - kompletní technická dokumentace k zařízení v ČR
 - zaškolení určené obsluhy zadavatele
2. Touto smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu předmět koupě, uvedený v čl. III. odst. 1 a v čl. IV. této smlouvy, jakož i další služby součástí a doklady, které se k předmětu koupě vztahují, a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětu koupě v souladu s touto smlouvou. Kupující zaplatí kupní cenu a předmět koupě převezme.

IV.

Předmět koupě

1. Předmětem koupě podle této smlouvy je dodávka přístrojů typového označení podle čl. III odst. 1.1 této smlouvy, technických parametrů a vlastností minimálně v rozsahu podle specifikace požadované kupujícím v **příloze č. 1** této smlouvy. Přesná specifikace přístrojů a příslušenství je uvedena v **příloze č. 1** této smlouvy. Předmět koupě bude nový, dosud nepoužívaný a prvotřídní jakosti, odpovídající svou konstrukcí i dalšími vlastnostmi dosaženému stupni technického pokroku.
2. Prodávající dodá přístroje dohodnutým způsobem, v dohodnutém termínu a jakosti za podmínek vyplývajících z této smlouvy, příslušných právních předpisů a norem a podle zadávací dokumentace a NABÍDKY.
3. Součástí dodávky přístrojů je dále předání veškeré dokumentace vztahující se k přístrojům, která je potřebná pro nakládání s přístroji a pro jejich provoz nebo kterou vyžadují příslušné obecně závazné právní předpisy a české a evropské normy ČSN a EN, zejména pak prohlášení o shodě, technická dokumentace, pokyny pro údržbu, servisní knížka, apod.



V.

Kvalitativní požadavky na přístroje

1. Přístroje musí splňovat požadavky kupujícího podle **přílohy č. 1** této smlouvy a dále veškeré požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů a českých a evropských norem ČSN a EN. Přístroje budou dodány jako nové, ne repasované, ne demo verze, ne výstavní.
2. Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem přístrojů a že na přístrojích nevážnou žádné věcné ani právní vady.

VI.

Doba, místo, způsob a jakost plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat přístroje nejpozději do 12 týdnů od podpisu smlouvy.
2. Místem plnění je sídlo kupujícího.
3. O dodání přístrojů, včetně jejich instalace, uvedení do provozu, prověření jeho bezchybné funkčnosti a jeho předvedení v provozu kupujícího, zaškolení obsluhy kupujícího, předání manuálů pro provoz a veškeré další dokumentace vztahující se k přístrojům kupujícímu, sepíše smluvní strany předávací protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za kupujícího podepisuje předávací protokol pověřený zaměstnanec uvedený v čl. X. odst. 4 této smlouvy. Pokud budou přístroje dodávány po částech, sepíše smluvní strany předávací protokol na každou dodanou část. V takovém případě se řádným a úplným splněním dodávky rozumí podpis protokolu na poslední část dodávky.
4. Nebezpečí za škodu na přístrojích a vlastnické právo k přístrojům přechází na kupujícího okamžikem oboustranného podpisu předávacího protokolu dle předchozího odstavce.
5. Prodávající je povinen písemně uvědomit o datu dodávky přístrojů pověřeného zaměstnance kupujícího uvedeného v čl. X. odst. 4 této smlouvy vždy alespoň 3 pracovní dny před jejím uskutečněním.
6. Kupující je oprávněn nepřevzít přístroj, pokud prodávající přístroj nedodá řádně a včas, zejména pokud prodávající nedodá přístroj v dohodnuté konfiguraci a kvalitě, přístroj je poškozený nebo rozbitý, prodávající nedodá potřebnou dokumentaci k přístroji nebo neprovede činnosti podmiňující uvedení přístroje do provozu a nezajistí jeho řádnou funkčnost.

VII.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupující se za přístroje zavazuje prodávajícímu zaplatit kupní cenu ve výši:
cena celkem bez DPH 2 590 000.- Kč
DPH sazby 21 % 543 900.- Kč
cena celkem vč. DPH 3 133 900.- Kč



(slovy: třímiliónyjednostotřicettřítisícdevětsetkorunčeských)

2. Úhrada celé kupní ceny bude kupujícím provedena na základě faktury – daňového dokladu vystaveného prodávajícím po podpisu předávacího protokolu za dodávku přístroje dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy, se splatností faktury do 60 dnů ode dne jejího doručení kupujícím. Úhradu faktury provede kupující bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy. Úhradou kupní ceny se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu kupujícího. Platba bude uskutečněna v Kč.
3. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle platných právních předpisů, jinak je kupující oprávněn, a to i opakovaně, vrátit ji prodávajícímu k opravě. Lhůta splatnosti v takových případech běží až dnem doručení opravené faktury obsahující veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle platných právních předpisů kupujícímu. Na faktuře musí být uvedeny mj. též údaje o typovém označení a specifikace dodaného přístroje.
4. Kupní cena uvedená v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je stanovena dohodou podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a jedná se o cenu kompletní dodávky, v níž je zahrnuta doprava, instalace, uvedení do provozu, vstupní revize, předvedení, zaškolení obsluhy, clo, kursové rozdíly, obaly a jejich likvidace, doklady k přístrojům a veškeré další náklady prodávajícího nutné ke splnění povinností kupujícího k dodávce přístrojů dle této smlouvy. Celková kupní cena v Kč bez DPH je nejvýše přípustná. DPH bude účtována v sazbě a výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

VIII.

Záruční podmínky a servis

1. Prodávající odpovídá za vady, které má přístroj v době jeho předání a dále za vady zjištěné po celou dobu záruční lhůty. Prodávající zaručuje, že po dobu záruční lhůty bude mít přístroj vlastností stanovené touto smlouvou, příslušnými právními předpisy či normami, příp. vlastností obvyklé. Záruční doba činí **24 měsíců** a počíná běžet okamžikem oboustranného podpisu předávacího protokolu dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy.
2. Během trvání záruční lhůty se prodávající zavazuje poskytovat kupujícímu plnou záruku na dodané přístroje, tj. bezplatné opravy. Během trvání záruční doby není prodávající oprávněn účtovat kupujícímu náklady na práce servisního technika, náklady na jeho dopravu, náklady na náhradní díly, ani jakékoliv jiné náklady.
3. Prodávající je povinen nastoupit k odbornému zásahu na odstranění vady přístroje zjištěné v záruční době do **24** hodin (reakční doba) od oznámení vady (reklamace) kupujícím. Reklamace bude kupujícím uplatněna telefonicky na níže uvedené číslo, a to v přiměřené lhůtě po zjištění vady kupujícím.

Prodávající je povinen odstranit reklamovanou vadu ve lhůtě do 5 pracovních dnů od oznámení vady. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní stanovenou lhůtu k odstranění vady ze strany prodávajícího splnit, může být dohodnuta přiměřená delší lhůta, která může být maximálně 2 týdny, prodávající je však povinen ve lhůtě 48 hodin od oznámení vady předložit kupujícímu návrh na řešení opravy reklamované vady a sjednat s kupujícím termín pro odstranění reklamované vady. V případě, že nedojde k dohodě o



termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna do 5 pracovních dnů ode dne jejího oznámení (reklamace) kupujícím.

Smluvní strany sjednávají možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy (déle než 5 dní) na základě žádosti kupujícího. Zapůjčení náhradního přístroje dohodne s prodávajícím zástupce kupujícího dle čl. X. odst. 4 této smlouvy, přičemž tento zástupce rovněž podepíše předávací protokol.

Ukáže-li se, že vada přístroje je neodstranitelná, zavazuje se prodávající dodat kupujícímu bez zbytečného odkladu bezplatně náhradní přístroj stejné kvality a parametrů, které byly sjednány pro předmět koupě dle této smlouvy, a převést vlastnické právo k němu na kupujícího.

4. Doba záruční doby se automaticky prodlužuje o dobu od nahlášení závady do provedení opravy.
5. Hlášení závad, reklamací a havárií přijímá prodávající na tel. č. 221 985 392-4 nebo e-mailové adrese serviszt@olympus.cz a v kopii na ztechnik@ztechnik.cz, nebo datovou schránkou ne.

IX.

Sankční ujednání

1. V případě, že prodávající je v prodlení s dodáním zboží v termínu dle článku VI. odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že prodávající je v prodlení s odstraněním vad dle čl. VIII. odst. 3 této smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že prodávající poruší jakoukoliv svou povinnost dle této smlouvy, jejíž splnění není zajištěno jinou smluvní pokutou, uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové kupní ceny bez DPH stanovené v čl. VII., odst. 1 této smlouvy za každý případ porušení.
4. V případě, že kupující je v prodlení s úhradou kupní ceny v termínu dle čl. VII. odst. 2 této smlouvy, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu 0,1 % z celkové kupní ceny za každý den prodlení.
5. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to včetně škody, která přesahuje smluvní pokutu.

X.

Ostatní ujednání

1. Prodávající je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny



příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované informace) nebo které kupující prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy. Plnění této povinnosti se prodávající zavazuje zajistit i u všech svých zaměstnanců, případně jiných osob, které prodávající k realizaci této smlouvy použije.

2. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu kupujícího.
3. Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zejména s povinností kupujícího poskytnout informaci o ceně zboží a název a sídlo prodávajícího. Prodávající si je vědom skutečnosti, že kupující, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit na svém profilu zadavatele nebo v registru smluv úplné znění kupní smlouvy vč. všech dodatků a příloh. Prodávající je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
4. Kupující pověřil jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy:
[REDACTED]
5. Prodávající pověřil jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy:
 - a. vedoucí zakázky [REDACTED]
 - b. zástupce vedoucího zakázky [REDACTED]
6. Ke změně pověřených pracovníků postačí prokazatelné oznámení druhé smluvní straně, a to nejpozději do tří dnů, kdy k takové změně dojde.
7. V případě, že v období mezi podpisem této smlouvy a předáním přístroje dojde k výrobě vyšší verze přístroje nebo jeho části, může prodávající po předchozím písemném souhlasu kupujícího dodat za podmínek uvedených v této smlouvě kupujícímu tuto vyšší verzi přístroje, a to bez navýšení kupní ceny, při zachování lhůty předání přístroje, při zachování totožných nebo lepších parametrů přístroje oproti parametrům přístroje původně sjednaným v této smlouvě.
8. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je prodávající povinen poskytnout kontrolním orgánům a kupujícímu veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly.
9. Prodávající je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s předmětem této smlouvy včetně účetních dokladů, po dobu nejméně 10 let ode dne podpisu smlouvy. Každý daňový doklad bude označen číslem projektu (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001538). Prodávající se zavazuje zajistit stejné podmínky u poddodavatele, pokud jeho služeb k plnění předmětu smlouvy využije.



10. Prodávající bude minimálně po dobu 10 let ode dne podpisu smlouvy poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvoří výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytne jim při provádění kontroly součinnost. Prodávající se zavazuje zajistit stejné podmínky u poddodavatele, pokud jeho služeb k plnění předmětu smlouvy využije.
11. Tato smlouva podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění, podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv, zřízeném na základě citovaného zákona. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv postupem podle citovaného zákona zajistí kupující.

XI.

Odstoupení od smlouvy

Od této smlouvy lze jednostranně odstoupit podle ustanovení § 1969 a § 2002 – 2005 OZ.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva, jakož i právní vztahy smluvních stran z ní vyplývající a jejím textem výslovně neupravené se řídí OZ.
2. V rámci této smlouvy nebylo dohodnuto žádné vedlejší ujednání.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace přístrojů požadovaná kupujícím
Příloha č. 2 – Krycí list nabídky
4. Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy v jakémkoli směru nezákonným, neplatným či nevykonatelným, zákonnost a vykonatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy tím nebude dotčena ani oslabena. Smluvní strany se zavazují, že jakékoli takové nezákonné, neplatné nebo nevykonatelné ustanovení nahradí novým, které bude nezákonnému, neplatnému či nevykonatelnému ustanovení svým významem co nejbližší.
5. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou.
6. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě, vyjma změny pověřených pracovníků dle čl. X. odst. 4 a 5 této smlouvy. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.



V rámci této smlouvy nebylo dohodnuto žádné vedlejší ujednání.

V Boskovicích dne

**RNDr.
Dan
Štěpánský**
za Kupujícího

Digitálně podepsal
RNDr. Dan
Štěpánský
Datum: 2020.06.11
13:39:21 +02'00'

RNDr. Dan Štěpánský
jednatel společnosti

V Praze dne

**Richard
Krutina**

Digitálně podepsal
Richard Krutina
Datum: 2020.05.25
08:39:33 +02'00'

za Prodávajícího
Richard Krutina
jednatel



PŘÍLOHA Č. 1 KUPNÍ SMLOUVY

Technická specifikace části 6

Technická specifikace

Endoskopická věž, včetně gastrokopu a kolonoskopu

LCD monitor

- úhlopříčka min. 24"
- HDTV rozlišení obrazu
- Minimální kontrast 1000:1
- zobrazovací úhel alespoň 170°
- antireflexní úprava
- certifikace MDE
- zavěšení – 100 mmVESA/WVESA

Videoprocessor

- tzv. úzkopásmové zobrazování, kde jsou k osvětlení pozorované oblasti využita úzká pásma vlnových délek centrována kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo)
 - elektronické nastavení zaostřovací vzdálenosti ovládané stisknutím tlačítka přímo na ovládací sekci endoskopu ve dvou módech: Normal (hloubka pole 5 - 100 mm), Near (hloubka pole 2 - 6 mm)
 - zobrazovací systém - CCD čip s rozlišením SDTV i HDTV (HighDefinitionTV)
 - Automatic Gain Control (AGC) - automatické řízení jasu čipu – zvýšení citlivosti čipu pro snímání obrazu
 - obrazový výstup – 16:9 nebo 16:10 pro HDTV monitor
 - nastavení velikosti zobrazení
 - nastavení zvýraznění obrazu
- automatické nastavení bílé nebo ručně přes čelní panel
- Iris Mode – potlačení odlesků v obraze - celoplošné/místní/kombinované
- zmrazení obrazu
- kontinuální ukládání obrazu do tzv. interního bufferu (uložiště) a automatický výběr nejostřejšího snímku v případě potřeby archivace
- archivace obrázků

Přístroj musí být z důvodu ekonomičnosti (ochrana předchozích investic) plně kompatibilní se všemi stávajícími flexibilními endoskopy Olympus (GIF H185, GIF – Q165 EXTRA II, CF Q165L, CF H185L, JF – 140R EVIS) na pracovišti endoskopického centra zadavatele.

Xenonový zdroj studeného světla

- možnost napojení endoskopu do videořetězce pouze přes zdroj světla



- automatické uložení předchozího nastavení
- tzv. úzkopásmové zobrazování, kde jsou k osvětlení pozorované oblasti využita úzká pásma vlnových délek centrována kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo)
- automatické nastavení intenzity osvětlení
- hlavní vyšetřovací lampa – min. 300 W (xenonová lampa)
- záložní lampa
- spuštění prosvětlování
- vzduchová pumpa

Přístroj musí být z důvodu ekonomičnosti (ochrana předchozích investic) plně kompatibilní se všemi stávajícími flexibilními endoskopy Olympus (GIF H185, GIF – Q165 EXTRA II, CF Q165L, CF H185L, JF – 140R EVIS) na pracovišti endoskopického centra zadavatele.

Videokolonoskop

- Videokolonoskop umožňující využití úzkopásmového zobrazení, kde k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrována kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo)
- Zobrazovací systém endoskopu musí být barevný CCD čip s rozlišením HDTV 1080/50i (HighDefinitionTV).

a) optický systém

- zorné pole – min. 140°
- směr pohledu - přímý pohled
- hloubka pole: 2 - 100 mm

b) zaváděcí tubus

- zevní průměr distálního konce – max. 13 mm
- zevní průměr tubusu – max. 13 mm
- pracovní délka – min. 1600 mm
- musí mít přídavný oplachový kanál – tzv. WaterJet

c) pracovní kanál

- vnitřní průměr – min. 3,5 mm

d) ohybová část

- ohybová část
- rozsah angulace vždy min.: nahoru 180°, dolů 180°, doprava 160°, doleva 160°
-

Přístroj musí být z důvodu ekonomičnosti (ochrana předchozích investic) plně kompatibilní se stávající endoskopickou technikou (zdroj světla CLV-190 Exera III Olympus, videoprocessor CV-190 Exera III Olympus) na pracovišti endoskopického centra zadavatele.

Videogastroskop

- Videogastroskop umožňující využití úzkopásmového zobrazení, kde k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrována kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo)



- Zobrazovací systém endoskopu musí být barevný CCD čip s rozlišením HDTV 1080/50i (HighDefinitionTV).
- a) optický systém
 - zorné pole – min. 140°
 - směr pohledu - přímý pohled
 - hloubka pole: 2 -100 mm
- b) zaváděcí tubus
 - zevní průměr distálního konce – max. 10 mm
 - zevní průměr tubusu – max. 10 mm
 - pracovní délka – min. 1000 mm
- c) pracovní kanál
 - vnitřní průměr – min. 2,5 mm
- d) ohybová část
 - rozsah angulace vždy min.: nahoru 210°, dolů 90°, doprava 100°, doleva 100°

Přístroj musí být z důvodu ekonomičnosti (ochrana předchozích investic) plně kompatibilní se stávající endoskopickou technikou (zdroj světla CLV-190 Exera III Olympus, videoprocessor CV-190 Exera III Olympus) na pracovišti endoskopického centra zadavatele.

Elektrochirurgická jednotka

- vysokofrekvenční výstup - monopolární módy
- typy módů: 4 základní módy pro monopolární řezání s nastavitelnými efekty intenzity (*Čistý řezací mód, Smíšený řezací mód, Pulsní pomalý mód, Pulsní rychlý mód*)
- 4 základní módy pro monopolární koagulaci s nastavitelnými efekty intenzity (*Jemná koagulace, Silnější koagulace, Nejsilnější koagulace, Sprejová koagualce*)
- vysokofrekvenční výstup - bipolární módy
- vysokofrekvenční výstup - pro připojení Neutrální elektrody
- typy módů 1 základní mód pro bipolární řezání s nastavitelnými efekty (*Bipolární řezací mód*)
- 3 základní módy pro bipolární koagulaci s nastavitelnými efekty (*BisoftCoag, AutoCoag, RFCoag*)
- základní frekvence - 430 kHz, +- 20%
- maximální výstup - 120 W
- ovládání výstupu - nožním bezdrátovým pedálem
- s možností rozšíření o argon plasma koagulační jednotku

Pojízdný endoskopický vozík

- mobilní, pět polic, minimálně jedna výsuvná
- držák pro dva endoskopy
- polohovatelné rameno na monitor, uchycení VESA
- homologovaná šestizásuvka 230V/50Hz, přívod 3m



PŘÍLOHA Č. 2 KUPNÍ SMLOUVY

Krycí list nabídky



„Pořízení a modernizace přístrojového vybavení pro zvýšení kvality návazné péče - Nemocnice Boskovice – I.“

6.část - Endoskopická věž včetně gastrokopu a kolonoskopu

Krycí list nabídky

Název nebo obchodní firma uchazeče

Z TECHNIK s.r.o.

Sídlo uchazeče

Lochotinská 275, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

Právní forma uchazeče

s.r.o. - společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo uchazeče

4115490

Daňové identifikační číslo uchazeče

CZ04115490

Jméno a příjmení statutárního orgánu uchazeče nebo jeho členů

Richard Krutina, jednatel

Jméno a příjmení jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem uchazeče

Richard Krutina, jednatel

Telefon uchazeče

725 265 416

Fax uchazeče

není

E-mailová adresa uchazeče

technik@technik.cz

Endoskopická věž včetně gastrokopu a kolonoskopu	nabídková cena v Kč
	bez DPH
Nabídková cena v Kč bez DPH	2 590 000 Kč

Legenda



takto označené buňky vyplní uchazeč



takto označené informace budou čteny při otevření obálky

Dodavatel tímto prohlašuje, že veškeré jím výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti ke dni podání nabídky, jsou pravdivé a jsou pro dodavatele závazné pro realizaci předmětu této veřejné zakázky. Toto prohlášení je projevem vážné, pravé a svobodné vůle dodavatele a nebylo učiněno v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojuje oprávněný zástupce dodavatele svůj vlastnoruční podpis, jak následuje.

V Praze dne - 3. 04. 2020

za dodavatele
Richard Krutina

Z TECHNIK s.r.o. ③
Lochotinská 275
Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10
IČO: 04115490 DIČ: CZ04115490

Richard Krutina Digitálně podepsal
Richard Krutina
Datum: 2020.04.03
14:02:28 +02'00'