



TAUFEROVA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ KROMĚŘÍŽ

767 01 Kroměříž, Koperníkova 1429/22

Příloha č. 1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

„TAUFEROVA SOŠ VETERINÁRNÍ KROMĚŘÍŽ - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V“

Požadované parametry (minimální požadavky)	Dodavatel doplní ANO nebo NE
Detekční zařízení ATP – 1 ks	
- ATP luminometr s vysokou citlivostí pro kontrolu účinnosti sanitace povrchů do 5 sekund a biologické kontaminace vody do 20 sekund	ANO
- Detekční systém využívající technologie PMT photomultiplier tube s vysokou citlivostí na ATP	ANO
- Detekuje již nízkou přítomnost a hladinu mikrobiální a organické kontaminace	ANO
- Ovládání barevným dotykovým displejem	ANO
- Vestavěný wifi modul	ANO
- Zařízení nesmí obsahovat fotodiodový snímač	ANO
- Rychlý čas odezvy - výsledky do pěti sekund	ANO
- Vytváření odběrových plánů s lokací a identifikací vzorkování	ANO
- Přiřazování typu kontrolovaného povrchu	ANO
- Softwarově řešené náhodné vybírání odběrových míst nařizující obsluhu provádět stěry z náhodně vybraných míst k eliminaci subjektivity	ANO
- Auto retest mód	ANO
- ATP systém umožňující pracovat i s testy na pesticidy nebo alergenů	ANO
- Testy skladovány při pokojové teplotě	ANO
- Otevřená odečítací cela bez víčka nebo uzávěru	ANO
- Odolný robustní design a ochranné pouzdro, voděodolný	ANO
- Datový port mikro USB a sériový port	ANO
- Dobíjecí baterie s výdrží 9 hodin	ANO
- Nastavitelný automatický čas vypnutí pro úsporu baterie	ANO
- Dostupné ATP kontrolní standardy pro verifikaci systému	ANO
- Součástí přenosné ochranné pouzdro, USB kabel, software	ANO
- Volitelně připojení externí tiskárny	ANO
- Zajištěný servis zařízení	ANO



TAUFEROVA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ KROMĚŘÍŽ

767 01 Kroměříž, Koperníkova 1429/22

Požadované parametry (minimální požadavky)	Dodavatel doplní ANO nebo NE
Simulátor holštýnské krávy s dystokií – 1 ks	
– Modelovaný simulátor pro výuku vedení pravidelného a nepravidelného porodu dle skutečného velkého mléčného plemene (např. holštýnsko-friského)	ANO
– Ocelí zesílená epoxidová/sklolaminátová konstrukce s kompletně vodotěsnými	ANO
komponenty pro snadné čištění	ANO
– Recyklovaný plastový podstavec	ANO
– Součástí je odpovídající holštýnské tele	ANO
– Nafukovací podpůrný systém pro tele	ANO
– Čirý vinylový děložní vak	ANO
– Měkké a odolné perineum	ANO
– Měkký odnímatelný ocas	ANO
– Funkční vemeno se zásobníkem na mléko; možnost simulovat mastitidní mléko;	ANO
– možnost vpravení do každého kvadrantu	ANO
– Polyuretanová replika pánve	ANO
– Fetální extraktor, porodní řetěz a oko pro hlavu	ANO
– Součástí je matracová podložka pro zabránění poškození telete	ANO
Analytické váhy – 4 ks	
– Analytické váhy s váživostí min 320 g	ANO
– Přesnost 0,1 mg	ANO
– Cejchovaný dílek 1 mg	ANO
– Interní kalibrace kalibračním programem bez použití závaží	ANO
– Nerezová vážicí plocha do Ø 91 mm	ANO
– Podsvícený LCD displej s výškou číslic do 14 mm	ANO
– jednoduché ovládání pomocí membránových tlačítek	ANO
– Funkce: vážení, kontrolní vážení, počítání kusů, recepturní vážení, procentuální vážení	ANO
– Čas stabilizace 3 s	ANO
– automatický výstup dat na PC nebo tiskárnu	ANO
– Kovové tělo vah s ABS plastovým krytem	ANO
– Ochranný analytický kryt s posuvnými dvířky	ANO

.....
[redacted], jednatel